



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników - VIA.
Nr sprawy: **ZP-16-087BN**

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), udzielam następującej odpowiedzi:

Pyt. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do oczyszczania produktów PCR, który spełnia wszystkie opisane wymagania lub je przewyższa ale który nie posiada indykatora pH, oddzielnie pakowanych kolumnienek i którego typowa wydajność izolacji mieści się w zakresie 80-95%?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Wydajność pozwalająca na odzyskanie ponad 95% produktu reakcji PCR jest bardzo istotnym parametrem ze względu na specyficzność izolowanego i amplifikowanego materiału. Wydajność na poziomie 80-95% nie pozwala na uzyskanie wystarczającej, wysokiej jakości materiału do dalszych etapów badań np.: mutacji.

Pyt. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do badania polimorfizmu JAK2V617F, które posiadają wymagane przez Zamawiającego sondy i primery już w gotowym do użycia mastermiksie z enzymami?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający opiera się na wieloletnim doświadczeniu w amplifikacji materiału na zestawach posiadających sondy i primery już w gotowym do użyciu master-miksie z enzymami, uzyskując wiele niejednoznacznych i niediagnostycznych wyników. Jakość i wydajność reakcji PCR przeprowadzonej przy użyciu takich odczynników nie jest w pełni zadowalająca dla Zamawiającego.

Pyt. 3

Czy Zamawiający w pozycji 2 zamiast 3 zestawów wystarczających na wykonanie 180 reakcji w opakowaniu wyrazi zgodę na zaoferowanie 6 zestawów wystarczających na 96 oznaczeń w opakowaniu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie ilości wykonywanych oznaczeń. Zaoferowana przez Wykonawcę ilość zestawów zapewni wykonanie 576 oznaczeń, a nie jak wymaga Zamawiający 540 oznaczeń.

Pyt. 4

Czy Zamawiający w pozycji 3 zamiast 30 zestawów wystarczających na wykonanie 56 reakcji w jednym opakowaniu wyrazi zgodę na zaoferowanie 18 zestawów wystarczających na 96 oznaczeń w jednym opakowaniu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zestaw na 96 oznaczeń w jednym opakowaniu uniemożliwi Zamawiającemu w pełni jego wykorzystanie. Możliwość większej ilości oznaczeń z jednego zestawu, wiąże się z wielokrotnym rozmrażaniem odczynników, co może wpłynąć niekorzystnie na trwałość poszczególnych składowych zestawu. Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie ilości wykonywanych oznaczeń.