



**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych – II.  
Nr sprawy: **ZP-16-082BN**

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi:

**Pyt. 1 Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 347 l?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 2 Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 1955 mm i głębokości 630 mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 3 Pakiet 6**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie spektrofotometru o zakresie długość fali 198-1000nm?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Oferowany przez Wykonawcę parametr jest gorszy od wymaganego w SIWZ.**

**Pyt. 4 Pakiet 6**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie spektrometru pracującego tylko w trybie kuwetowym w tym możliwość pomiaru w układzie Peltier?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga pomiaru przy stałej długości fali oraz analizy ilościowej z krzywymi kalibracji, co jest istotne dla przebiegu procesu diagnostycznego. Zamawiający wymaga standardowych możliwości spektrofotometru.**

Zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.), Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

**Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień**

**03 Sierpnia 2016 r. godz. 11:00**

**Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:30**

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Mołek