

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników - VI**.
Nr sprawy: ZP – 16 - 077 BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ([tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami](#)), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytania dotyczą Pakietu Nr 3

Pytanie 1) Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do oczyszczania produktów PCR, który spełnia wszystkie opisane wymagania lubje przewyższa ale który nie posiada indykatora pH , oddzielnie pakowanych kolumnienek i którego typowa wydajność izolacji mieści się w zakresie 80-95%? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zestaw nie posiadający indykatora pH. Indykator pozwala na ocenę przydatności zestawu do badania, którego dobra jakość jest gwarancją wykonywanych badań. Ponadto użytkownikowi zależy na możliwie największym odzysku DNA po oczyszczeniu, które potem wykorzystywane jest do sekwencjonowania, dlatego typowa wydajność w zakresie 80%-95% jest niewystarczająca.**

Pytanie 2) Czy Zamawiający w pozycji nr 2 i 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do badania polimorfizmu JAK2V617F, które posiadają wymagane przez Zamawiającego sondy i primery już w gotowym do użycia mastermiksie z enzymami? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody ponieważ zazwyczaj taki zestaw wymaga szybkiej pracy na lodzie, odczynniki szybko degradują, zestaw jest mniej trwały.**

Pytanie 3) Czy Zamawiający w pozycji nr 2 zamiast 3 zestawów wystarczających na wykonanie 180 reakcji w opakowaniu wyrazi zgodę na zaoferowanie 6 zestawów wystarczających na 96 oznaczeń w opakowaniu?. **Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 4)) Czy Zamawiający w pozycji nr 3 zamiast 30 zestawów wystarczających na wykonanie 56 reakcji w jednym opakowaniu wyrazi zgodę na zaoferowanie 18 zestawów wystarczających na 96 oznaczeń w jednym opakowaniu **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Ilość badań wykonywanych przez użytkownika jest optymalnie dostosowana do wielkości opakowania.**

*Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek*