

## **WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę urządzeń medycznych - II**.  
**Nr sprawy:** ZP – 16 - 082 BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ([tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami](#)), udzielam następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1) Dotyczy Pakietu nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania spektrofotometr z drukarką zewnętrzną?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

**Pytanie 2) Dotyczy Pakietu nr 4 punkt 15:**

Czy zamiast futerału może zostać dołączony miękki pokrowiec?. **Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

**Pytanie 3) Dotyczy Pakietu nr 4 punkt 14:**

Czy dopuszczają Państwo mikroskop, który może być rozbudowany o okular o powiększeniu 16x zamiast 15x?. **Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

**Pytanie 4) Dotyczy Pakietu nr 5 punkt :**

W związku z brakiem informacji dotyczących toru wizyjnego, kieruje pytanie dotyczące wyposażenia mikroskopu: Czy do mikroskopu dołączyć fototubus, czy standardowy binokular wraz z modulem do podłączenia kamery, który jest umieszczony pomiędzy bazą mikroskopu a tubusem?.  
**Odp. Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 5 w pozycji nr 16 i nadaje mu następujące brzmienie: „mikroskopowa kamera cyfrowa, kolorowa o rozdzielczości pow.15 mln pikseli, przesyłanie eobrazu przez port USB, oprogramowanie do ustawienia parametrów kamery i robienia zdjęć, menu w języku polskim”.**

**Pytanie 5) Dotyczy Pakietu nr 5 punkt 16:**

Czy zamiast futerału może zostać dołączony miękki pokrowiec?. **Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

**Pytanie 6) Dotyczy Pakietu nr 4, 5:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wraz z mikroskopem futerału drewnianego lub aluminiowego czy tylko możliwości doposażenia w w/wym. futerał?.**Odp. Zamawiający wymaga futerału określonego w SIWZ.**

*Z upoważnienia Dyrektora  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Molek*