



## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy :** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę zestawów do kolonoskopii i endoskopii z torem wizyjnym** . Nr sprawy: ZP-16-101BN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm), udzielam następującej odpowiedzi :

**Pyt. 1 Dotyczy zał. nr 7 do SIWZ – wzór umowy § 3 ust. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego głównego elementu urządzenia przekroczy 3 – naprawy uszkodzeń uniemożliwiający wykorzystanie sprzętu w pełnym zakresie Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany tego elementu/ podzespołu na nowy ( z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu.**

**Pyt. 2 Dotyczy zał. nr 7 do SIWZ – wzór umowy § 5 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% do 2% ?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pyt. 3 Dotyczy zał. Nr 1, pakiet nr 1, poz. 1wózek medyczny**

Czy Zamawiający dopuści zapis: Podstawa jezdna z blokadą min 2 kół?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 4 Dotyczy zał. Nr 1, pakiet nr 2, poz. 1 wideogastroskop HD**

Czy Zamawiający dopuści zapis: -kął zgięcia końcówki instrumentu

górną –min 210 st.

dół – min 90 st.

prawy – min 100 st.

lewy – min 100 st.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt.5 Dotyczy zał. Nr 1, pakiet nr 2, poz. 2 wideokolonoskop HD**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: możliwość powiększenia ruchomego obrazu w trakcie badania w czasie rzeczywistym? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 6 Dotyczy zał. Nr 1, pakiet nr 2, poz. 3 wideoprocessor**

Czy Zamawiający dopuści zapis: wideoprocessor HD o rozdzielczości 1920x1080?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 7 Dotyczy zał. Nr 1, pakiet nr 2, poz. 4 źródło światła**

Czy Zamawiający dopuści zapis: źródło światła xenon min. 150W wraz z pompą insuflacyjną?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga źródła światła xenon min. 300W.**

**Pyt. 8 Dotyczy zał. Nr 1, pakiet nr 2, poz. 5 monitor medyczny**

Czy zamawiający dopuści aby zaoferowano monitor 21" rozdzielczość Full HD 1920x1080, kąt widzenia 178° , kontrast 1000:1, wejścia RGBS, S-VIDEO, BNC, DVI, system PAL, NTSC?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 9 Dotyczy zał. Nr 1, pakiet nr 2, poz. 6 wózek medyczny**

Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano wózek medyczny z ruchomym wysięgnikiem do którego montowany jest monitor? Takie rozwiązanie poprawia stabilność monitora i bezpieczeństwo

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM  
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Molek**