



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWĘ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH, ZP-16-081BN**

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi:

Pyt. 1 Załącznik nr 8

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny Videolaryngoskop o następujących parametrach

Wyświetlacz z wideoadapterem wielorazowego użytku

- Zasilanie bateryjne standardowymi bateriami AAA dostępnymi w handlu
- Układ gospodarowania energią umożliwiający wyłączenie wyświetlacza po 60 sekundach od odłożenia go na nieruchomą powierzchnię.
- Przekątna ekranu 2,4"
- Rozdzielczość ekranu 320 x 240 pikseli na klatkę
- Odświeżanie 30 klatek na sekundę
- Automatyczny balans bieli
- Powłoka antyrefleksyjna
- Wyjście video typu RCA umożliwiające podłączenie do zewnętrznego monitora

Parametry kamery

- Matryca CMOS
- Rozdzielczość 640 x480 VGA
- Oświetlenie LED
- Zamykane etui do przechowywania

Łyżki jednorazowego użytku

- Łyżka wyposażona w kanał prowadzący rurkę dotchawiczą w rozmiarze od 6,0 do 8,0 mm

Łyżka standardowa (bez kanału)

- Wykonane z tworzywa sztucznego
- Koniec dystalny (od strony kamery) pokryty powłoką przeciwmgłową
- Długość łyżki: 17 cm
- Szerokość łyżki standardowej: 26 mm (16 mm na końcu dystalnym)

Szerokość łyżki z kanałem prowadzącym: 29 mm (16 mm na końcu dystalnym)

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający podtrzymuje wymagane parametry.

Zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm), Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień

29 LIPCA 2016r godz. 09:00

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 09:30

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*