

Katowice, dn. 06.10.2016r

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę cyfrowego procesora dźwięku o wzmocnieniu na poziomie do 65 DB HL do implantu zakotwiczonego w kości skroniowej na przewodnictwo kostne, kompatybilnego ze wspornikami cochlear typu BA200, BAa210, BA300, BA400.**
Nr sprawy: ZP-16-096UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm), udzielam następujących odpowiedzi :

Pyt.1 pkt 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesorów kompatybilnych ze wszystkimi systemami posiadającymi wspornik, ale które nie są kompatybilne z systemami magnetycznymi innych producentów? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pyt.2 pkt.4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesorów posiadających złącze uniwersalne, zatraskujących się na zewnątrz? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pyt.3 pkt.5 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesorów dedykowanych do pracy po prawej lub lewej stronie, do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego i Pacjentó1)? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pyt.4 pkt.6 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesorów spełniających powyższe kryterium, z zastrzeżeniem że posiadają 15 kanałów przetwarzania sygnału? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pyt.5 pkt.8 i 9 Czy Zamawiający dopuści sposób realizacji funkcjonalności łączności bezprzewodowej procesora z użyciem urządzenia pośredniczącego, każdorazowo dostarczanego w zestawie ? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*