

Katowice, dn. 11.10.2016r

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę stacji roboczych DICOM**.
Nr sprawy: ZP-16-098BN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm), udzielam następujących odpowiedzi :

Pyt.1 Proszę o informację czy Zamawiający dopuści aby radiologiczne stacje przeglądowe 21 cali – 4 sztuki były wyposażone w karty graficzne zintegrowane bez własnej pamięci 1 GB DDR5?
Uprzejmie informujemy, że fabrycznie nowe komputery Apple z ekranami 21,5" występują tylko z kartami graficznymi zintegrowanymi Intel i w przypadku odmowy zmiany opisu Zamawiający otrzyma dużo droższe komputery 27" **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pyt.2 Uprzejmie informuję, że część warunków technicznych podanych dla komputerów w pakiecie I przetargu ZP-16-098BN jest niemożliwa do zrealizowania.
Obecnie firma Apple oferuje następujące komputery iMac o przekątnej 21 cali:

MK142PL/A	iMac 21.5 -inch, Core i5 1.6GHz/8GB/1TB/Intel HD Graphics 6000
MK442PL/A	iMac 21.5 -inch, Core i5 2.8GHz/8GB/1TB/Intel Iris Pro 6200
MK452PL/A	iMac 21.5 -inch 4K Retina, Core i5 3.1GHz/8GB/1TB/Intel Iris Pro 6200

Passmarki G3D w/w kart graficznych wynoszą odpowiednio 801 oraz 1519. Oznacza to, że karta **Iris Pro 6200** jest lepsza niż karta **GeForce GT 750M z pamięcią 1GB** stosowaną w iMacach poprzedniej generacji (passmark 1287). Ponadto Apple nie oferuje klawiatur bezprzewodowych z częścią numeryczną. Do iMaca standardowo dodają klawiaturę bezprzewodową Apple Magic Keyboard, z możliwością zamiany na klawiaturę Apple USB Keyboard z częścią numeryczną.

Mam więc 2 pytania:

1. Czy Zamawiający może wycofać wymaganie pamięci 1 GB dla karty graficznej w pakiecie I ?
2. Czy Zamawiający może wybrać klawiaturę krótką bezprzewodową lub długą USB ?

Odp.: Zamawiający w punkcie 7 zmienia wymaganie na: karta graficzna zintegrowana . Zamawiający w punkcie 12 zmienia wymaganie na: Przewodowa klawiatura, pełnowymiarowa z wydzieloną częścią numeryczną, układ QWERTY

Pyt.3 Czy Zamawiający wymaga wsparcia technicznego producenta oprogramowania Osirix MD lub równoważnego przez okres trwania gwarancji? Wsparcie techniczne producenta oprogramowania dla stacji DICOM w znacznym stopniu ułatwi jej użytkowanie, zapewniając również zdalną i telefoniczną pomoc wykwalifikowanego serwisu producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia problemów z jej użytkowaniem. **Odp.: Zamawiający w zakresie prowadzonego postępowania nie wymaga wsparcia technicznego dla dostarczanego oprogramowania.**

Pyt.4 Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z oprogramowania Osirix MD lub równoważnego przy dostawie stacji? Szkolenie w znacznym stopniu ułatwi personelowi i lekarzom korzystanie ze stacji, oprogramowania i jego funkcji. **Odp.: Zamawiający w zakresie prowadzonego postępowania nie wymaga szkoleń dla personelu medycznego**

ZP-16-098BN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pyt.5 Proszę o informację czy wykaz dostaw, o którym mowa w SIWZ, w pkt. VI, ppkt. 1a) powinien obejmować grupę produktową, której dotyczy niniejsze postępowanie oraz o jakiej wartości minimalnej powinny być to dostawy. **Odp.: Odpowiedź znajduję w treści SIWZ – Rozdz.V pkt.4.1: „Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2.1. lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy stacji roboczych – przeglądowych dla Pracowni Radiologicznych, każda o wartości min. 50.000,00 PLN brutto”**

Pyt.6 W związku z dostawą stacji roboczych DICOM prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanych urządzeń do systemu RIS/PACS.

Pyt.7 Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego sprzętu z systemem RIS/PACS.

Pyt.8 Czy Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone licencje oraz wykonane prace konfiguracyjne na okres równoległy do wskazanego w SIWZ okresu gwarancyjnego na sprzęt, na koszt Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone licencje oraz wykonane prace.

Pyt.9 Zwracamy się z prośbą o określenie czy Zamawiający będzie również opisywał na stacjach badania z radiologii ogólnej CR (pośredniej) i DR (bezpośredniej) ?

Odp.: Zamawiający w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyjaśnia że dostarczony sprzęt będzie wykorzystywany jako stacje przeglądowe.

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Motek*