

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę implantów laryngologicznych**.
Nr sprawy: ZP-16-132UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm), udzielam następujących odpowiedzi :

Pyt. 1 - W związku z aktualnie prowadzoną przez Państwa procedurą przetargową zwracamy się z pytaniem dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu, a dokładniej warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej – jakim jest wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 dostaw implantów laryngologicznych zakotwiczonych w kości skroniowej, każda dostawa o wartości min. 200.000,00 PLN brutto.

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymóg ten mógł być spełniony poprzez wykazanie jednej dostawy o wartości min. 200.000,00 PLN?”

Prośbę motywujemy tym, że:

- rynek implantów jest bardzo rozdrobniony i mało szpitali podpisuje kontrakty opiewające na wymaganą wartość,?

Odp.: Zamawiający zmienia treść warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdz.V pkt.4.1 SIWZ i nadaje mu następujące brzmienie:

4.1 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2.1. lit. a) SIWZ, jeżeli wykáže, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę implantów laryngologicznych zakotwiczonych w kości skroniowej o wartości min. 200.000,00 PLN brutto lub 2 dostawy implantów laryngologicznych zakotwiczonych w kości skroniowej każda dostawa o wartości min. 100.000,00 PLN brutto .

Pyt. 2 - Co dokładnie ma na myśli zamawiający pisząc w punkcie 3 podpunkcie 5 parametrów wymaganych:

„Możliwość zamocowania aparatu słuchowego na elastycznej opasce do momentu implantacji części wewnętrznej lub podczas wczesnego okresu pooperacyjnego.

Odp.: Znaczy to możliwość noszenia procesora na opasce elastycznej do momentu zagojenia rany.

ZP-16-123BN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pyt. 3 - Czy Zamawiający wymaga aby oferowane rozwiązanie posiadało wskaźnik dźwiękowy i wizualny o stanie pracy procesora oraz baterii procesora?

Uzasadnienie: Informacja o stanie pracy procesora oraz baterii procesora, kierowana do użytkownika dwoma kanałami komunikacji ułatwi kontrolę nad urządzeniem.

Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale go nie wymaga.

Pyt. 4 - Czy Zamawiający dopuszcza, aby oferowany implant na przewodnictwo kostne zapewniał możliwość podłączenia z procesorem o wzmacnieniu do 65 dB HL?

Uzasadnienie: Szeroki zakres wzmacnienia gwarantuje, że każdy pacjent, nawet ten ze znacznym niedostuchem mieszanym równym 65 dB HL uzyska niezbędne wzmacnienie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale go nie wymaga.

W związku ze zmianą treści warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający działając zgodnie z art.12a pkt.2 ppkt.1 przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień

30 stycznia 2017r godz.10:00

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.10:30