

Katowice, dn. 20.01.2017r

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych. Nr sprawy : ZP-16-133UN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 1 ustęp 5 projektu umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w § 3 ustęp 1. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie. W związku z powyższym pytaniem proponujemy również następującą modyfikację postanowień umowy: *Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie, pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu umowy nie będzie większa niż 20 % wartości tejże umowy?* **Odp.: Zamawiający nie jest w stanie stwierdzić apriori przyszłej umowy jaka będzie rzeczywista ilość zamawianych i zrealizowanych produktów. Intencją Zamawiającego jest zrealizowanie umowy w 100%, jednak specyfika działalności Zamawiającego uniemożliwia precyzyjne wyliczenie przyszłych potrzeb. Zamawiający nie zgadza się z twierdzeniem, że „opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej”, bowiem zamawiana ilość jest dokładnie podana w SIWZ i taką ilość należy wycenić. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy.**

Pakiet nr 22

2. **Poz. 1,2** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie materiału hemostatycznego wykonanego ze 100% oksydowanej resorbowalnej celulozy. Pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
3. **Poz. 1,2** Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby celuloza charakteryzowała się wartością pH w przedziale 2,5-2,8? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakterioobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze. **Odp.: Zamawiający nie wymaga niczego dodatkowego oprócz tego, co określił w SIWZ.**
4. **Poz. 3** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gazy w rozmiarze 2,6 x 5,1 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
5. **Poz. 4** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gazy w rozmiarze 5,1 x 10,2 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
6. **Poz. 5,6** Zwracamy się z prośbą o wydzieleniem ww. pozycji. Te materiały hemostatyczne posiada jedna firma i tylko ona może złożyć ofertę co za tym idzie zaproponować wszystkie materiały hemostatyczne w bardzo wysokiej cenie.

Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego. Na chwilę obecną tylko jedna firma może złożyć ofertę wobec czego zaoferować ceny znacznie wyższe niż obowiązujące na rynku.

Opis produktu z pozycji 5,6 „Jałowy materiał hemostatyczny w formie nieutkanej, neutralnej włókniny...” wskazuje na produkt o nazwie handlowej Surgicel Snow. W związku z tym wynika więc jednoznacznie, że w tym pakiecie ofertę niepodlegającą odrzuceniu będzie mógł złożyć tylko podmiot posiadający te produkty. **Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym zgodnie z art.38 ustawy Pzp zostaje zmieniona wysokość wadium dla Pakietu Nr 22 , oraz zostaje wyznaczone wadium dla utworzonego nowego pakietu Nr 22A.**

Nowa i obowiązująca treść załączników – Pakietów Nr 22 i 22A zostaje zamieszczona poniżej.

Po zmianie wadium dla Pakietu Nr 22 wynosi – 6.955,00 PLN

Wadium dla Pakietu Nr 22A wynosi - 135,00 PLN

Kryteria ocenne dla Pakietu Nr 22A są takie same jak dla Pakietu Nr 22.

7. **poz.1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 22 poz. 1 na zaoferowanie wyrobu: Jałowy materiał hemostatyczny wykonany z 100 % oksydowanej regenerowanej celulozy tkany jako luźna siatka oparta na niskim poziomie pH ($2,5 \pm 0,5$), pozostałe parametry bez zmian, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty? **Odp.: Zamawiający określił pH na poziomie 2,5 – 3,5 i podtrzymuje ten wymóg.**
8. **poz. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 22 poz. 2 na zaoferowanie wyrobu: Jałowy materiał hemostatyczny wykonany z 100 % oksydowanej regenerowanej celulozy tkany jako luźna siatka oparta na niskim poziomie pH ($2,5 \pm 0,5$), pozostałe parametry bez zmian, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty? **Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymóg określony w SIWZ.**
9. **poz. 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 22 poz. 3 na zaoferowanie wyrobu: Jałowy materiał hemostatyczny w formie mikrowłókninowej struktury złożonej z 7 warstw łatwo oddzielających się. Wykonany z 100% oksydowanej regenerowanej celulozy o właściwościach bakteriobójczych na szczepy MRSA.MRSE, VRE ,PRSP oparty na niskim pH ($2,5 \pm 0,5$), pozostałe parametry bez zmian, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty? **Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymóg określony w SIWZ.**
10. **poz. 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 22 poz. 4 na zaoferowanie wyrobu: Jałowy materiał hemostatyczny w formie mikrowłókninowej struktury złożonej z 7 warstw łatwo oddzielających się. Wykonany z 100% oksydowanej regenerowanej celulozy o właściwościach bakteriobójczych na szczepy MRSA.MRSE, VRE ,PRSP oparty na niskim pH ($2,5 \pm 0,5$) Zawartość grupy karboksylowej 18-24 %. Czas wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 5,1 cm x 10,2 cm, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty? **Odp.: Zamawiający dopuszcza zmianę proponowanych rozmiarów.**
11. **poz. 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 22 poz. 5 na zaoferowanie wyrobu: Jałowy materiał hemostatyczny w formie nieutkanej neutralnej włókniny, wykonany z 100% oksydowanej celulozy o właściwościach bakteriobójczych , hamujących rozwój MRSA, MRSE, VRE ,PRSP. Oparty na niskim pH ($2,5 \pm 0,5$), z możliwością repozycjonowania Zawartość grupy karboksylowej 18-24 %. Czas wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 2,5 cmx 5,0 cm, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty? **Odp.: Zamawiający dopuszcza zmianę proponowanych rozmiarów.**
12. **poz. 6** Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 22 poz. 6 na zaoferowanie wyrobu: Jałowy materiał hemostatyczny w formie nieutkanej neutralnej włókniny, wykonany z 100% oksydowanej celulozy o właściwościach bakteriobójczych , hamujących rozwój MRSA, MRSE, VRE ,PRSP. Oparty na niskim pH ($2,5 \pm 0,5$), z możliwością repozycjonowania Zawartość grupy karboksylowej 18-24 %. Czas wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 7,5 cmx 10,0 cm, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty? **Odp.: Zamawiający dopuszcza zmianę proponowanych rozmiarów.**
13. **poz. 8** Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 22 poz. 8 na zaoferowanie wyrobu: Jałowa, nie krusząca się o jednorodnej porowatości gąbka żelatynowa wykonana z oczyszczonej pianki żelatynowej. Czas wchłaniania 3-5 tygodni Rozmiar 8 cm x 5cm x 0,1 cm, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty? **Odp.: Zamawiający dopuszcza zmianę proponowanych rozmiarów.**

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek**

ZP-16-133UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Załącznik Nr 22 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET Nr 22

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane	Zamawiana ilość w szt.	Oferowana ilość opakowań	Cena jednostk. netto za opak	VAT%	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent, nr katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu, oferowany rozmiar opakunku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jałowy materiał hemostatyczny wykonany z 100 % oksydowanej regenerowanej celulozy tkany jako luźna siatka oparta na niskim poziomie pH (2,5 -3,5). Posiadający właściwości bakteriobójcze, hamujące rozwój MRSA, MRSE, VRE, PRSP. Zawartość grupy karboksylowej 18-24%. Czas wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 5 cm x 7,5 cm	3 300						
2	Jałowy materiał hemostatyczny wykonany z 100 % oksydowanej regenerowanej celulozy tkany jako luźna siatka oparta na niskim poziomie pH (2,5 -3,5). Posiadający właściwości bakteriobójcze, hamujące rozwój MRSA, MRSE, VRE, PRSP. Zawartość grupy karboksylowej 18-24%. Czas wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 10 cm x 20 cm	24						
3	Jałowy materiał hemostatyczny w formie mikrowłóknistej struktury złożonej z 7 warstw łatwo oddzielających się. Wykonany z 100% oksydowanej regenerowanej celulozy o właściwościach bakteriobójczych na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP oparty na niskim pH (2,5-3,5) Zawartość grupy karboksylowej 18-24 %. Czas wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 2,5 cm x 5,1 cm	40						

ZP-16-133UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

4	Jałowy materiał hemostatyczny w formie nieutkanej neutralnej włókniny, wykonany z 100% oksydowanej celulozy o właściwościach bakteriobójczych, hamujących rozwój MRSA, MRSE, VRE, PRSP. Oparty na niskim pH (2,5-3,5), z możliwością repozycjonowania Zawartość grupy karboksylowej 18-24 %. Czas wchłaniania 7-14 dni. Przeznaczony do zabiegów laparoskopowych Rozmiar 10,2 cm x 5,2 cm	10						
5	Jałowa, nie krusząca się o jednorodnej porowatości gąbka żelatynowa wykonana z oczyszczonej pianki żelatynowej. Czas wchłaniania 3-5 tygodni Rozmiar 1cm x 1 cm x 1 cm	1 320						
6	Jałowa, nie krusząca się o jednorodnej porowatości gąbka żelatynowa wykonana z oczyszczonej pianki żelatynowej. Czas wchłaniania 3-5 tygodni Rozmiar 7 cm x 5cm x 0,1 cm	200						
	RAZEM							

Wymagana ilość próbek: po 1 sztuce do każdej pozycji

*Zamawiający wymaga aby zaoferowany opatrunek posiadał etykietę i instrukcję w języku polskim
Brak wpisania wszystkich wymaganych danych w kolumnie nr 9 skutkuje odrzuceniem oferty.*

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

ZP-16-133UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Załącznik Nr 22A do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET Nr 22A

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane	Zamawiana ilość w szt.	Oferowana ilość opakowań	Cena jednostk. netto za opak	VAT%	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent, nr katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu, oferowany rozmiar opatrunku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jałowy materiał hemostatyczny w formie nieutkanej neutralnej włókniny, wykonany z 100% oksydowanej celulozy o właściwościach bakteriobójczych, hamujących rozwój MRSA, MRSE, VRE, PRSP. Oparty na niskim pH (2,5-3,5), z możliwością repozycjonowania Zawartość grupy karboksylowej 18-24%. Czas wchłaniania 7-14 dni. Przeznaczony do zabiegów laparoskopowych Rozmiar 2,5 cm x 5,2 cm	10						
2	Jałowy materiał hemostatyczny w formie nieutkanej neutralnej włókniny, wykonany z 100% oksydowanej celulozy o właściwościach bakteriobójczych, hamujących rozwój MRSA, MRSE, VRE, PRSP. Oparty na niskim pH (2,5-3,5), z możliwością repozycjonowania Zawartość grupy karboksylowej 18-24%. Czas wchłaniania 7-14 dni. Przeznaczony do zabiegów laparoskopowych Rozmiar 10,2 cm x 5,2 cm	10						
	RAZEM							

Wymagana ilość próbek: po 1 sztuce do każdej pozycji

Zamawiający wymaga aby zaoferowany opatrunek posiadał etykietę i instrukcję w języku polskim

Brak wpisania wszystkich wymaganych danych w kolumnie nr 9 skutkuje odrzuceniem oferty.

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

ZP-16-133UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Załącznik nr 24

Miejscowość dnia2017r.

.....
Pieczęć firmowa wykonawcy

**OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy

Siedziba

REGON NIP

Tel. Fax

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym

Tel e-mail

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów opatrunkowych oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

PAKIET Nr 1

Cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 2

Cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 3

Cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 4

Cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 5

Cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

ZP-16-133UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

PAKIET Nr 6

Cena bez podatku VATzł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 7

Cena bez podatku VATzł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 8

Cena bez podatku VATzł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 9

Cena bez podatku VATzł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 10

Cena bez podatku VATzł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 11

Cena bez podatku VATzł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 12

Cena bez podatku VATzł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 13

Cena bez podatku VATzł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 14

Cena bez podatku VATzł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 15

Cena bez podatku VATzł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 16

Cena bez podatku VATzł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

ZP-16-133UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

PAKIET Nr 17

Cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 18

Cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 19

Cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 20

Cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 21

Cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 22

Cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 22A

Cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 23

Cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

- 1) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
- 2) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
- 3) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 4) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 5) Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części
- 6) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 29 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia

ZP-16-133UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7) Ofertę niniejszą składałam na _____ kolejno ponumerowanych stronach.

_____ dnia __ __ 2017 rok

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* w przypadku powierzenia części realizacji zamówienia podwykonawcy należy podać dane podwykonawcy.

Informacja dla Wykonawcy: Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy.