

**ZP-17-009BN**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Katowice, dn. 26.01.2017r

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych. Nr sprawy : ZP-17-009BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

1. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 3 lp.13,17** igły o zakończeniu krótkim tnącym pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
2. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 4 lp.3** krzywiznę igły 1/2 gdyż w formularzu brak tych danych pozostałe parametry bez zmian.  
**Odp.: Zamawiający w w/w pozycji zamieścił następujący opis parametrów igły: „ 17mm podwójna 1/2 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym” , dlatego nie rozumie pytania i podtrzymuje swoje wymagania.**

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM  
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Mołek**