

Katowice, dnia 13.04.2017r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej wraz z rozbiórką budynku gospodarczego oraz dostawą wyposażenia medycznego i biurowego.*

Nr sprawy: ZP – 17 – 004 BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ([tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami](#)), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie 1) Załącznik nr 19.8 Sterylizator powietrzny – 1 sztuka. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator powietrzny bez możliwości współpracy z drukarką? Potwierdzeniem poprawności przebiegu sterylizacji są testy pakowe dostarczone wraz z urządzeniem. Pytanie powyższe zadajemy powtórnie ponieważ producent wyspecyfikowanego urządzenia, zaprzestał produkcji sterylizatorów z opcją podłączenia drukarki. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu współpracy sterylizatora z drukarką.

Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia sterylizatora współpracującego z drukarką.

*Dyrektora SPSKM ŚUM w Katowicach
Dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela*