

Katowice, dn. 27.03.2017r

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych. Nr sprawy : ZP-17-021BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

1. Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 2 ust. 6 lit. c) wzoru umowy na następujące:

„dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy. Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy”.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy.

2. **Pakiet 1, poz. 3,4,6,7,8** Czy Zamawiający dopuści w niniejszych pozycjach opakowania zawierające po 12 saszetek? **Odp: Zamawiający dopuszcza.**

3. **Pakiet 1, poz. 1 i 2** Czy Zamawiający dopuści saszetki zawierające 6 nitok po 45 cm? Przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

4. **Pakiet 1, poz. 3** Czy Zamawiający dopuści nić o długości 180 cm? Przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. **Odp: Zamawiający dopuszcza.**

5. **Pakiet 1, poz. 5** Czy Zamawiający dopuści nić o grubości 3/0? Przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. **Odp: Zgodnie z SIWZ.**

6. **Pakiet 1, poz. 6** Czy Zamawiający dopuści igłę 31 mm? Przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. **Odp: Zamawiający dopuszcza.**

7. **Pakiet 1, poz. 7** Czy Zamawiający dopuści igłę 31 mm okrągłą rozwarstwiającą? Przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. **Odp: Zgodnie z SIWZ.**

8. **Pakiet 1, poz. 8** Czy Zamawiający dopuści igłę 31 mm? Przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. **Odp: Zamawiający dopuszcza.**

9. **Pakiet nr 1, pozycja 1 – 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 1 x 250cm? **Odp: Zgodnie z SIWZ.**

10. **Pakiet nr 1, pozycja 5** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odp: Zgodnie z SIWZ.

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Motek*