

Katowice, dnia 16.05.2017 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *dostawę testów biologicznych dla Centralnej Sterylizatorni.*

Nr sprawy: ZP – 17 - 041 BN

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. pozycja 2164 z późniejszymi zmianami), Zamawiający zmienia treść SIWZ w Załączniku Nr 1 w „Formularzu asortymentowo cenowym” korygując opis przedmiotu zamówienia w następujący treści:

„Wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego / zabicie bakterii po 1 h inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku poprzez wskazanie wyniku na wyświetlaczu. Na fiolce repositionowana nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny potwierdzający przebarwieniem proces sterylizacji. Kształt fiolki kompatybilny z autoczytnikiem posiadanym przez Zamawiającego firmy 3M. Zgodny z normą PN-EN ISO14161”.

Ogłoszenie podpisał w dniu 17.05.2017r.

*Dyrektor SPSKM ŚUM w Katowicach
Dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela*