

Katowice, dnia 17.05.2017r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *dostawę testów biologicznych dla Centralnej Sterylizatorni.*

Nr sprawy: ZP – 17 – 041 BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (*tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami*), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie 1) Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści testy spełniające normę PN-EN ISO 11138-1 oraz 11138-3? **Odp. Tak, dopuszcza.**

*Dyrektor SPSKM ŚUM w Katowicach
Dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela*