

Katowice, dnia 19.05.2017r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *dostawę testów biologicznych dla Centralnej Sterylizatorni*.

Nr sprawy: ZP – 17 – 041 BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ([tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami](#)), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie 1) Dotyczy Pakietu Nr 1. Czy Zamawiający dopuści testy szybkiego odczytu, kompatybilne z autoczytnikiem innego producenta niż wskazany przez Zamawiającego, w przypadku bezpłatnego użyczenia sprzętu na czas trwania umowy. Testy spełniają pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego. Obecny opis umożliwia złożenie oferty wyłącznie z testami jednego producenta, co stawia go w pozycji monopolisty i w sposób rażący godzi w przepisy ustawy PZP. **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Wskaźniki biologiczne o szybkim odczycie do pary wodnej, są dostępne u wielu dystrybutorów materiałów eksploatacyjnych mających zastosowanie w procedurach dekontaminacji. Opisane w przedmiocie zamówienia wskaźniki, są wysokiej klasy i służą do ostatecznego zwalniania wsadu, poprzez jednoznaczne potwierdzenie, że proces sterylizacji był skuteczny. Stosowany autoczytnik ma funkcję kontroli czasu pozostałego do inkubacji oraz kształt fiolek, który w znaczący sposób różni się od wskaźników innych, co eliminuje błędy czynnika ludzkiego. System kontroli proponowany przez Pytającego nie posiada takich rozwiązań.**

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek*