

Katowice, dn. 27.06.2017r

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę chłodziarek farmaceutycznych i lodówek transportowych 1. Nr sprawy : ZP-17-036BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

- 1. Pakiet nr 1** Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną o szerokości wynoszącej 690 mm, spełniającą jednocześnie pozostałe wymiary oraz pojemność wymaganą przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Odp: Zamawiający dopuszcza.
- 2. Pakiet nr 1** Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną bez systemu domykającego drzwi? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. **Odp: Zgodnie z SIWZ. System domykający drzwi usprawnia pracę.**
- 3. Pakiet nr 1** Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną z cyfrowym wzorcowanym w trzech temperaturach pomiarowych (2, 5, 8°C) monitoringiem z opcją eksportu danych na komputer poprzez wbudowany w urządzenie port USB, z aplikacją monitorującą temperaturę przechowywania produktów leczniczych w zakresie temperatur: 2-8°C z informacjami w języku angielskim? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. **Odp: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeszkolenia personelu w zakresie obsługi urządzenia i pojęć stosowanych w jego obsłudze po angielsku. Zamawiający wymaga dostarczenia przy katalogu urządzenia wydrukowanych pojęć w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.**
- 4. Pakiet nr 1** Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną wyposażoną w półki druciane wykonane ze stali powlekane tworzywem sztucznym? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Odp: Zgodnie z SIWZ. Półki druciane są bardzo mało stabilne, w użytkowaniu. Mniejsze opakowania leków mogą przemieszczać się przez druciane półki.
- 5. Pakiet nr 2** Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną bez systemu domykającego drzwi? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. **Odp: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający opisał wyraźnie przedmiot zamówienia.**
- 6. Pakiet nr 2** Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną z drzwiami bez możliwości montażu obustronnego? Oferowana chłodziarka wyposażona jest we dwoje drzwi, ze względu na dużą pojemność urządzenia. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. **Odp: Zamawiający dopuszcza.**
- 7. Pakiet nr 2** Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną z cyfrowym wzorcowanym w trzech temperaturach pomiarowych (2, 5, 8°C) monitoringiem z opcją eksportu danych na komputer poprzez wbudowany w urządzenie port USB, z aplikacją monitorującą temperaturę przechowywania produktów leczniczych w zakresie temperatur: 2-8°C z informacjami w języku angielskim? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. **Odp: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeszkolenia personelu w zakresie obsługi urządzenia i pojęć stosowanych w jego obsłudze po angielsku. Zamawiający wymaga dostarczenia przy katalogu urządzenia wydrukowanych pojęć w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.**
- 8. Pakiet nr 2** Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną wyposażoną w półki druciane wykonane ze stali powlekane tworzywem sztucznym? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Odp: Zgodnie z SIWZ. Półki druciane są bardzo mało stabilne, w użytkowaniu. Mniejsze opakowania leków mogą przemieszczać się przez druciane półki.

9. W wymaganych parametrach rejestratora temperatury (pakiet 3 i 4 poz. II.3.) wskazany jest „czujnik wewnętrzny NTC”. Czy Zamawiający dopuszcza czujnik wewnętrzny Pt100? **Odp: Zamawiający dopuszcza.**
10. W tytule pakietów podany jest „rejestrator temperatury i wilgotności” a w „Opisie przedmiotu zamówienia” w tabeli „wymaganych parametrów techniczno-użytkowych” pkt. II wskazane są wymagania dla „rejestratora temperatury”. Czy Zamawiającemu wystarczy tylko rejestrator temperatury? **Odp: Zamawiający wymaga rejestratora temperatury.**
11. W tytule pakietów podany jest „rejestrator temperatury i wilgotności” a w „Opisie przedmiotu zamówienia” w tabeli „wymaganych parametrów techniczno-użytkowych” pkt. II wskazane są wymagania dla „rejestratora temperatury”. Jeśli Zamawiający wymaga rejestratora temperatury i wilgotności, to czy wzorcowanie przyrządu w laboratorium akredytowanym PCA i wystawienie świadectwa wzorcowania ma też obejmować parametr wilgotności? **Odp: Zamawiający wymaga rejestratora temperatury.**
12. 3. W wymaganych parametrach rejestratora temperatury (pakiet 3 poz. III 9 -11) wymagane są „świadectwo ISO 9001 oraz 14001, świadectwo legalizacja systemu kontroli temperatury oraz częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku wymagana przez producenta”. Czy Zamawiający pomyłkowo zamieścił te wymagania dla rejestratora temperatury, a dotyczą one pakietu 1i 2, czy też Zamawiający stawia takie wymagania rejestratorowi temperatury? **Odp: Zamawiający pomyłkowo zamieścił te wymagania (jak w poz. III 9-11 dla SIWZ-u opublikowanego na dzień 12.06.2017 oraz w treści „ZAŁĄCZNIKI”). Dokonano zmiany treści SIWZ**
13. Pakiet 1. Czy Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT wbudowany w chłodziarkę farmaceutyczną ma być wyposażony w dwa czujniki temperatury, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia "Dobra Praktyka Dystrybucyjna Leków" ? **Odp: Tak.**
14. Jak daleko od chłodziarki będzie oddalony komputer na którym ma być prowadzona rejestracja temperatury? **Odp: Komputer będzie ustawiony w sąsiadującym pomieszczeniu.**
15. Czy obydwie chłodziarki mają współpracować z tym samym komputerem ? **Odp: Tak.**
16. Jaki jest system operacyjny w komputerze ? **Odp: Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było kompatybilne z Windows-em 7-10.**
17. Pakiet nr 1. Czy Komputerowy Rejestrator Temperatury (KRT) ma się komunikować z komputerem poprzez kabel USB, RS-232, RS-485 czy bezprzewodowo poprzez WiFi ? **Odp: Zgodnie z SIWZ.**
18. Czy modem GSM do wysyłania SMS-ów alarmowych ma być homologowany przez Instytut notyfikowany w Unii Europejskiej ? **Odp: Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ.**
19. Czy w lodówkach transportowych ma być zainstalowany termohigrometr rejestrujący temperaturę i wilgotność względną i czy obydwa tory pomiarowe mają być wzorcowane ? W SIWZ podajecie Państwo tylko punkty wzorcowania termometru. Jest to bardzo istotne ze względów ekonomicznych, bo inne są stawki wzorcowania tylko toru pomiaru temperatury a inne temperatury i wilgotności względnej. **Odp: W SIWZ podany jest parametr, który ma być rejestrowany – temperatura.**
20. Czy zamiast termistorowego czujnika temperatury (NTC) opisanego w SIWZ dopuścicie Państwo platynowy czujnik temperatury Pt-100, który jest dokładniejszy i ma lepszą długoterminową stabilność parametrów metrologicznych.? **Odp: Zamawiający dopuszcza.**
21. Jako ocenę jakości chłodzi, SIWZ podaje istnienie lub brak oświetlenia szafy chłodniczej. Czy wobec tego, że większość chłodziarek farmaceutycznych posiada takie oświetlenie, rozważycie Państwo rozszerzenie kryterium jakościowego np. doświadczenie producentów sprzętu (ilość lat obecności na rynku polskim), listy referencyjne wiarygodnych użytkowników proponowanych przez Wykonawcę modeli urządzeń chłodniczych i rejestratorów temperatury, pojemność pamięci rejestratora temperatury, możliwość równoczesnej rejestracji do pamięci wewnętrznej i on-line na komputer, etc.? **Odp: Zgodnie z SIWZ.**
22. W SIWZ żądacie Państwo, aby mogli Państwo zgłaszać awarię całodobowo przez telefon. Czy możecie Państwo odstąpić od tego warunku ? **Odp: Zgodnie z SIWZ.**
23. Czas produkcji chłodzi wynosi około 6 tygodni roboczych. Czy możecie Państwo przedłużyć termin dostawy powyżej 35 dni ? **Odp: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający przypomina, że termin dostawy jest kryterium ocennym w/w postępowaniu.**
24. Proponowany termin zapłaty wynosi 60 dni. Czy możecie Państwo skrócić ten termin do 14 lub 21 dni? **Odp: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności.**
25. W związku z brakiem określenia w SIWZ przez Zamawiającego środków zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas wykonywania zamówienia, prosimy o wykreślenie z SIWZ wymogu dostarczenia certyfikatu ISO 14001. **Odp: Zamawiający wykreśla certyfikat ISO 14001.**
26. Czy Zamawiający dopuszcza, by rejestrator temperatury miał wymiary: 160mm x 65mm x 35mm tj. inne od wskazanych w wymaganiach zał. 3 i 4? **Odp: Zgodnie z SIWZ.**

ZP-17-036BN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

27. Czy Zamawiający dopuszcza by rejestrator temperatury był zasilany bateriami litowymi i dodatkowo miał możliwość zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej? **Odp: Zamawiający nie dopuszcza.**
28. Czy Zamawiający dopuszcza by rejestrator temperatury był zamontowany na przenośnej lodówce tak jak prezentuje załączone zdjęcie? **Odp: Zgodnie z art. 38 ust.1 pzp Wykonawca ma prawo zwrócić się o wyjaśnienie wątpliwości SIWZ lecz z całą pewnością nie w formie zdjęć. Rejestrator ma monitorować temp. wewnątrz lodówki przenośnej, jeśli zewnętrzny montaż to zapewni to dopuszczam.**

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*