

ZP-17-070UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Katowice, dn. 10.08.2017 r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
Nr sprawy: ZP-17-070UN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet 7, pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule z koreczkiem portu bocznego domykany standardowo, dostępne w następujących rozmiarach :

- 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ 29 ml/min
- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
- 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min
- 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ 290 ml/min ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 Pakiet 7

Czy Zamawiający wymaga, aby port dostępu bocznego umieszczony był centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego ?

Odp.: Zamawiający wymaga, aby port boczny był umieszczony centralnie tzn. pośrodku między skrzydełkami.

Pyt. 3 Pakiet 7

Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu nazwy lub logo producenta na kaniuli, ponieważ w momencie incydentu medycznego „wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być zidentyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, aby można było podjąć odpowiednie działania w celu wykrycia potencjalnego zagrożenia powodowanego przez te wyroby i ich odłączalne elementy”, tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli nie ma realnego zastosowania.

Odp.: Zamawiający nie odstępuje od tego wymogu.

Pyt. 4 Pakiet 7

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę parametrów oceny i przyzna 40 pkt kaniurom posiadającym 3 widoczne paski kontrastujące w RTG ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kryterium ocennego (Jakość). Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 5 Pakiet 11 poz. 2 - Igły do portów

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 2. igły bezpieczne z atraumatycznym szlifem tyżeczkowym (igły Hubera) o długości drenu 250 mm wyposażone w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia i kontakt z krwią pacjenta, wskazujący wizualnie i akustycznie na zabezpieczenie igły z widocznym miejscem nakłucia (jak w klasycznym „motylku ergonomiczne skrzydełko (ich kolor oznacza grubość igły) umieszczone na ekstraktorze pozwalającym na usunięcia igły jedną ręką przez jedną osobę.

Odp.: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił długości drenu. Zgodnie z SIWZ.

ZP-17-070UN

*Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24*

Pyt. 6 Pakiet 11 poz. 1 - Igły do portów

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1 zakrzywione igły do przepłukiwania portu naczyniowego o szlifie łyżeczkowym (igły Hubera) o długości użytkowej 20 mm (od miejsca zakrzywienia do ostrza) i całkowitej długości 25 mm?

Odp.: Tak, pod warunkiem że rozmiar igły wynosi 20G.

Pyt. 7 Pakiet nr 11

Czy Zamawiający poprawi pomyłkę pisarską w punkcie 2.e. zamieniając rozmiar igły z 20G x 20 mm (+/- 2 mm) na 22G x 20 mm (+/- 2 mm)? Rozmiar 20G x 20 mm (+/- 2 mm) występuje w specyfikacji dwukrotnie w punkcie 2.b. i w punkcie 2.e. przy czym zamawiane ilości różnią się.

Odp.: Zamawiający dokonał już korekty i udostępnił skorygowany Załącznik nr 11 do SIWZ na stronie internetowej Szpitala w dniu 07.08.2017 r.

Pyt. 8 Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści dren Redona ze stalowym trokarem, długość preforacji 15cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 9 Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści dren Redona, długość preforacji 14cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 10 Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści dren Redona, długość preforacji 15cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 11 Pakiet 1, pozycje 6 - 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 6 i 7.

Pyt. 12 Pakiet 3, pozycja 1

Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje worka do godzinowej zbiórki moczu z 2 filtrami hydrofobowymi oraz min. 1 zastawką bezzwrotną?

Odp.: Zamawiający dokonuje korekty w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z korektą Załącznika nr 3 do SIWZ.

Pyt. 13 Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki o pojemności użytkowej 25ml, całkowitej „po brzeg” 30ml?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 14 Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koreczki o długości (wraz z trzpieniem) ok. 10mm oraz średnicy ok. 10,5mm, pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a'250 szt.?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 15 Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kraniki w opakowaniach zbiorczych a'50 szt.?

Odp.: Zgodnie z korektą Załącznika nr 6 umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.08.2017 r.

Pyt. 16 Pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny 100 j.m./ml, skalowane co 0,02ml/1ml?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 17 Projekt umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 6 lit. b projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

ZP-17-070UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pyt. 18 Projekt umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2:

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt. 4 i § 2 pkt. 6b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości **0,5%** wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto opóźnionej części zamówienia.**

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 19 Projekt umowy

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto **niezrealizowanej części** przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1 w zakresie Pakietu od którego realizacji zamawiający odstąpił.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 20 Pakiet nr 2 poz. 5 i 6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 (Materiały do systemu Serres) w poz.5 i 6 wymaga, aby wkłady workowe pojemności 1 litr były w kształcie owalnym i były kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi pojemności 1 litr w kształcie owalnym, jakie aktualnie Zamawiający posiada a wkłady 2 litrowe kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi 2 litrowymi w kształcie okrągłym?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.

Pyt. 21 Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 nie wymaga dołączenia próbek?

Odp.: Zamawiający nie wymaga próbek.

Pyt. 22 Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków do leków jednorazowego użytku z oznaczeniem objętości co 1ml, o max. objętości kieliszka 30 ml, o średnicy podstawy wynoszącej 2,7cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dysponuje tacami do leków do których została dobrana max. średnica podstawy kieliszka.

Pyt. 23 Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kieliszków w opakowaniach handlowych=80szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający określił maksymalną wielkość opakowania 100 szt. więc oferowane opakowanie po 80 szt. jest zgodne z SIWZ.

Pyt. 24 Pakiet nr 9 poz. 1 a-b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z opakowaniem typu blister (papier/folia) z mankietem otwierającym gwarantującym zachowanie jakości strzykawki podczas otwierania min. 0,5 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie określił rodzaju opakowania. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 25 Pakiet nr 9 poz. 1 a-b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie zawierające 100 sztuk strzykawek i odpowiednie przeliczenie ilości?

Odp.: Zgodnie z korektą załącznika nr 9 do SIWZ.

Pyt. 26 Pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek oznaczonych odpowiednimi piktogramami, zgodnie z normą PN-EN ISO 13485:2004 oraz dyrektywą 33/42/EEC, posiadających opis w języku angielskim?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na opis w języku angielskim.

ZP-17-070UN

*Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24*

Pyt. 27 Pakiet.1, poz.1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga cewników do podawania tlenu przez nos pozbawionych szkodliwych substancji: DEHP i BPA z wyraźnym oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym?

Odp.: Zamawiający nie określił z jakiego ma być wykonany cewnik. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 28 Pakiet 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley 24CH z balonem 30-50ml, reszta parametrów i rozmiarów zgodna z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 29 Pakiet 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania górnych dróg oddechowych w rozmiarze 10-18CH o długości roboczej (bez konektora) 56cm, z konektorem 60cm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 30 Pakiet 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga aby końcówka cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania?

Odp.: Zamawiający nie określił kształtu wewnętrznej końcówki. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 31 Pakiet 1, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego rozmiaru próbek oczekuje zamawiający w poz. nr 4, gdyż w SIWZ umieścił zapis o cewniku 16CH – 1 szt., podczas gdy w poz. 4 wymaga cewników w rozmiarach 18-26CH?

Odp.: Zamawiający koryguje zapis SIWZ Rozdział VI pkt 9 ppkt 9.1 w zakresie Pakietu nr 1 poz. 4 tj. Zamawiający żąda bezpłatnych próbek dla Pakietu nr 1 poz. 4 (cewnik urologiczny trójdrożny) rozmiar: 18CH -1 szt.

Pyt. 32 Pakiet 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową o wysokim stopniu dokładności, wyskalowaną co 1 ml od 1 do 40 ml, co 5 ml do 90 ml i co 10 ml do 500 ml, tak jak w obecnie stosowanym przez Zamawiającego zestawie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pyt. 33 Pakiet 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zestaw ma posiadać przynajmniej 3 sposoby mocowania zestawu do łóżka pacjenta co sprawia, iż system jest bardziej kompatybilny do mocowania ze wszystkimi typami łóżek?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 34 Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje aby zestaw do pomiaru godzinowej diurezy posiadał przezroczyste okienko podglądu w łączniku do cewnika foleya, okienko ma służyć do kontroli obecności moczu i samego procesu pobierania?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pyt. 35 Pakiet 3, poz. 2

Czy zamawiający oczekuje worek posiadał przezroczyste okienko podglądu w łączniku do cewnika foleya, okienko ma służyć do kontroli obecności moczu i samego procesu pobierania, dokładnie tak samo jak w pozycji wyżej?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pyt. 36 Pakiet 3, poz. 2

Czy zamawiający oczekuje dokumentów potwierdzających możliwość użycia worka przez 14 dni wydanych przez producenta?

Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ.

ZP-17-070UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pyt. 37 Pakiet 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie kieliszków z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym, lub możliwość podania ceny jednostkowej netto do czterech miejsc po przecinku.

Odp.: Zgodnie z korektą Załącznika nr 4 umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.08.2017 r.

Pyt. 38 Pakiet 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za 100szt koreczków z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym, lub możliwość podania ceny jednostkowej netto do czterech miejsc po przecinku.

Odp.: Zgodnie z korektą Załącznika nr 5 umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.08.2017 r.

Pyt. 39 Pakiet 6, poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wielkości opakowania zbiorczego 100 szt.

Odp.: Zgodnie z korektą Załącznika nr 6 umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.08.2017 r.

Pyt. 40 Pakiet 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy kraniki trójdrożne mają być wyposażone białe trójramienne pokrętło oraz w kolorowe znaczniki do oznaczania linii żyłnej (niebieski) i tętnicznej (czerwony)?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 41 Pakiet 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby kraniki trójdrożne wykonane były z poliwęglanu materiału odpornego na pęknięcie, przystosowanego do podaży leków drażniących i silnie działających?

Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ.

Pyt. 42 Pakiet 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje kraników sterylizowanych radiacyjnie?

Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ.

Pyt. 43 Pakiet 7, poz. 1

Prosimy zamawiającego do dopuszczenie kaniul o następujących parametrach:

- samodomykającym się korkiem portu bocznego,
 - z zastawką antyzwrotną,
 - dostępność rozmiarów 22-14G,
 - kaniula widoczna w promieniach RTG, minimum 3 pasków radiocieniujących,
 - kaniula wykonana z materiału biokompatybilnego - poliuretan,
 - Opakowanie sztywne , które chroni przed utratą jałowości .
- 22Gx25mm przepływ 42 ml/min
20Gx32mm przepływ 67 ml/min
18Gx32mm przepływ 103 ml/min
18Gx45mm przepływ 103 ml/min
17Gx45mm przepływ 133 ml/min
16Gx45mm przepływ 236 ml/min
14Gx45mm przepływ 270 ml/min

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 44 Pakiet 7, poz. 2

1/ Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniul o następujących parametrach:

- z samozamykającym się portem górnym,
- z przezroczystą komorą ułatwiająca obserwację napływu krwi,
- zastawką antyzwrotną,
- dostępność rozmiarów 22-14G,
- rozmiary kodowane kolorystycznie,
- Kaniula widoczna w promieniach RTG, minimum 3 pasków radiocieniujących,
- kaniula wykonana z materiału biokompatybilnego – poliuretan,
- Igła cienkościenna, zapewniająca duży przepływ, o gładkiej powierzchni, ostrze trójpłaszczyznowe, umożliwiające łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę.

ZP-17-070UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

- Kaniula bezpieczna z igłą zaopatrzoną w automatyczny plastikowy zatrzask zabezpieczający personel medyczny przed zaskoczeniem igłą.
- Kaniula bezpieczna ma także chronić przed przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły - przed wypływem krwi i zachlapaniem.
- Elastyczne skrzydełka mocujące,
- koreczek luer lock, samodomykający się koreczek portu bocznego,
- pakowana pojedynczo w opakowanie sztywne które chroni przed utratą jałowości
- sterylizowane radiacyjnie.

Rozmiary:

- 22 G - 0,9 x 25 mm niebieski
- 20 G - 1,1 x 32 -33 mm różowy
- 18 G - 1,3 x 32 – 33 mm zielony
- 18 G - 1,3 x 45 mm zielony
- 17 G - 1,5 x 45 mm biały
- 16 G - 1,8 x 45 -50 mm szary
- 14 G - 2,0 x 45 -50 mm pomarańczowy

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 45 Pakiet 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy automatyczne zabezpieczenie ma zatykać w pełni światło i ostrze igły, co zabezpiecza personel medyczny nie tylko przed przypadkowym zaskoczeniem ale również zachlapaniem krwią?

Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ.

Pyt. 46 Pakiet 8, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy bezigłowy zawór nie powinien posiadać mechanicznych elementów, tak jak obecny używany przez zamawiającego?

Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ.

Pyt. 47 Pakiet 8, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy bezigłowy zawór dostępu naczyniowego powinien posiadać zastawkę w postaci łatwej i skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, silikonowej podzielnej membrany (która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym przezroczystym konektorze? Chcemy zaznaczyć, że silikonowa jednoelementowa zastawka osadzona na konektorze daje jedynie gwarancje skutecznej dezynfekcji.

Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ.

Pyt. 48 Pakiet 8, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby skuteczności obniżenia ryzyka wystąpienia zakażeń odcewnikowych oferowanego produktu była potwierdzona badaniami klinicznymi załączonymi do oferty?

Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ.

Pyt. 49 Pakiet 9, poz.1 b, c

Prosimy zamawiającego do dopuszczenia strzykawek renomowanej firmy Becton Dickinson w pozycjach B i C posiadającą skalę co 1 ml.

Odp.: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Pyt. 50 Pakiet 9, poz.1 a, b, c

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki powinny posiadać logo oraz typ strzykawki na cylindrze w celu łatwiejszej identyfikacji strzykawki?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 51 Pakiet 9, poz.1 a, b, c

Prosimy Zamawiającego o podanie jakie pompy infuzyjne, jakich producentów posiada Zamawiający w celu zachowania kompatybilności strzykawek.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

ZP-17-070UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pyt. 52 Pakiet 9, poz.1 a, b, c

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawkę niewymienionych w menu pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Zamawiającego, stosowanych niezgodnie z zaleceniami producentów pomp?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 53 Pakiet 13, poz.1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby przyrząd do przetaczania wyposażony był w zatyczkę filtrem hydrofobowym umożliwiającym łatwe i bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie drenu bez ryzyka skażenia zestawu?

Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ.

Pyt. 54 Pakiet 13, poz.1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby przyrząd do przetaczania wyposażony był w łącznik obrotowy umożliwiający łatwe wpięcie do wktucia bez ryzyka skręcania łączonych elementów?

Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ.

Pyt. 55 Pakiet 15, poz.1, 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu jednorazowego, sterylne, do infuzji leków cytotoksycznych, z jednoelementową, elastyczną komorą kroplową wykonaną z transparentnego materiału, z dodatkowym oznaczeniem pierścieniowym umożliwia łatwość wypełnienia i kontrolę poziomu przepływu, dren o długości 210cm, wykonany z medycznego PCV niezawierającego szkodliwych ftalanów DEHP, reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 56 Pakietu nr 11:

Czy Zamawiający dopuści igły o niskim profilu, ze sztywnym przezroczystym korpusem zabezpieczonym od spodu miękką pianką dostosowującą się do kształtu podłoża?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 57 Pakietu nr 8:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zawór bezigłowy przeznaczony do użytku przez 7 dni i większej ilości aktywacji - 400?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 58 Pakietu nr 8:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2, 3 i 4 przedłużkę o długości 12-13 cm i przepływie 350 ml/min, jako nieznacznie różniące się od wymaganych, a także o mniejszych (lepszych) objętościach wypełnienia?

Odp.: Zgodnie z korektą Załącznika nr 8 umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.08.2017 r.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie:

SIWZ - Rozdział VI pkt 9 ppkt 9.1: w zakresie żądach próbek dla Pakietu nr 1 poz. 4, SIWZ - Rozdział VII pkt 5: koryguje omyłkę pisarską tj. było: Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1-15 do SIWZ, powinno być: Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 16 do SIWZ, Rozdział VII pkt 13 koryguje omyłkę pisarską w zakresie nazwy i oznaczenia sprawy tj.: było: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH" oznaczenie sprawy: ZP-17-051UN, powinno być: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ZP-17-070UN.

Załącznika nr 3 poz. 1 do SIWZ (parametry wymagane - opis przedmiotu zamówienia poz. 1), Załącznika nr 9 poz. 1 do SIWZ (parametry wymagane - opis przedmiotu zamówienia, wielkość maksymalna opakowania),

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Motek*

ZP-17-070UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**Pakiet 3 - Worki do godzinowej 14-dniowej zbiórki moczu**

Lp.	Nazwa asortymentu - parametry wymagane	Producent	Nr katalogowy	Zamawiana ilość	Cena jednostkowa netto za szt.	Stawka podatku VAT [%]	Wartość netto [kol. 5 * kol. 6]	Wartość podatku VAT [zł]	Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<p>Worki do godzinowej zbiórki moczu w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - komora pomiarowa 500 ml z paskami do mocowania; - worek 2000 ml bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml do 40 ml, co 5 ml do 100 ml, co 10 ml do 500 ml; - bezigłowy port do pobierania próbek moczu; - 2 filtry hydrofobowe oraz min. 1 zastawka bezzwrotna; - długość drenu min. 1,2 m 			200 szt.					
2.	<p>Worki do 14-dniowej zbiórki moczu w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szczelny, całkowicie zamknięty system; - czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, bardzo wysokiej dokładności pomiaru co 25 ml do 100 ml i co 100 ml do 2.000 ml; - worek wykonany z bardzo mocnej folii; - wieszak przystosowany do każdej ramy łóżka; - przewody o dużej średnicy odporne na zaginanie się, o długości 110-120 cm; - komora kroplowa z wbudowanym filtrem powietrza; - zawór spustowy worka; - wbudowany zawór przeciwwrotny; - bezigłowy port do pobierania próbek; - konstrukcja ograniczająca kontakt z podłogą; - konstrukcja worka umożliwiająca użytkowanie go przez okres 14 dni z zachowaniem funkcjonalności oraz jałowości. 			200 szt.					

ZP-17-070UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

				RAZEM			
--	--	--	--	--------------	--	--	--

_____ dnia _____

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

ZP-17-070UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Załącznik Nr 9 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**Pakiet 9 - Strzykawki jednorazowe z gumowym tłokiem, strzykawki bursztynowe**

Lp.	Nazwa asortymentu - parametry wymagane	Producent	Nr katalogowy	Proponowana wielkość opakowania	Zamawiana ilość	Cena jednostkowa netto za sztukę lub cena netto za oferowane opakowanie*	Stawka podatku VAT [%]	Wartość netto [kol. 5 * kol. 6]	Wartość podatku VAT [zł]	Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Strzykawki jednorazowe niskoporowe z gumowym tłokiem pasujące do wszystkich typów pomp infuzyjnych, ze szczelnym połączeniem luer-lock. Tłok strzykawki szczelny, ze swobodnym przesuwem, posiadający system blokady przed całkowitym wysunięciem. Czytelna, trwała wyraźna skala oznaczona co 1 ml dla objętości 20 ml, co 2 ml dla objętości 50 ml. Opakowanie jednostkowe umożliwiające zachowanie jałowości strzykawki podczas otwierania z wyraźnie oznaczoną datą ważności, z mankietem do otwierania min. 0,5 cm na szerokości opakowania - kompatybilne z aparatami do hemodializy Fresenius Medical Care 4008S. Max. wielkość opakowania 100 szt.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
a.	strzykawki jednorazowe 20 ml				25.000 szt.					
b.	strzykawki jednorazowe 50 ml				13.000 szt.					
c.	strzykawki jednorazowe 50 ml do podaży leków światłoczułych				3.000 szt.					
RAZEM										

* W kolumnie 7 Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć czy oferowana cena dotyczy sztuki czy opakowania.

_____ dnia _____

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy