

Katowice, dn. 03.08.2017r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników - III.

**Nr sprawy: ZP-17-065UN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1 – Pakiet nr 11 poz. 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na klon 5B1 dla przeciwciała CD45-FITC 30 testów?

**Odp. Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w treści SIWZ w zakresie nazewnictwa zastosowanego dla poz. 1 Pakiet nr 11 tj.: było klon 581, powinno być: klon 5B1.**

**Pytanie 2 – SIWZ, część III, pkt. 1, ppkt. a)**

Czy Zamawiający zgodzi się na termin dostawy do 14 dni roboczych od daty zamówienia - dla pakietu nr 11?

*Uzasadnienie: Odczynniki sprowadzane są zza granicy i z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dostawa może okazać się niemożliwa w terminie krótszym niż 14 dni roboczych.*

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynników do 14 dni roboczych od daty zamówienia w zakresie Pakietu nr 11.**

**Pytanie 3 – SIWZ, Załącznik nr 25 „Projekt Umowy”- §2 pkt.4**

Czy Zamawiający zgodzi się na termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury VAT - dla pakietu nr 11?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 4 – Pakiet nr 10**

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z odczynnikami oferował wsparcie techniczne w języku polski oraz na terenie Polski?

**Odp. Jeśli wsparcie techniczne jest równoważne ze wsparciem serwisowym, Zamawiający wymaga wsparcia technicznego w języku polskim na terenie Polski.**

**Pytanie 5 – Pakiet nr 14**

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z odczynnikami oferował wsparcie techniczne w języku polski oraz na terenie Polski?

**Odp. Jeśli wsparcie techniczne jest równoważne ze wsparciem serwisowym, Zamawiający wymaga wsparcia technicznego w języku polskim na terenie Polski.**

**Pytanie 6 – Pakiet nr 10**

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował zespołem inżynierów serwisowych certyfikowanych przez Producenta?

**Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 7 – Pakiet nr 14**

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował zespołem inżynierów serwisowych certyfikowanych przez Producenta?

**Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.**

## **ZP-17-065UN**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

### **Pytanie 8 – Pakiet nr 10**

Czy Zamawiający wymaga dostępu przez stronę internetową (on-line), jak również za pośrednictwem linii telefonicznej do wsparcia technicznego, który będzie w stanie udzielić informacji w ciągu 48 godzin?

**Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.**

### **Pytanie 9 – Pakiet nr 14**

Czy Zamawiający wymaga dostępu przez stronę internetową (on-line), jak również za pośrednictwem linii telefonicznej do wsparcia technicznego, który będzie w stanie udzielić informacji w ciągu 48 godzin?

**Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.**

### **Pytanie 10 – Dotyczy rozdziału II SIWZ, ustęp 7, podpunkt b – pakiet 14.**

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów wymienionych w pakiecie 14, pozycja 1, 2 i 3 terminem ważności minimum 5 miesięcy a produktu z pozycji 4 pakietu 14 z terminem ważności minimum 3 miesiące.

Produkty te charakteryzuje b. krótki termin ważności, krótszy niż wymaga Zamawiający.

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę tj. dla Pakietu nr 14 poz. 1, 2 i 3 - minimum 5 miesięcy terminu ważności deklarowanego przez producenta, Pakiet nr 14 poz. 4 - minimum 3 miesiące terminu ważności deklarowanego przez producenta.**

### **Pytanie 11 – Dotyczy rozdziału VII SIWZ, ustęp 10, podpunkt b – pakiety 10 i 14**

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku polskim (na nośniku elektronicznym np. płyta CD), a w przypadku braku produktu niebezpiecznego pisemne oświadczenie, że odczynnik nie zawiera produktu niebezpiecznego - dotyczy wszystkich Pakietów.

Karty charakterystyk produktów będących przedmiotem postępowania są dostępne na stronie internetowej producenta. Czy Zamawiający uzna za wystarczające zapewnienie dostępu do wyżej wymienionych dokumentów za pośrednictwem strony internetowej przy dodatkowym zapewnieniu, iż każdorazowo na życzenie Zamawiającego Wykonawca dostarczy powyższe dokumenty w formie elektronicznej lub drukowanej?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie 12 – Dotyczy wzoru umowy, §1, ustęp 2 – pakiety 10 i 14.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis?

„Zamawiający dopuszcza możliwość składania zamówień bezpośrednio na platformie internetowej Wykonawcy.”

Realizacja zamówień na stronie internetowej daje możliwość składania ich 24h/7dni w tygodniu. Zamawiający zyskuje dostęp bezpośredni do badania statusu zamówienia.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu Umowy.**

### **Pytanie 13 – Dotyczy wzoru umowy, §1, ustęp 6 – pakiety 10 i 14.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 7 dni do 21 dni dla produktów z wyżej wymienionych pakietów?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i fakt, iż nasze odczynniki magazynowane oraz produkowane są poza granicami kraju, podany tutaj termin zda się niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

**Odp. Tak, dla Pakietów Nr 10 i Nr 14 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wymiany przedmiotu zamówienia dostarczonego z wadami w terminie do 21 dni kalendarzowych i nadaje mu następujące brzmienie: „W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia z wadami, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany go na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji, na własny koszt. W przypadku dostarczenia odczynników niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego odbioru opakowań po tych odczynnikach.”**

### **Pytanie 14 – Dotyczy wzoru umowy, §1, ustęp 9 – pakiety 10 i 14.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis?

„Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.”

Przekazywanie faktur drogą emailową usprawni proces przekazywania faktur.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu Umowy.**

**ZP-17-065UN**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

**Pytanie 15 – Dotyczy wzoru umowy, § 1, ustęp 10 – pakiety 10 i 14.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z „ do 60 dni” na „do 30 dni”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 16 – Dotyczy wzoru umowy, § 3 ustęp1 – pakiety 10 i 14.**

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary za niedotrzymanie terminu dostawy do 0,2% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia.

Kary nie mogą być nadmierne bo ich rola nie jest każąca, ale powinny mieć na celu kompensację szkód wyrządzonych ewentualnie zamawiającemu. Nie mogą one naruszać zasad uczciwej konkurencji i równości na linii zamawiający – wykonawcy. Zamawiającemu przysługują odsetki karne w wysokości 1%, podczas gdy Wykonawca może dochodzić swoich roszczeń jedynie na poziomie odsetek ustawowych. Wnosimy o zmianę powyższego zapisu z uwagi na fakt, iż Zamawiający w projekcie umowy zawarł zapisy które są konieczne dla oceny ryzyka związanego z przystąpieniem do niniejszego postępowania (wpływają istotnie na cenę oferty!) oraz w związku, z tym, że obecnie naruszają one zasadę uczciwej konkurencji i winny ulec zmianie, gdyż wynikowo całe postępowanie obciążone jest wadą istotną.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pytanie 17 – Dotyczy wzoru umowy § 3 ustęp 4 – pakiety 10 i 14.**

Prosimy o wydłużenie terminu po jakim będą Państwo uprawnieni do zakupu interwencyjnego do 14 dni roboczych.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pytanie 18 – Dot. Załącznik nr 25 do SIWZ Par. 1 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pytanie 19 – Dot. Załącznik nr 25 do SIWZ Par 1 ust. 10, par. 2 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pytanie 20 – Dot. Załącznik nr 25 do SIWZ Par. 3 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pytanie 21 – Dot. Załącznik nr 25 do SIWZ Par. 3 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie: Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pytanie 22 – Dot. Załącznik nr 25 do SIWZ Par. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pytanie 23 – Dot. Załącznik nr 25 do SIWZ Par. 4 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**ZP-17-065UN**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

**Pytanie 24 – Dot. SIWZ**

Czy zamawiający zgodzi się skrócić termin płatności za przedmiot dostarczony po otrzymaniu faktury do 30 dni?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 25 – Pakiet nr 16**

Czy Zamawiający ma na myśli folię adhezyjną do testów Candid I Aspergillus? (wyjaśnienie: producent nie posiada w zestawach folii, tylko jest to produkt osobny), testy kolorymetryczne w poz 4,5 są kompletne i nie wymagają żadnych dodatkowych odczynników.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 26 – Pakiet nr 16**

Czy Wykonawca może rozszerzyć tabelę cenową o dodatkowy wiersz w celu doliczenia wspomnianych folii adhezyjnych?

**Odp. Nie. Zamawiający umieścić informację wyjaśniającą w tym zakresie pod formularzem asortymentowo-cenowym.**

**Pytanie 27 – Pakiet nr 12 poz. 13**

Czy w Poz. 13. Formularza asortymentowo-cenowego można zaproponować odczynnik do oznaczania antygeny czynnika XIII?

**Odp. Zamawiający w poz. 13 wymaga odczynnika do oznaczania aktywności czynnika IX.**

**Pytanie 28 – Pakiet nr 12 poz. 20**

Ile rozcieńczeń na próbkę należy uwzględnić w pozycji 20? (Miano inhibitora czynnika VIII)

**Odp. Standardowo należy uwzględnić 6 rozcieńczeń.**

**Pytanie 29 – Pakiet nr 12 poz. 20**

Prosimy o sprecyzowanie, do jakich celów Zamawiający będzie wykorzystywał metodę pomiaru aktywności anty Xa (metodą tą można oznaczać heparyny ( LMWH i UH) a także nowe doustne leki przeciwkrzepliwie: rywaroksaban i apiksaban; wymagane są do tych analizów odrębne kontrole i kalibratory)

**Odp. Zamawiający będzie wykorzystywał metodę pomiaru aktywności anty Xa do monitorowania leczenia heparyną drobnocząsteczkową.**

**Pytanie 30 – Pakiet nr 12**

Ze względu na to, iż D-dimery są bardzo ważnym elementem kosztotwórczym oferty prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga doliczenia dodatkowych oznaczeń ze względu na powtórki, konieczne dla uzyskania końcowego wyniku, w przypadku próbek z wysoką zawartością D-dimerów, przekraczających standardowy zakres pomiarowy testu. Jeśli tak prosimy o określenie szacunkowe (np. w %) ilości próbek:

a) do 4 tysng/ml FEU

b) w przedziale 4 - 7,5 tys. ng/ml FEU

c) powyżej 7,5 tys. ng/ml FEU

**Odp. Tak. Zamawiający szacuje ilości próbek na następującym poziomie: a) do 4 tysng/ml FEU – 70%**

**b) w przedziale 4 - 7,5 tys. ng/ml FEU – 25 %, c) powyżej 7,5 tys. ng/ml FEU – 5%**

**Pytanie 31 – Pakiet nr 12 poz. 9**

Czy w poz. 9. Parametrów wymagalnych analizatorów (zał. 12 B) nie doszło do pomyłki pisarskiej i zapis zamiast "Zautomatyzowany odczyt barkodowy i odczynników (...)" nie powinien brzmieć "Zautomatyzowany odczyt barkodowy próbek i odczynników (...)"?

**Odp. Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w Załączniku nr 12B poz. 9 do SIWZ w następujący sposób:**

*było:* Zautomatyzowany odczyt barkodowy i odczynników (wewnętrzny czytnik barkodów) umożliwiający jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych na pokład materiałów bez konieczności ich kolejnego, manualnego, przykładania do okienka czytnika.

**Powinno być:** Zautomatyzowany odczyt barkodowy próbek i odczynników (wewnętrzny czytnik barkodów) umożliwiający jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych na pokład materiałów bez konieczności ich kolejnego, manualnego, przykładania do okienka czytnika.

**ZP-17-065UN**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie:  
SIWZ - Rozdział III, pkt. 1, ppkt. a) - dot. terminu dostawy odczynników dla Pakietu nr 11, Rozdziału II, pkt 7, ppkt b - dot. terminu ważności odczynników dla Pakietu 14;  
zapisów umowy § ust. 6 - dot. terminu wymiany w zakresie Pakietu nr 10 i 14;  
Załącznik nr 12B poz. 9 - korekta omyki pisarskiej.

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM  
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Molek*

**ZAŁĄCZNIK NR 12 B**

**PARAMETRY WYMAGALNE TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE  
DLA DWÓCH ANALIZATORÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU  
KOAGULOLOGII I HEMOSTAZY**

**Producent:** .....**Model/Typ:** .....**Rok produkcji:** .....( nie wcześniej niż 2017 rok. )**Wartość rynkowa analizator Nr 1** ..... **zł brutto****Wartość rynkowa analizator Nr 2** ..... **zł brutto****Wartość rynkowa łącznie dwóch analizatorów** ..... **zł brutto**

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	TAK - OPIS
1	Dwa analizatory koagulologiczne pracujące w oparciu o te same metody ,odczynniki i materiały zużywalne ,fabrycznie nowe - rok produkcji 2017. .Analizatory i odczynniki tego samego producenta.	
2	Analizatory automatyczne , wieloparametrowe, z możliwością wprowadzania próbek CITO w dowolnym czasie i dowolnej próbce bez konieczności zatrzymywania analizatora.	
3	Oznaczenie testów metodami krzepięciowymi ( na zasadzie optycznej), chromogennymi oraz immunologicznymi	
4	Menu testów pokrywające się co najmniej z załącznikiem asortymentowym	
5	Wydajność analizatora podstawowego : minimum 240 oznaczeń PT / godzinę , wydajność analizatora zapasowego min 100 oznaczeń PT / godzinę	
6	Pojemność aparatu podstawowego minimum 40 miejsc na odczynniki, dla zastępczego 25miejs, wszystkie pozycje chłodzone	
7	Automatyczna rejestracja odczynników na podstawie kodów kreskowych wraz z pełną ich identyfikacją	
8	Automatyczny załadunek / rozładunek kuwet reakcyjnych do bloku pomiarowego	
9	Zautomatyzowany odczyt barkodowy próbek i odczynników (wewnętrzny czytnik barkodów) umożliwiający jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych na pokład materiałów bez konieczności ich kolejnego, manualnego, przykładania do okienka czytnika.	

**ZP-17-065UN**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

10	Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i próbek badanych	
11	Wykonywanie badań z próbek pierwotnych, a także odpowiednio dostosowanych naczynek reakcyjnych ( np. do testu korekcji APTT osoczem prawidłowym)	
12	Czujnik poziomu próbki oraz odczynnika	
13	Wymagana oryginalna tromboplastyna ludzka producenta analizatora o ISI ok. 1,0 +/- 0,1 , bez zawartości substancji kancerogennych	
14	Obsługa poprzez ciekłokrystaliczny ekran dotykowy	
15	Zintegrowanie analizatora z istniejącym w Laboratorium systemem informatycznym LAB 3000. Wymagane podłączenie do systemu uwzględnione w cenie oferty.	
16	System podtrzymania napięcia UPS - czas działania od 30 do 45 minut.	
17	Program kontroli jakości uwzględniający karty Levey-Jenningsa i reguły Westgarda w oprogramowaniu komputera	
18	Możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu zarówno na podstawie pomiaru czasu protrombinowego jak i klasyczną metodą Claussa. Możliwość wykrywania niskich stężeń fibrynogenu od 0,40 g/l	
19	Certyfikat FDA dla D-Dimerów potwierdzający możliwość ich użycia dla wykluczenia choroby zatorowo-zakrzepowej ( proszę dołączyć do oferty kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem)	
20	Funkcja podglądu przebiegu każdej reakcji dla wszystkich rodzajów analiz jak i jej odtworzenie w postaci wykresu	
21	Zapewnienie uczestnictwa w zewnętrznej comiesięcznej kontroli jakości zarówno dla panelu badań podstawowych, jak i badań hemostazy (min czynniki krzepnięcia ,białko C i białko S) oraz udziału w kontroli Standlab.	
22	System kontrolowania odczynników obejmujący m. in. pomiar ich objętości, uwzględnienie numerów seryjnych, terminy ważności	
23	Certyfikat CE	
24	Gwarancja – nie mniej niż 36 m-cy	
25	Serwis gwarancyjny – należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny.	
26	Aparaty przewidziane do pracy 24h/dobę- płyny eksploatacyjne aparatów kalkulowane w sposób zapewniający ciągłość pracy analizatorów.	

**ZP-17-065UN**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

27	Materiały – kalibratory i kontrole: mianowane, liofilizowane lub płynne z możliwością zamrażania (potwierdzenie w ulotce lub w oświadczeniu producenta)	
----	---	--

**\* - wypełnia Wykonawca**

Oświadczam, że oferowane analizatory spełniają wszystkie w/wym. parametry

\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 2017 roku

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)