

Katowice, dn. 04.08.2017 r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników - III.

Nr sprawy: ZP-17-065UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 – Pakiet nr 15

Czy Zamawiający wymaga jednomodułowego analizatora do elektroforezy białek i immunofiksacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2 – Pakiet nr 15

Czy Zamawiający dopuści analizator z roku 2016 po krótkim testowaniu, w okresie gwarancji Producenta, po dodatkowym przeglądzie i walidacji z 2017?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 – Pakiet nr 15

Czy Zamawiający uzna za spełnione wymagania p 12 Zapewnienie minimum cztery razy w roku uczestnictwa w zewnętrznym programie kontroli jakości na koszt oferenta i 13 : Zapewnienie dostępu do programu kontroli jakości StandLab na koszt oferenta- jeżeli zostanie zapewniony międzynarodowy program kontroli jakości z wymaganą częstotliwością, oraz dostęp do programu wewnętrznej kontroli jakości na materiałach producenta i pełne opracowanie wyników badań kontrolnych?

Odp. Zamawiający dopuszcza w zakresie poz. 12 udział w zewnętrznym, międzynarodowym programie jakości minimum cztery razy w roku oraz dopuszcza dostęp do programu wewnętrznej kontroli jakości na materiałach producenta jeśli program ten jest równorzędny pod względem użyteczności z programem StandLab.

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek*