

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę pojemników medycznych, nakłuwaczy i szczoteczek**. Nr sprawy: ZP-17-072BN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami*), udzielam następującej odpowiedzi :

Pyt. 1 pakiet nr 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie znaczenia i celowości wskazania wymiarów naklejki, która ma znajdować się na pojemnikach na odpady o pojemności 10 l. W sytuacji, gdy żaden przepis nie narzuca wymiarów etykiety, taki wymóg jest niemerytoryczny, eliminujący konkurencję. Wymiary naklejki w żaden sposób nie wpływają na użytkowanie pojemnika ani przeprowadzane procedury medyczne, trudno je nawet określić jako parametr przedmiotu zamówienia! Dlatego żądamy jego modyfikacji, **poprzez rezygnację z narzucania rozmiarów.**

W przeciwnym razie żądamy podania praktycznego, medycznego i formalnego uzasadnienia tak postawionego warunku.

Odp.: Na etykiecie powinny znajdować się następujące dane:

- **miejsce powstania odpadu**
- **kod odpadu**
- **data i godzina otwarcia pojemnika**
- **data i godzina zamknięcia pojemnika**
- **podpis osoby zamykającej pojemnik**

Wymiary etykiety muszą umożliwiać naniesienie wszystkich w/w danych w sposób czytelny. Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów etykiety do +/- 3cm

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek**