

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę szwów chirurgicznych**. Nr sprawy: ZP-17-076BN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami*), udzielam następującej odpowiedzi :

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.1 również na igłę o długości 12mm najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali lecz bez opisu katalogowego „igła plastyczna” z nicią barwioną, pozostałe parametry bez zmian? **Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na długość igły 12mm, pozostałe parametry bez zmian.**
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.1 również na igłę o długości 16mm z nicią barwioną, pozostałe parametry bez zmian? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.**
3. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 1 pozycję 1? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.**
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.2 również na igłę plastyczna najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „z mikrograwerowana”, pozostałe parametry bez zmian? **Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**
5. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 1 pozycję 2? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.**
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.8 również na nić barwioną, pozostałe parametry bez zmian? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ**
7. Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 1 pozycję 8? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.**
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.9 również na długość nici 45cm, pozostałe parametry bez zmian? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.**
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.9 również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali lecz bez opisu katalogowego „igła plastyczna” , pozostałe parametry bez zmian?
10. Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 1 pozycję 9? **Odp.: Zamawiający wyraża zgodę**
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.15 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian? **Odp.: Zamawiający wyraża zgodę**
12. Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 1 pozycję 15? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.**
13. Czy Zamawiający w pakiecie 2 lp.17 dopuści igłę o trok arowym zakończeniu pozostałe parametry bez zmian? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
14. Czy Zamawiający w pakiecie 2 lp.24 nić o dł.75 cm pakowaną pojedynczo czyli 1 nitka w saszetce pozostałe parametry bez zmian? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
15. Czy Zamawiający w pakiecie 3 lp.33 dopuści igłę o dł. 48 mm pozostałe parametry bez zmian? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
16. Czy Zamawiający w pakiecie 2 lp.23 dopuści igłę o trok arowym zakończeniu pozostałe parametry bez zmian? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
17. Czy w pakiecie 4 poz.2 Zamawiający dopuści igłę rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
18. Czy w pakiecie 4 poz.3 Zamawiający dopuści igłę rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
19. Czy w pakiecie 4 poz.4 Zamawiający dopuści igłę rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
20. Czy w pakiecie 4 poz.5 Zamawiający dopuści igłę rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

21. Czy w pakiecie 4 poz.6 Zamawiający dopuści igłę rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
22. Czy w pakiecie 9 poz.5 Zamawiający dopuści igłę rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
23. Czy w pakiecie 9 poz.6 Zamawiający dopuści igłę rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
24. Czy w pakiecie 9 poz.9 Zamawiający dopuści igłę rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
25. Czy Zamawiający w zakresie pakietów nr 4 i 9 opisując szwy z powleczeniem antybakteryjnym miał na myśli i będzie wymagał szwów z dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego?
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek**