

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę szwów chirurgicznych**. Nr sprawy: ZP-17-076BN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami*), udzielam następującej odpowiedzi :

1. **Dotyczy Pakietu 1 – 7, 9**
Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w długości igły? Jeżeli tak, to jaką? **Odp.: Tak, tolerancja wynosi +1mm**
2. **Dotyczy Pakietu 1, poz. 2,4**
Zwracam się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w w/w szwów z igłą odwrotnie tnącą bez mikrograwerowania. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie ich do oddzielnego Pakietu producenckiego. **Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.**
3. **Dotyczy Pakietu 1 poz. 2, 4**
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point)? Dwie powierzchnie zaostzonego wysmukłego ostrza igły ES oferują zwiększoną ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie jej traumatyzację. **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
4. **Dotyczy Pakietu 2, poz. 23**
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 45 mm, pozostałe parametry bez zmian? **Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.**
5. **Dotyczy Pakietu 3, poz. 9 – 10**
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą o długości 20 mm, pozostałe parametry bez zmian? **Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.**
6. **Dotyczy Pakietu 3, poz. 9 – 10**
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą o długości 17 mm, pozostałe parametry bez zmian? **Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.**
7. **Dotyczy Pakietu 3, poz. 29**
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji standardowej igły okrągłej. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie jej do oddzielnego Pakietu producenckiego. **Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. Tradycyjną igłę Zamawiający opisał w poz. 26**
8. **Dotyczy Pakietu 4**
Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniające, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni, bez powleczenia antybakteryjnego? **Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.**
9. **Dotyczy Pakietu 4, poz. 6**
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 51 mm, pozostałe parametry bez zmian? **Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.**
10. **Dotyczy Pakietu 5**
Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniające, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidoksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni? **Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.**
11. **Dotyczy Pakietu 5, poz. 2**
12. Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian? **Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.**

13. Dotyczy Pakietu 6, poz. 1
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 9 mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.
14. Dotyczy Pakietu 6, poz. 2, 6
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.
15. Dotyczy Pakietu 6, poz. 9
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści podwójną igłę o długości 20 mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.
16. Dotyczy Pakietu 6, poz. 10
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści podwójną igłę o krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.
17. Dotyczy Pakietu 7, poz. 1
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 9 mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.
18. Dotyczy Pakietu 7, poz. 3
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 13 mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
19. Dotyczy Pakietu 7, poz. 11
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.
20. Dotyczy Pakietu 7, poz. 11
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną) bez wzmocnienia, pozostałe parametry bez zmian?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.
21. Dotyczy Pakietu 9
Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici monofilamentowe, wchłaniające, bez dodatku środka antybakteryjnego, podtrzymujące tkankę 55%-60% po 43 dniach od zaimplantowania? Okres wchłaniania 180-210 dni.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.
22. Dotyczy Pakietu 9, poz. 9
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły okrągłej z tnącym ostrzem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje iż, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, nie ma obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży. (wyrok z dnia 4 marca 2016r., KIO 233/16)

Pomimo konieczności zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający jego rzeczywiste potrzeby. to on bowiem, jako gospodarz postępowania, określa zakres zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy, charakteryzujący cel, jaki zamierza osiągnąć, udzielając zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 20 kwietnia 2017 r.; sygn. akt KIO 651/17)

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek**