

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku**.
Nr sprawy: ZP-17-071BN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami*), udzielam następującej odpowiedzi :

Pyt. 1 Pakiet 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z tego pakietu pozycję nr 1 a i b , i utworzy nowe oddzielny pakiet co przełoży się dla Zamawiającego do otrzymania konkurencyjnych ofert a zarazem efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych ? **Odp.: Zamawiające nie wyraża zgody.**

Pyt. 2 Pakiet 6

Czy Zamawiający może potwierdzić, iż w pozycji
a) Chodzi o igły w rozmiarze 16G x 100mm
b) Chodzi o igły w rozmiarze 16G x 150mm ?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pyt. 3 Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kotnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długościach mufka-koniec cewnika/całkowita długość cewnika 19/24 cm, 23/28cm, 27/32 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4 Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne w rozmiarach 0,1,2,3,4,5? **Odp.: Pacjentami Szpitala są osoby dorosłe i dlatego Zamawiający kupuje maski w rozmiarach 3,4 i 5.**

Pyt. 5 Pakiet nr 2

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy igła z poz. 1a i 2a ma posiadać regulację długości w zakresie 35-55 mm i długości maksymalnej 100 mm? **Odp.: Igły w tym pakiecie muszą posiadać podobne parametry.**

Pyt. 6 Pakiet nr 2

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy igła z poz. 1b i 2b ma posiadać regulację długości w zakresie 20-40 mm i długości maksymalnej 85 mm? **Odp.: Igły w tym pakiecie muszą posiadać podobne parametry.**

Pyt. 7 Pakiet 8

Czy zamawiający dopuści cewnik permanentny : rozmiar 14,5F; odległość od mufki do końcówki cewnika 15,19,23,27,31,35,42 cm rozmiar 16 Fr, odległość od mufki do końcówki cewnika 19,23,27,31,35,42 pierścieni wrastania tkanki w SureCuff, pomaga w ograniczeniu migracji bakterii oraz zabezpiecza cewnik na swoim miejscu - materiał cewnika - carbothane (elastyczność i miękkość dla większego komfortu pacjenta- przepływ do 400 ml/min.

- światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm - końcówka cewnika schodkowa, otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczyń - cewnik z ramionami prostymi i zakrzywionymi?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 8 Pakiet 6 poz. 1b

Czy Zamawiający w pakiecie 6 w pozycji 1b, dopuści zaoferowanie naktuwacza z ostrzem o szerokości 1,5mm i głębokości naktucia 2mm spełniającym wszystkie pozostałe wymogi SIWZ? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

Pyt. 9 Pakiet 6 poz. 1b

Czy Zamawiający w pakiecie 6 w pozycji 1b, dopuści zaoferowanie naktuwacza z ostrzem o szerokości 2,5mm i głębokości naktucia 1mm spełniającym wszystkie pozostałe wymogi SIWZ? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

Pyt. 12 §2 ust. 6c projektu umowy

Prosimy o dopuszczenie możliwości przestania faktury faksem/mailem w dniu dostawy towaru, ponieważ towar wysyłany jest bezpośrednio z magazynu, natomiast dokumenty, w tym faktura – z siedziby spółki. Oryginał faktury zostanie niezwłocznie wysłany do Zamawiającego pocztą.

W przypadku przychylenia się do naszej prośby, prosimy o podanie adresu e-mail, na który można wysłać fakturę. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

Pyt. 10 §4 ust. 1 projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5% wartości netto niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pyt. 11 §4 ust. 2 projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę wysokości kar umownych na 10% wartości brutto niewykorzystanej części/ pakietu, którego dotyczy odstąpienie. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek**