



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę pojemników medycznych, nakłuwaczy i szczoteczek**. Nr sprawy: ZP-17-072BN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi :

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 w pozycji 1.A „Nakłuwacz jednorazowego użytku” dopuści jednorazowe lancety o głębokości naktucia 1,5 mm i średnicy ostrza 28G, które umożliwiają pobranie próbki krwi z opuszki palca pacjenta lub z pięty noworodka? Budowa nakłuwacza w kształcie litery „T” umożliwia łatwą obsługę, a grubość igły 0.36 mm (28G) uzyskanie niezbędnej wielkość krwi przy zachowaniu minimalnej bolesności. Wszechstronne zastosowanie odpowiednie dla dorosłych, dzieci w wieku poniżej 1 roku życia i noworodków.



Odp.: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1.A „Nakłuwacz jednorazowego użytku” z Pakietu nr 6 do osobnego pakietu? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek**