

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku**.
Nr sprawy: ZP-17-071BN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami*), udzielam następującej odpowiedzi :

Pakiet nr 1

1. Prosimy Zamawiającego w poz. 1 o dopuszczenie rękojeści zasilanej na baterie.
Odp.: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający nie dopuszcza.
2. Czy Zamawiający w poz. 1 wymaga, aby żywotność rękojeści wynosiła min. 50 000h - potwierdzona dokumentem od producenta? **Odp.: Zamawiający wszystkie wymagania określił w SIWZ I nie wprowadza żadnych dodatkowych wymagań.**
3. Czy Zamawiający w poz. 2 wymaga łyżki ze światłowodem zakrytym, zatopionym w całości w metalu, z którego wykonana jest łyżka stanowiący jednolitą całość bez wystających elementów światłowodu?
Odp.: Zamawiający wszystkie wymagania określił w SIWZ I nie wprowadza żadnych dodatkowych wymagań.
4. Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści łyżkę laryngoskopową światłowodową wielokrotnego użytku z ruchomym końcem do trudnych intubacji w rozmiarach 3 i 4? **Odp.: Pytanie powiela opis przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie potrafi na nie odpowiedzieć.**
5. Czy Zamawiający w poz. 5 bezwzględnie wymaga łyżki do laryngoskopu jednorazowego użytku, wykonanej ze stopu metalu? **Odp.: To, czego Zamawiający bezwzględnie wymaga określił w SIWZ.**
6. Czy Zamawiający w poz. 5 wymaga, aby na opakowaniu jednostkowym była umieszczona data ważności łyżki z min. 5 letnim okresem przydatności - informacja od producenta? **Odp.: Zamawiający wszystkie wymagania określił w SIWZ**

Pakiet 2, Poz. 1 i 2.

7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do aspiracji szpiku kostnego posiadających wygodny ergonomiczny uchwyt typ T , ogranicznik głębokości posiadająca bardzo precyzyjne metalowe gniazdo Luer-lock. Możliwość regulacji igły od 26mm do 79mm, Rozmiar 15G **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 3

8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do trepanobiopsji z bardzo ostrym tulipanowym ostrzem zapewniającym dużą precyzję zabiegu, ergonomicznym uchwytem typu T, ze skalowaną wycinarką do kości , plastikowym i metalowym ewakuatorem wycinka oraz silikonową szpulką. Rozmiary 8G x101mm, 8Gx152mm. **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do trepanobiopsji z bardzo ostrym tulipanowym ostrzem zapewniającym dużą precyzję zabiegu, ergonomicznym uchwytem typu T, ze skalowaną wycinarką do

kości , plastikowym i metalowym ewakuatorem wycinka oraz silikonową szpulką. Rozmiary 11Gx101mm ,11Gx152mm. **Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do trepanobiopsji z bardzo ostrym tulipanowym ostrzem zapewniającym dużą precyzję zabiegu, ergonomicznym uchwytem typu T, ze skalowaną wycinarką do kości , plastikowym i metalowym ewakuatorem wycinka oraz silikonową szpulką. Rozmiary 13Gx89mm **Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

11. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby w zestawie były 2 rodzaje ewakuatora plastikowy oraz metalowy do użycia w razie potrzeby? **Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania zawarł w treści SIWZ.**

Pakiet nr 5

12. Czy Zamawiający wymaga maski anestetycznej jednorazowego użytku w rozmiarach 0-6 kodowane kolorystycznie: 4-biały, 5-niebieski, 6-bezbarwny. **Odp.: Zamawiający wszystkie wymagania określił w SIWZ**

13. Czy Zamawiający wymaga masek anestetycznych, bez zawartości ftalanów i lateksu, potwierdzonych dokumentem od producenta. **Odp.: Zamawiający wszystkie wymagania określił w SIWZ**

14. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga aby maska była kompatybilna ze środowiskiem MRI? **Odp.: Zamawiający wszystkie wymagania określił w SIWZ**

Pakiet 6.

15. Poz.1a Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej igły półautomatyczne do biopsji nerki ze znacznikiem USG na mandrynie, podziałka centymetrowa, o stabilnym uchwycie . Rozmiary 16G , 14G dł. 6cm, 9cm, 11cm, 15cm. **Odp.: Zamawiający dopuszcza rozm 16G o dł. 9cm, 11cm i 15cm.**

16. Poz.1b. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej igły półautomatyczne do biopsji nerki ze znacznikiem USG na mandrynie, podziałka centymetrowa, o stabilnym uchwycie . Rozmiary 16G , 14G dł. 11cm ,15cm **Odp.: Zamawiający dopuszcza rozm 16G o dł. 11cm i 15cm.**

17. Poz.2 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji z pakietu celem zwiększenia konkurencyjności pakietu. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pakiet 7

18. Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr o długości ramion 45x18cm? **Odp.: Zamawiający dopuszcza**

19. Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Kehra w rozmiarach 9-24CH 80x10cm. **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

20. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga drenów pakowanych podwójnie, w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrznie folia-papier? **Odp.: Zamawiający wszystkie wymagania określił w SIWZ**

Pakiet nr 8

21. Prosimy Zamawiającego o informację, czy cewnik ma być wyposażony w:

- obrotowe skrzydełka mocujące?

- osobny kanał dla przewodnicy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

22. Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kary umownej w §4 ust. 1 projektu do 0,5 %?

23. Prosimy Zamawiającego od naliczania kary umownej przewidzianej §4 ust. 2 od wartości umowy pozostatej do realizacji.
24. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §4 ust. 5 projektu umowy na: *„W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawca może dochodzić odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”*. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.
25. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: *„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące”*.

Odp na pytania nr 22 - 25.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Motek*