

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku**.
Nr sprawy: ZP-17-071UN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami*), udzielam następującej odpowiedzi :

1. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 1,2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego, które nie są znakowane.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
2. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 1,2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego posiadających uchwyt motylkowy.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
3. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 1,2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego o zakresach regulacji ostrza igły 50-70mm, dł. maks. 87mm/15G oraz 30-50mm, dł. maks. 67mm/15G. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
4. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 1,2. Czy Zamawiający miał na myśli igły do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z możliwością regulacji długości igły ? **Odp.: TAK.**
5. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści igły do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z dwoma równoległe ułożonymi otworami po jednej stronie igły umożliwiające szybkie i efektywne pobieranie komórek ? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
6. Dotyczy pakietu nr2, poz.2. Czy Zamawiający dopuści igły do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z jednym otworem na igle umożliwiające szybkie i efektywne pobieranie komórek **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
7. Dotyczy pakietu nr 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do trepanobiopsji szpiku kostnego z mandrynem czterograniastym; ilość płaszczyzn mandrynu nie ma wpływu na procedurę wkuwania. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
8. Dotyczy pakietu nr 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do trepanobiopsji szpiku kostnego z krawędzią tnącą z pięcioma ząbkami, zapewniającej łatwą penetrację.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
9. Dotyczy pakietu nr 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do trepanobiopsji szpiku kostnego posiadającego zamiast koreczka zatyczkę nakładaną na igłę jak na poniższej ilustracji:



Odp.: Zgodnie z SIWZ.

10. Dotyczy pakietu nr 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do trepanobiopsji w następujących rozmiarach: 8G x 100mm i 11G x 100mm. **Odp.: Igiły o takich rozmiarach są zamawiane w poz. 1a i 1b.**
11. Dotyczy pakietu nr 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do trepanobiopsji, które nie są znakowane. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek