

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę pojemników medycznych, nakłuwaczy i szczoteczek.**
Nr sprawy: ZP-17-072UN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami*), udzielam następującej odpowiedzi :

1. **Pakiet 2, pozycja 1c** Czy Zamawiający dopuści pojemniki 2,0L o średnicy podstawy 10,5cm?
 Odp.: Zamawiający dopuszcza.
 2. **Pakiet 3, pozycje 3 – 4** Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał z łopatką, pojemność 18ml?
 Odp.: Zamawiający dopuszcza.
 3. **Pakiet 5, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści nasączone szczotki z polietylenowym włosiem oraz poliuretanową gąbką? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
 4. **Pakiet 5, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści nasączone szczotki w całości wykonane z polietylenu, z włosiem o zróżnicowanej **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
 5. **Pakiet 5** Prosimy o dopuszczenie jednorazowych szczoteczek ze środkiem dezynfekcyjnym do chirurgicznego mycia rąk i przedramion, wykonanych z tworzywa (z jednej strony polietylenowe szczecinki jednakowej długości a z drugiej gąbka poliuretanowa nasączona 4% roztworem CHG), szczoteczki wyposażone w polietylenowy czyścik do paznokci. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
 6. **Załącznik Nr 6 do SIWZ, poz. 1-2:** Czy Zamawiający oczekuje nakłuwacza, który posiada ostrą igłę wykonaną ze stali nierdzewnej, którego obudowa jest zbliżona w kształcie do litery T, co umożliwi optymalne prowadzenie w korpusie nakłuwacza, eliminując wibracje, redukując tym samym odczucie bólu, jak również zapobiega uszkodzeniom tkanki ? **Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w treści SIWZ.**
 7. **Załącznik Nr 6 do SIWZ, poz. 1-2:** Czy Zamawiający oczekuje nakłuwaczy, w których po użyciu ostrze automatycznie chowa się do obudowy na głębokość min. 5 mm, co zwiększa bezpieczeństwo personelu medycznego? **Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w treści SIWZ.**
 8. **§4 ust. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie wyrażenia „dzień opóźnienia” na „dzień zwłoki”?
 Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
- §4 ust. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych od wartości netto niezrealizowanej części umowy? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek**