

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę lodówek transportowych
Nr sprawy : ZP-17-069BN**

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

1. Czy Zamawiający wymaga dostaw rejestratora temperatury i wilgotności (jak w tytule pakietów) czy rejestratora temperatury (jak w tytule tabeli wymagań)? Cena termohigrometrów rejestrujących (rejestratorów temperatury i wilgotności) jest wyższa od ceny termometrów rejestrujących (rejestratorów temperatury). Termohigrometr rejestrujący może mierzyć tylko parametr temperatury, ale jeśli parametr wilgotności nie będzie uwzględniany w pomiarach przez Zamawiającego (jak to wynika z określonych wymagań i przeznaczenia lodówek transportowych) stąd nasze pytanie.
Odp: Zamawiający wymaga rejestratora temperatury.
2. W wymaganych parametrach rejestratora temperatury (poz. II.3.) wskazany jest „czujnik wewnętrzny NTC”. Czy Zamawiający dopuszcza czujnik wewnętrzny Pt100?
Odp: Zamawiający dopuszcza.
3. W tytule pakietów podany jest „rejestrator temperatury i wilgotności” a w „Opisie przedmiotu zamówienia” w tabeli „wymaganych parametrów techniczno-użytkowych” pkt. II wskazane są wymagania dla „rejestratora temperatury”. Jeśli Zamawiający wymaga rejestratora temperatury i wilgotności, to czy wzorcowanie przyrządu w laboratorium akredytowanym PCA i wystawienie świadectwa wzorcowania ma też obejmować parametr wilgotności?
Odp: Zamawiający wymaga rejestratora temperatury.
4. Czy Zamawiający dopuszcza, by rejestratory temperatury miały inne wymiary niż podane w wymaganiach? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**
5. Czy Zamawiający dopuszcza by rejestrator temperatury był zasilany bateriami litowymi i dodatkowo miał możliwość zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej? **Odp: Zamawiający wymaga aby rejestrator był zasilany akumulatorem lub innym rozwiązaniem z sieci elektrycznej dostępnej.**
6. Czy Zamawiający dopuszcza by rejestratory temperatury były zamontowane na przenośnej lodówce? **Odp. Rejestrator ma monitorować temperaturę wewnątrz lodówki przenośnej , jeśli zewnętrzny montaż to zapewni i nie wpłynie to na pomiar temperatury – to dopuszczam.**
7. Czy Zamawiający odstąpi od wymagania „całodobowego zgłaszania awarii/ usterek” w okresie trwania gwarancji? **Odp. Tak.**
8. Zamawiający wymaga terminu płatności 60 dni. Jest to zbyt duże obciążenie finansowe dla małych firm w Polsce. Czy w związku z tym Zamawiający skróci ten termin do 21 dni?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w treści projektu umowy.
9. 1. Pakiet nr 1 W tytule pakietu podano "...z rejestratorami temperatury i wilgotności ", natomiast sama specyfikacja przedmiotu zamówienia z tego pakietu wskazuje wyraźnie na rejestrator temperatury, bez rejestracji wilgotności. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiającemu chodzi o rejestrator samej temperatury czy też o rejestrator temperatury i wilgotności. Zaznaczamy przy tym, że rejestracja wilgotności w pojemniku pasywnym (na wkłady chłodzące) nie ma najmniejszego sensu, gdyż ta wilgotność będzie tam zawsze na poziomie 90-100%.
Odp. Zamawiający wymaga rejestratora temperatury.
10. 2. Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści rejestrator o grubości 14mm, tj. o 2 mm większej od wymaganej? Pozostałe wymiary są zgodne z SIWZ. **Odp. Zamawiający dopuści.**
11. 3. Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści aplikację do obsługi rejestratorów w j. angielskim, ale z polską instrukcją? **Odp. Zamawiający dopuści.**
12. 4. Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 427 mm, tj. o 27 mm wyższej od wymaganej? Pozostałe wymiary są zgodne z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuści.
13. 5. Pakiet nr 1 W SIWZ nie ma żadnej informacji o wymaganych wkładach chłodzących. Niemniej jest zapis informujący, że pojemnik ma zapewnić utrzymanie temperatury w zakresie: 2-8°C przez okres

min. 6h - czy ten zapis należy rozumieć jako wymóg dostarczenia lodówki wraz z kompletem wkładów zapewniających utrzymanie temperatury w zakresie: 2-8°C przez okres min. 6h?

Odp. Zamawiający wymaga aby wkłady chłodzące miały punkt przemiany fazowej materiału +5°C do stosowania wielokrotnego, o wymiarach uniwersalnych zapewniające temperaturę 2-8°C w pojemnikach przez 6h.

14. 1. Pakiet nr 2 W tytule pakietu podano "...z rejestratorami temperatury i wilgotności ", natomiast sama specyfikacja przedmiotu zamówienia z tego pakietu wskazuje wyraźnie na rejestrator temperatury, bez rejestracji wilgotności. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiającemu chodzi o rejestrator samej temperatury czy też o rejestrator temperatury i wilgotności. Zaznaczamy przy tym, że rejestracja wilgotności w pojemniku pasywnym (na wkłady chłodzące) nie ma najmniejszego sensu, gdyż ta wilgotność będzie tam zawsze na poziomie 90-100%. **Odp. Zamawiający wymaga rejestratora temperatury.**
15. 2. Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści rejestrator o grubości 14mm, tj. o 2 mm większej od wymaganej? Pozostałe wymiary są zgodne z SIWZ. **Odp. Zamawiający dopuści.**
16. 3. Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści aplikację do obsługi rejestratorów w j. angielskim, ale z polską instrukcją? **Odp. Zamawiający dopuści.**
17. 4. Pakiet nr 2 W punkcie 7 specyfikacji Zamawiający wymaga dołączenia do lodówek wkładów chłodzących o wymiarach 240x180x22 mm. Czy jednak Zamawiający przewidział to, że wkłady takie mogą nie zmieścić się do pojemnika 13-15l? Czy Zamawiający dopuści wkłady chłodzące o punkcie przemiany fazowej materiału w temperaturze +5°C, do stosowania wielokrotnego, ale o wymiarach uniwersalnych, pasujących i do pojemnika 13-15l jak i do pojemnika 20-25l, które zapewnią utrzymanie temperatury w tych pojemnikach w zakresie: 2-8°C w okresie 1h ? **Odp. Tak Zamawiający dopuści wkłady chłodzące o wymiarach uniwersalnych pasujące do pojemnika 13-15l a także 20-25l.**

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Motek*