

Katowice, dnia 05.09.2017r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku*.

Nr sprawy: ZP – 17 – 084 UN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (*tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami*), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie 1) Dotyczy Pakietu nr 6: Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PP, TPE, CR, PE, bez lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione, układ zabezpieczony kapturkiem; ramię do worka o stałej długości 150 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2,l wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzony w koszyczek zapobiegający sklejanemu się jego powierzchni, a na zewnątrz w silikonowy uchwyt. Posiada certyfikat stosowania do 7 dni? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest obwód oddechowy do respiratora, który w swoim opisie nie zawiera worka oddechowego.**

Pytanie 2) Czy Zamawiający dopuści dostarczanie faktury za zakupiony asortyment wyłącznie na adres poczty elektronicznej w formie pliku PDF? **Odp. Nie, zgodnie z SWZ.**

Pytanie 3) Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 3:** Wielofunkcyjny zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną kontrolą ssania z pojedynczym drenem łączącym. Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją ssania (regulacja za pomocą stupa wody wykluczona). Wyposażony w wyskalowane pokrętko umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie os 10-40cm H₂O, bezgłośny wyskalowany do objętości 2500ml, posiadający wskaźnik umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 36cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku, w przypadku umieszczenia na podłodze z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomie) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek*