

Katowice, dnia 19.09.2017r.

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.**  
**Nr sprawy: ZP – 17 – 084 BN.**

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ([tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami](#)), udzielam następującej odpowiedzi:

### Dotyczy Pakietu nr 6

**Pytanie 1)** Prosimy Zamawiającego w poz. 1 o dopuszczenie wysokiej jakości systemu do zbiórki luźnego stolca o następujących parametrach:

„ System do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml oraz portu irygacyjnego do łatwej identyfikacji, cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: min. 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową - wszystkie elementy trwale ze sobą połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny, instrukcja obsługi w języku polskim - urządzenie nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku.”

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2)** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków wymiennych kompatybilnych z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego, skalowane numerycznie co 250 ml, opakowanie zbiorcze 10 szt? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3)** Czy Zamawiający ze względu na zmianę u producenta dopuści zestaw wyskalowany do pojemności 2100ml, opakowany sterylnie w plastikową serwetę i opakowanie folia papier, z drenem łączącym zabezpieczonym przed zagięciem w sposób umożliwiający badanie pacjenta w rezonansie magnetycznym spełniającym pozostałe wymogi SIWZ? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4)** Czy Zamawiający dopuści jednorazowy układ oddechowy Flextube ( elastyczna rura) do respiratora dla dorosłych o średnicy 22mm i długości 1,6m z łącznikiem Y z portami do monitorowania kapnografii, złącze kolankowe, kapturek zabezpieczający, mikrobiologicznie czysty? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 5)** Czy Zamawiający dopuści jednorazowy układ oddechowy z rury gładkiej o średnicy 22 mm i długości 2,0 m. z łącznikiem Y, kapturkiem zamykającym, produkt sterylny? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 6)** Czy Zamawiający dopuści jednorazowy układ oddechowy z rury gładkiej o średnicy 22 mm i długości 2,0 m. z łącznikiem Y z portami 7,6mm, kapturkiem zamykającym, mikrobiologicznie czysty? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 7)** Czy Zamawiający dopuści jednorazowy układ oddechowy składający się z 2 rur o długości 1,6m o średnicy 22mm, złącze proste 22M/22M, z kapturkiem zabezpieczającym, nierozłączalnym łącznikiem Y z portami 7,6mm, mikrobiologicznie czysty. Układ z zabezpieczeniem antybakteryjnym Silver Knight opartym na działaniu cząstek srebra na aktywność enzymatyczną bakterii (bezpieczny, szybki i skuteczny katalizator dezaktywujący bakterie patogeniczne i przeciwdziałający ich rozmnażaniu się; uwalnianie jonów srebra w małych ilościach przez dłuższy czas redukuje wzrost mikroorganizmów w układzie oddechowym i na jego powierzchni), zatwierdzony do stosowania do 7 dni? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

***Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:***

**Pytanie 8)** Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kary umownej w § 4 ust. 1 projektu do 0,5 %?  ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.***

**Pytanie 9)** Prosimy Zamawiającego od naliczania kary umownej przewidzianej § 4 ust. 2 od wartości umowy pozostałej do realizacji.  ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.***

**Pytanie 10)** Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu § 4 ust. 5 projektu umowy na: „W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawca może dochodzić odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.  ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.***

**Pytanie 11)** Prosimy Zamawiającego o modyfikację § 6 ust. 7 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące”.  ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.***

**Pytanie 12) Pakiet 1, poz.1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie silikonowego rękawa o długości 167cm, reszta parametrów zgodnie z SIWZ.  ***Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie 13) Pakiet 2, poz.1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do pobierania próbek mikrobiologicznych z użyciem ssaka mechanicznego, wyposażonego w przejrzysty pojemnik umożliwiający ocenę wizualną wydzieliny, dodatkowo zakrętka do zabezpieczania próbki do badania, z uniwersalnym łącznikiem pasującym do wszystkich rozmiarów cewników, długość robocza około 370mm.  ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

***Dyrektor SPSKM ŚUM w Katowicach  
Dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela***