

Katowice, dnia 30.08.2017r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *dostawę dystraktorów podniebiennych*.
Nr sprawy: ZP – 17 – 085 BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (*tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami*), udzielam następującej odpowiedzi:

Dotyczy Pakietu Nr 1

Pytanie 1) Dotyczy Pozycji Nr 1. Czy Zamawiający dopuści dystraktory w rozmiarach od 10 do 20mm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2) Dotyczy Pozycji A. Czy Zamawiający dopuści dystraktory nie wymagające śruby blokującej?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3). Dotyczy Pozycji B. Czy w tej pozycji Zamawiający miał na myśli śruby mocujące? W dwóch pozycjach znajdują się śruby blokujące, a nie zostały w ogóle uwzględnione śruby mocujące.
Odp. Tak Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 w pozycji B i nadaje mu następujące brzmienie: „ ...Śruba mocująca do dystraktora podniebiennego ø 2,3mm...”. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek