

Katowice, dnia 19.10.2017r

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA****Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych dla bloków operacyjnych
Nr sprawy : ZP-17-092UN**

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi:

1. **Pakiet 2 poz. 1a** Czy w Pakiecie nr 2 poz. 1a Zamawiający dopuści protezy o śr. od 5 do 8 mm (pozostałe parametry bez zmian)? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
2. **Pakiet 2 poz. 1b** Czy w Pakiecie nr 2 poz. 1b Zamawiający dopuści protezy o dł. zbrojenia 60cm dla śr. 6mm i 70cm dla śr. 8mm (pozostałe parametry bez zmian)? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
3. **Pakiet 2 poz. 1c** Czy w Pakiecie nr 2 poz. 1c Zamawiający dopuści protezy o długości 60cm (pozostałe parametry bez zmian)? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
4. **Pakiet 2 poz. 1e** Czy w Pakiecie nr 2 poz. 1e Zamawiający dopuści protezy o dł. 45cm (pozostałe parametry bez zmian)? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
5. **Pakiet Nr 2 poz. 1g** Czy w Pakiecie nr 2 poz. 1g Zamawiający dopuści protezy niezbrojone, o dł. 45 cm (pozostałe parametry bez zmian)? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**
6. **Pakiet nr 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 w miejsce pierwotnych parametrów protez uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, o grubości ściany 0,55mm, bez impregnacji solami srebra, ale z możliwością jonowego łączenia powleczenia protezy z antybiotykiem. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**
7. **Pakiet nr 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji a) protez o długości 45cm, zamiast 50cm; w pozycji b) protez o długości 60cm; w pozycji c) dopuszczenie długości 40cm, jako długości minimalnej; w pozycji d) dopuszczenie długości 20cm, jako długości minimalnej. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
8. **Pakiet nr 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 możliwości wymiany czystych nieużytych resztek protez (co najmniej 30% zużycia), dających sumaryczną długość oryginalnej na nową protezę, zamiast wymogu możliwości resterylizacji protez, potwierdzonej standardami w instrukcji użycia. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
9. **Pakiet nr 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji a) protezy o średnicy od 5 do 8mm? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
10. **Pakiet nr 2.** Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji c) do osobnego pakietu lub dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez dzianych poliestrowych, powlekanych żelatyną z dodatkowym powleczeniem każdego włókna protezy monomerem PTFE, z możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z heparyną?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę tylko na wydzielenie pakietu, reszta parametrów zgodna z SIWZ. Nowo utworzony Pakiet dla poz. c – zostaje oznaczony jako Pakiet 2A. W związku z tym zgodnie z art.38 Pzp zostaje zmieniona wartość wadium dla Pakietu 2, i 2A. Nowa i obowiązująca treść załączników – dla Pakietu nr 2 i 2A zostaje załączona poniżej.
Wadium dla Pakietu nr 2 wynosi- 2654,00 PLN
Wadium po zmianach dla Pakietu 2A- 1404,00 PLN
11. **Pakiet nr 2.** Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji d) do osobnego pakietu. **Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pakietu. Nowo utworzony Pakiet dla poz d- zostaje oznaczony jako Pakiet 2B. Wadium dla Pakietu nr 2B wynosi- 172,00 PLN.**
Nowa i obowiązująca treść załącznika dla Pakietu 2B zostaje załączona poniżej.

12. **Pakiet nr 2.** Czy Zamawiający dopuści w miejsce pierwotnych parametrów w pozycji f) zbrojenie zewnętrzne? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
13. **Pakiet nr 3.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 w miejsce pierwotnych parametrów łatek naczyniowych uszczelnianych żelatyną. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
14. **Pakiet nr 4** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 w miejsce pierwotnych parametrów protez dzianych, dwustronnie welurowanych, uszczelnianych żelatyną, wchłanianą na drodze hydrolizy, o grubości ściany 0,55mm.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
15. **Pakiet nr 4** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji a) długości 15cm, jako długości minimalnej. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
16. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 6 lit. b projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy.**
17. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1: W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt 4 i § 2 pkt. 6b oraz § 2 pkt. 21 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego/ wadliwego przedmiotu umowy. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy.**
18. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1: W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy.**
19. **Pakiet nr 4** Czy Zamawiający w miejsce dotychczasowych zapisów dopuści w pakiecie nr 4 Protezy naczyniowe dziane, jednostronnie welurowane, zewnętrznie uszczelnianie kolagenem, o grubość ściany nie większej niż 0,5mm i przepuszczalność do 5ml/cm²/min, o następujących rozmiarach: średnica 6mm do 24mm o długości 20cm., średnica 12/6mm do 24/12mm o długości 50cm, średnica 6mm do 10mm o długości 70cm, średnica 6mm do 10mm o długości 40cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
20. **Załącznik nr 4 do SIWZ zostaje zmieniona treść ze względu na omyłkę pisarską w Pkt.1 „Protezy naczyniowe dziane, jednostronnie welurowana zewnętrznie uszczelnianie kalogenem, grubość ściany nie większa niż 0,5mm przepuszczalność do 5ml/ cm²/ min” na treść „Protezy naczyniowe dziane, jednostronnie welurowana zewnętrznie uszczelnianie kolagenem, grubość ściany nie większa niż 0,5mm przepuszczalność do 5ml/ cm²/ min” . Poprawiony formularz zostaje dołączony poniżej. Omyłka pisarska polega na zastąpieniu słowa kalogen na kolagen.**

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Motek*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET Nr 2

Protezy naczyniowe PTFE

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana ilość opakowań	Cena jednostk. netto za opak	VAT%	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent, nr katalogowy,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Protezy naczyniowe PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany z możliwością resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia							
a)	Średnica (mm) od 4 do 8, długość 80cm	5						
b)	Średnica (mm) 6 i 8, długość 80 cm, zbrojenie 50 dla roz. 6. , zbrojenie 80 cm, dla roz. 8 długość 80cm, zewnętrznie zbrojone z możliwością usunięcia zbrojenia bez naruszenia ściany protezy	5						
e)	Średnica(mm) od 4/6 długość 40 cm, stożkowa	5						
f)	Średnica(mm) od 6 długość 40 cm, zbrojona wewnętrznie	5						
g)	Średnica(mm) od 4/7 długość 40 cm, stożkowa zbrojona 15 cm	4						
	RAZEM							

.....
 Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
 do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2A do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET Nr 2A

Protezy naczyniowe PTFE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana ilość opakowań	Cena jednostk. netto za opak	VAT%	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent, nr katalogowy,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Protezy naczyniowe PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany z możliwością resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia							
c)	Średnica (mm) 6, długość 50 cm, impregnowane frakcjonowaną heparyną	15						
	RAZEM							

.....
 Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
 do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2B do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET Nr 2B

Protezy naczyniowe PTFE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana ilość opakowań	Cena jednostk. netto za opak	VAT%	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent, nr katalogowy,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Protezy naczyniowe PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany z możliwością resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia							
d)	Średnica(mm) od 14 do 20 długość 20 cm	5						
	RAZEM							

.....
 Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
 do reprezentowania wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET Nr 4
Protezy naczyniowe dziane

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana ilość opakowań	Cena jednostk. netto za opak	VAT%	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent, nr katalogowy,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Protezy naczyniowe dziane, jednostronnie welurowana zewnętrznie uszczelnianie kolagenem , grubość ściany nie większa niż 0,5mm przepuszczalność do 5ml/ cm ² / min							
a)	Średnica (mm) od 6 do 24 długość 15 cm	80						
b)	Średnica (mm) od 12/6 do 24/12, długość 45 cm	40						
c)	Średnica (mm) od 6 do 10, długość 60 cm	80						
d)	Średnica (mm) od 6 do 10, długość 30 cm	80						
e)	Średnica (mm) 8 długość 100cm	40						
	RAZEM							

Wymagana ilość próbek: **Próbki- proteza z poz. 1c średnica 6mm, dł.60cm-1 szt.**

.....
 Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
 do reprezentowania wykonawcy

.....
Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy

Siedziba

REGON NIP

Tel. Fax

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym

Tel e-mail

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH – zestawy do poboru komórek macierzystych oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

PAKIET Nr 1

Cena bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

Cena z podatkiem VATzł

Słownie:zł

PAKIET Nr 2

Cena bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

Cena z podatkiem VATzł

Słownie:zł

PAKIET Nr 2A

Cena bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

Cena z podatkiem VATzł

Słownie:zł

PAKIET Nr 2B

Cena bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

Cena z podatkiem VATzł

Słownie:zł

ZP-17-092UN**PAKIET Nr 3**

Cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 4

Cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

- 1) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
- 2) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
- 3) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 4) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 5) Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części
- 6) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 7) Ofertę niniejszą składałam na _____ kolejno ponumerowanych stronach.

_____ dnia __ __ 2017 rok

(podpis Wykonawcy/Wykonawców

* w przypadku powierzenia części realizacji zamówienia podwykonawcy należy podać dane podwykonawcy.

Informacja dla Wykonawcy: Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy.