

***SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 135.000 €uro***

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.

Nazwa nadana zamówieniu:

„DOSTAWA SPRZĘTU DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ***ZP – 17 – 090 BN***

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony (art. 10 ust.1 oraz art.39-46 Prawa zamówień publicznych).

Nazwa i adres zamawiającego :

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24

tel. 32/259-16-68 fax. 32/259-16-71

Internet: www.spskm.katowice.pl

e-mail: duo@spskm.katowice.pl

Kody klasyfikacji CPV : **33.19.10.00-8**

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam

14. 09.2017r.

***Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek***

I) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Centralnej Sterylizatorni. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć (6) części – Pakietów:
Pakiet nr 1 – Narzędzia kontroli procesów sterylizacji, dezynfekcji oraz czytnik sterylizujący do sterylizacji niskotemperaturowej,
Pakiet nr 2 – Bariera sterylna do procesu sterylizacji parą wodną oraz Tlenkiem Etylenu,
Pakiet nr 3 – Bariera sterylna płaska,
Pakiet nr 4 – Osprzęt do procesu dekontaminacji,
Pakiet nr 5 – Środki profilaktyki do izolacji,
Pakiet nr 6 – Czyściki do elektrod.
2. Szczegółowe parametry wymagane, ilości oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione są w Załącznikach nr 1 – 6.

II) USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie wyszczególnionych powyżej zadań (pakietów) od 1 do 6 – poszczególnych części zamówienia. Każdemu z wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na dowolną ilość wybranych przez siebie zadań (pakietów).
2. Oferta na oferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia musi posiadać pełny asortyment.
3. **Brak jakiegokolwiek pozycji w formularzu lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów lub brak informacji określonych w poszczególnych kolumnach formularzy cenowych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.
7. Zamawiający wymaga, aby okres ważności (przydatności do użycia) dostarczanego przedmiotu zamówienia, wynosił w momencie dostawy minimum 12 miesięcy terminu ważności deklarowanego przez producenta.

III) USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA.

1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu i w terminie do 5 dni roboczych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do Magazynu Szpitalnego.
3. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia faktury.
4. Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 13.00. w dni robocze.
5. Wszelkie koszty związane z dostawami ponosi wykonawca.
6. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz. 679 z póź. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

IV) TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w okresie **24 miesiące** od dnia podpisania umowy.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

V) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - a) nie podlegają wykluczeniu;
 - b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2. **Warunki udziału w postępowaniu.**
 - c) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
3. **Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.**
 - 3.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 - 3.2 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 - 3.3 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

VI) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
 - 1) **oświadczenia wykonawcy** w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – **Załącznik Nr 8 do SIWZ.**
 - 2) **oświadczenia wykonawcy** o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – **Załącznik Nr 9 do SIWZ.**

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, **w terminie 3 dni** od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. **Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.**
2. **Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.**
 - a) Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie** w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 8 do SIWZ.**
 - b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- c) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
- d) Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
- e) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 3 SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - **dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”**, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
- f) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 3 SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
- g) W przypadku, o którym mowa w ppkt 8 SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
- h) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy składane są w oryginale.
- i) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- j) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
- k) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- l) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- m) Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- n) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

ZP-17-090 BN

- o) Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
- p) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
3. **Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.**

- 1) W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

a) Certyfikatu niezależnych jednostek notyfikowanych potwierdzających zgodność z wymaganymi normami:

Dla Pakietu Nr 1 – Załącznik nr 1 :

pozycja nr 1 ISO 11138, EN 867-3
pozycja nr 5 EN 544, EN ISO 11140-4
pozycja nr 6 PN EN ISO 11140-1
pozycja nr 14 EN 876, PN EN ISO 11140-1
pozycja nr 15 EN ISO 15883
pozycja nr 16 PN EN ISO 11140-4

Dla Pakietu Nr 2 – Załącznik nr 2 :

pozycja nr 2 ISO 11607-1, EN 868, EN ISO 9007 Dyrektywa 93/42/EEC
pozycja nr 3 EN ISO 11607, EN 868-5

Dla Pakietu Nr 3 – Załącznik nr 3:

pozycja nr 1 EN 868, ISO 11607

Dla Pakietu Nr 4 – Załącznik nr 4:

pozycja nr 6 PN EN ISO 11140-1

2) **Karty charakterystyki lub katalogowe** oferowanego produktu potwierdzające wymagane parametry na nośniku elektronicznym lub w wersji papierowej – **dotyczy Pakietów nr 1 – 5.**

Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

3) **Próbek** oferowanego asortymentu w ilościach wskazanych w załączniku asortymentowym, w celu sprawdzenia czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane wymagania określone w SIWZ. Próbki należy złożyć wraz z ofertą, na adres wskazany w SIWZ. Na opakowaniu należy podać dokładną nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę przetargu z zaznaczeniem „próbki”. Wewnątrz opakowania należy umieścić dokładny spis załączonych próbek. **Wszystkie dostarczone próbki są bezpłatne i nie podlegają zwrotowi.**

4. **Zamawiający na mocy art. 26 ust. 2 f Pzp żąda dołączenia do oferty w/w dokumentów / próbek w celu szybszego rozstrzygnięcia postępowania.**

VII) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

ZP-17-090 BN

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5. Wzór formularza oferty stanowi **Załącznik nr 7 do SIWZ**.
6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszował ofertę oraz ponumerował jej strony.
12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na
DOSTAWĘ SPRZĘTU DO CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
Oznaczenie sprawy: **ZP-17-090 BN**
Nie otwierać przed **26.09.2017r. godz. 11.30.**

14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na
„DOSTAWĘ SPRZĘTU DO CENTRALNEJ STERYLIZATORNI”.
Oznaczenie sprawy: **ZP-17-090 BN**
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

16. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
17. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na
„DOSTAWĘ SPRZĘTU DO CENTRALNEJ STERYLIZATORNI”.
Oznaczenie sprawy: **ZP-17-090 BN**
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

18. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. **Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.**

VIII) INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
 - a) Dorota Uryć
 - e-mail: duo@spskm.katowice.pl;
 - numer faxu: 32/ 259-16-71;
4. **Termin na zadawanie pytań upływa w dniu 20.09.2017 roku.**
5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

IX) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu

X) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

XI) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. **Miejsce i termin składania ofert:**
 - a) miejsce składania ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2
 - b) **termin składania ofert: do dnia 26.09.2017r. do godz. 11:00**
2. **Miejsce i termin otwarcia ofert:**
 - a) miejsce otwarcia ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2
 - b) termin otwarcia ofert: w dniu **26.09.2017r. o godz. 11:30**
3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegała rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia.
4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

ZP-17-090 BN

- a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) cen zawartych w ofertach, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
7. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w SIWZ lub opisane inaczej niż określił zamawiający w SIWZ.

XII) OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Opis sposobu obliczenia ceny: $\text{oferowana ilość} \times \text{cena jednostkowa netto} = \text{wartość netto} + \text{VAT} = \text{wartość brutto}$
2. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

XIII) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

I) KRYTERIA OCENY DLA PAKIETÓW NR 1 – 3

Cena – 60 %

Jakość – 40%

SPOSÓB OBLICZANIA LICZBY PUNKTÓW BADANEJ OFERTY ZA CENĘ:

$P_c = (C_{\min} / C_{bo}) \times 100 \times 60\%$ gdzie:

C_{\min} - cena najniższa spośród ocenianych ofert

C_{bo} - cena badanej oferty

100 - stały współczynnik

P_c - liczba punktów za cenę

SPOSÓB OBLICZANIA LICZBY PUNKTÓW BADANEJ OFERTY ZA JAKOŚĆ

A) DLA PAKIETU NR 1:

- 1) Dla pozycji nr 1 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Posiadający wskaźnik chemiczny na fiolce” wg poniższej punktacji:
 - TAK – 10 punktów
 - NIE – 0 punktów
- 2) Dla pozycji nr 2 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Autoczytnik posiada funkcje monitorowania na urządzeniu czasu pozostałego do pełnej inkubacji” wg poniższej punktacji:
 - TAK – 4 punkty
 - NIE – 0 punktów
- 3) Dla pozycji nr 3 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Posiadający wskaźnik chemiczny na fiolce” wg poniższej punktacji:

ZP-17-090 BN

- TAK – 10 punktów
 - NIE – 0 punktów
- 4) *Dla pozycji nr 4 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Autoczytnik posiada funkcje monitorowania na urządzeniu czasu pozostałego do pełnej inkubacji” wg poniższej punktacji:*
- TAK – 4 punkty
 - NIE – 0 punktów
- 5) *Dla pozycji nr 5 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Posiadający sygnalizator naładowania baterii” wg poniższej punktacji:*
- TAK – 4 punktów
 - NIE – 0 punktów
- 6) *Dla pozycji nr 6 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Laminowany wskaźnik” wg poniższej punktacji:*
- TAK – 10 punktów
 - NIE – 0 punktów
- 7) *Dla pozycji nr 7 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Test zgrzewu ma wykazywać: ciągłość zgrzewu na całej jego określonej szerokości, brak kanałów, przerw, punktów i rys w zgrzewie oraz brak rozwarstwienia folii oddzielenia folii od papieru” wg poniższej punktacji:*
- TAK – 4 punkty
 - NIE – 0 punktów
- 8) *Dla pozycji nr 8 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Opakowanie zawierające watek tuszujący” wg poniższej punktacji:*
- TAK – 10 punktów
 - NIE – 0 punktów
- 9) *Dla pozycji nr 9 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Opakowanie zawierające watek tuszujący” wg poniższej punktacji:*
- TAK – 10 punktów
 - NIE – 0 punktów
- 10) *Dla pozycji nr 10 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Szerokość taśmy > 15mm” wg poniższej punktacji:*
- TAK – 4 punkty
 - NIE – 0 punktów
- 11) *Dla pozycji nr 11 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Szerokość taśmy > 15mm” wg poniższej punktacji:*
- TAK – 4 punkty
 - NIE – 0 punktów
- 12) *Dla pozycji nr 12 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Potwierdzone rekomendacjami producenta sterylizatora” wg poniższej punktacji:*
- TAK – 10 punktów
 - NIE – 0 punktów
- 13) *Dla pozycji nr 13 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Zawierające wskaźnik do pary wodnej” wg poniższej punktacji:*
- TAK – 10 punktów
 - NIE – 0 punktów
- 14) *Dla pozycji nr 14 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Laminowany wskaźnik” wg poniższej punktacji:*
- TAK – 10 punktów
 - NIE – 0 punktów

ZP-17-090 BN

- 15) Dla pozycji nr 15 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Wskaźnik kompatybilny z kłamrą posiadaną przez Zamawiającego” wg poniższej punktacji:
- TAK – 4 punkty
 - NIE – 0 punktów
- 16) Dla pozycji nr 16 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Z arkuszem wczesnego ostrzegania” wg poniższej punktacji:
- TAK – 10 punktów
 - NIE – 0 punktów

B) DLA PAKIETU NR 2:

- 2) Dla pozycji nr 1 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Kombinacja kolorystyki biało - niebieska” wg poniższej punktacji:
- TAK – 20 punktów
 - Inny kolor – 0 punktów
- 2) Dla pozycji nr 2 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Autoczytnik posiada funkcje monitorowania na urządzeniu czasu pozostałego do pełnej inkubacji” wg poniższej punktacji:
- TAK – 10 punktów
 - NIE – 0 punktów
- 3) Dla pozycji nr 3 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Zdecydowana zmiana koloru wskaźnika po sterylizacji na inny kolor ” wg poniższej punktacji:
- TAK – 10 punktów
 - NIE – 0 punktów

C) DLA PAKIETU NR 3:

- 1) Dla pozycji nr 1 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Zdecydowana zmiana koloru wskaźnika po sterylizacji na inny kolor ” wg poniższej punktacji:
- TAK – 25 punktów
 - NIE – 0 punktów
- 2) Dla pozycji nr 2 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Pasek kleju większy niż 15 mm” wg poniższej punktacji:
- TAK – 15 punktów
 - NIE – 0 punktów

PUNKTY ZA JAKOŚĆ ZOSTANĄ PRZYDZIELONE NA PODSTAWIE DOŁĄCZONYCH DO OFERTY PRÓBEK.

W PRZYPADKU NIE DOŁĄCZENIA DO OFERTY PRÓBEK WYKONAWCY ZOSTANIE PRYZNANE ZERO (0) PUNKTÓW ZA KRYTERIUM JAKOŚĆ.

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW ZA KRYTERIUM „JAKOŚĆ” BĘDZIE PODSTAWIONA DO WZORU:

$P_j = (b_o / \max) \times 100 \times 40\%$ gdzie:

max - maksymalna ilość uzyskanych punktów spośród ocenianych ofert

b_o – ilość pkt uzyskana przez badaną ofertę

P_j – liczba punktów za jakość

W pakiecie nr 1, 2 i 3 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za w/w kryteria obliczone wg wzoru :

P = P_c + P_j

P - łączna ilość punktów za kryteria

P_c - ilość punktów za cenę odczynników

P_j - ilość punktów za jakość

II) KRYTERIA OCENY DLA PAKIETÓW NR 4 – 6

Cena - 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:

$P_c = (C_{\min} / C_{bo}) \times 100 \times 100\%$ gdzie:

C_{\min} - cena najniższa spośród ocenianych ofert

C_{bo} - cena badanej oferty

100 - stały współczynnik

P_c - liczba punktów za cenę

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i którego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

XIV) INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą – nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty faksem lub mailem – na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – **Załącznik nr 11** do niniejszej specyfikacji.
2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców – w przypadku jeżeli taka umowa nie jest dołączona do oferty.
3. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:
 - a) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,
 - b) cel zawarcia umowy,
 - c) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
 - d) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie umowy,
 - e) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3, będzie to uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zawarcia umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy.
6. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania umowy nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o przestanie umowy na adres wykonawcy.

XV) WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi **Załącznik nr 11 do SIWZ**.

XVI) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 - b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
14. **W sprawach nie uregulowanych w pkt 9 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.**

Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:

- 1) **Załączniki nr 1 - 6 do SIWZ** - opis przedmiotu zamówienia, załączniki asortymentowo-cenowe,
- 2) **Załącznik nr 7 do SIWZ** - formularz oferty,
- 3) **Załącznik nr 8 do SIWZ** - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
- 4) **Załącznik nr 9 do SIWZ** - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 5) **Załącznik nr 10 do SIWZ** - wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp,
- 6) **Załącznik nr 11 do SIWZ** - wzór umowy,

WYKONAWCA DO OFERTY ZOBOWIĄZANY JEST DOŁĄCZYĆ WYPEŁNIONY I PODPISANY:

- b) Załącznik spośród wybranych Nr 1 – 6
- c) Załącznik Nr 7
- d) Załącznik Nr 8
- e) Załącznik nr 10
- f) Dokumenty wyszczególnione w Rozdziale VI pkt 3 SIWZ

W terminie **3 dni** od umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego „*PROTOKOŁU Z OTWARCIA*” ofert Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wypełniony i podpisany **Załącznik Nr 9** Oświadczenia dołączone do oferty nie będą honorowane.

Załącznik Nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 1 – Narzędzia kontroli procesów sterylizacji, dezynfekcji oraz czynnik sterylizujący do sterylizacji niskotemperaturowej

Lp.	Asortyment – parametry wymagane	Nr katalogowy	Producent	Zamawiana ilość sztuk	Maksymalna wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jedn. netto za 1 sztukę	Wartość		
								Netto	VAT	Brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wskaźnik biologiczny do sterylizacji Tlenkiem Etylenu kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego autoczytnikiem firmy 3M: gwarantujący uzyskanie wyniku kontroli i rzetelnego wyniku już po 4 godzinach inkubacji. etykieta na fiolce łatwa do odklejenia z możliwością wklejenia do dokumentacji procesu sterylizacji. Wskaźnik zgodny z obowiązującymi aktami normatywnymi ISO 11138, EN 867-3 Wskaźnik bardziej czuły od tradycyjnych wskaźników biologicznych, zapewniający wynik automatyczny, eliminujący błędy w interpretacji.			500	50 szt					
2	Kompatybilny autoczytnik ze wskaźnikami posiadanymi przez Zamawiającego o odczycie po 1h do sterylizacji parą wodną,			1	1 szt					
3	Wskaźnik biologiczny do procesu sterylizacji parą wodną w temperaturze 121 °C- 134°C gwarantujący uzyskanie wyniku kontroli i rzetelnego wyniku już po 3 godzinach inkubacji. etykieta na fiolce łatwa do odklejenia z możliwością wklejenia do dokumentacji procesu sterylizacji. Wskaźnik zgodny z obowiązującymi aktami normatywnymi. Wskaźnik bardziej czuły od tradycyjnych wskaźników biologicznych, zapewniający wynik automatyczny, eliminujący błędy w interpretacji			500	50 szt					
4	Autoczytnik kompatybilny ze wskaźnikami biologicznymi do pary wodnej o odczycie po 3 h,			1	1 szt					

ZP-17-090 BN

	z możliwością sprawdzenia czasu pozostałego do zakończenia procesu inkubacji									
5	Rejestrator danych do sterylizatorów parowych kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego systemem rejestracji parametrów procesu typu ETS: spełniający wymogi codziennego testu penetracji pary wg normy EN 544 posiadający funkcje wczesnego ostrzegania możliwość 400-krotnego zastosowania posiadający certyfikat zgodności z normą EN ISO 11140-4			3	1 szt					
6	Integrator chemiczny do pary wodnej typu V, zgodny z PN EN ISO 11140-1:2014 - nie wymagający subiektywnej interpretacji wyniku - możliwość wieloletniej archiwizacji z możliwością oceny wskaźnika chemicznego w dwóch niezależnych okienkach. Wędrująca substancja wskaźnikowa, nie emitująca substancji toksycznych Pakowany po 250 szt.			10 000	250 szt					
7	Test siły zgrzewu urządzeń zamykających barierę sterylną typu Seal Check, zgodny z PN-EN ISO 11607-2, przeznaczony do zastosowania w zgrzewarkach rotacyjnych, umożliwiający wizualną ocenę zgrzewu.			1 000	250 szt					
8	Etykiety ze wskaźnikiem do pary wodnej kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego metkownicą alfanumeryczną trzyczęściową z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet firmy GKE. Etykiety dwukrotnie przylepne z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym - numer operatora (1-2 symboli w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), nr sterylizatora (1-3 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), nr cyklu (2-3 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symboli w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli symbole w tym cyfry lub litery i znaki			225 000	9 000 szt					

ZP-17-090 BN

	interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim- datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne) Pakowane w opakowaniu minimum 12 rolek x 750 metek.									
9	Etykiety ze wskaźnikiem do Tlenku Etylenu kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego metkownicą alfanumeryczną trzyczęściową z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet firmy GKE. Etykiety dwukrotnie przylepne z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym - numer operatora (1-2 symboli w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), nr sterylizatora (1-3 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), nr cyklu (2-3 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symboli w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim- datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne) Pakowane w opakowaniu minimum 12 rolek x 750 metek.			18 000	9 000					
10	Taśma do zamykania bariery sterylnej typu papier krepowany lub włóknina ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, o wyraźnej zmianie barwy wskaźnika po procesie. Substancje chemiczne zawarte we wskaźniku nietoksyczne, pozbawione metali ciężkich. Szerokość taśmy 10-15 mm			60	1 szt					
11	Taśma do zamykania bariery sterylnej typu papier krepowany lub włóknina bez wskaźnika, szerokość taśmy 10-15 mm			50	1 szt					
12	Jednorazowe naboje zawierający 100% Tlenek Etylenu kompatybilne z urządzeniem sterylizującym posiadanym przez zamawiającego – Steri Vac 8 XL, wyprodukowanym przez firmę			516	12 szt					

ZP-17-090 BN

	3M.									
13	Plomby do kontenerów narzędziowych Jednorazowa identyfikacyjna plomba papierowa. Kompatybilna z kontenerami posiadanymi przez zamawiającego firmy AESCULAP; pozwalająca ocenić czy kontener został otwarty; posiadająca miejsce do identyfikacji zawartości			3 000	1 000 szt					
14	Wskaźniki wieloparametrowe chemiczne typu IV do sterylizacji parą wodną oraz Tlenkiem Etylenu, z substancją wskaźnikową umieszczoną na całej długości, o jednoznacznej zmianie barwy po procesie sterylizacji, zgodne z EN 876-1, ISO 11140-1			7 500	500 szt					
15	Test mycia mechanicznego, niezawierający substancji toksycznych; w formie plastikowego arkusza z naniesioną substancją testową o formule zgodnej z EN ISO 15883. Wskaźnik zawiera dwa rodzaje białek, tłuszcze i wielocukry. Odczyt testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji.			1 000	100 szt					
16	Jednorazowy pakiet Bowie-Dick w formie gotowego pakietu zgodny z normą PN ISO 11140 -1 typ 2, przeznaczony do codziennej kontroli sterylizatorów parowych, ich szczelności i zdolności penetracji parą wodną w sterylizowane materiały, powtarzalnym wyniku zapewniającym łatwe wykrycie nieefektywnego procesu, o prostym odczycie na podstawie oceny zmiany zabarwienia arkusza, o wysoce zróżnicowanym kolorze wskaźnika co eliminuje błędy w interpretacji. Pakiet kompaktowy, efektywny i łatwy w użyciu spełniający wymogi normy PN-EN ISO 11140-4			520	20 szt					
17	Wskaźnik kontroli dezynfekcji termicznej w zakresie parametrów 93°C czas 10 minut, w wersji samoklejącej. Wskaźniki w formie pokrytego laminatem papierowego paska z umieszczoną substancją testową. Jednoznaczna zmiana koloru substancji testowej pozwala na			1 000	200 szt					

ZP-17-090 BN

łatwą i pewną weryfikację poprawności przeprowadzonego procesu mycia i dezynfekcji termicznej.										
WARTOŚĆ OGÓŁEM:										

UWAGA:

1) Zamawiający w celu sprawdzenia wymaganych parametrów żąda dołączenia do oferty:

- a) dla pozycji nr 1,3,6,7,12,13,14,15,16 i 17 – po 3 próbki,
- b) dla pozycji nr 8 i 9 – po 10 etykiet,
- c) dla pozycji 10 i 11 – po 1 sztuce.

2) Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

_____ dnia _____ 2017 roku

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

FORMULARZ KRYTERIÓW OCENNYCH DLA PAKIETU NR 1

Lp.	Parametr punktowane	Oferowane warunki TAK / NIE*
1.	<i>Pozycja nr 1</i>	
	Posiadający wskaźnik chemiczny na fiolce	
2.	<i>Pozycja Nr 2</i>	
	Autoczytnik posiada funkcje monitorowania na urządzeniu czasu pozostającego do pełnej inkubacji	
3.	<i>Pozycja nr 3</i>	
	Posiadający wskaźnik chemiczny na fiolce	
4	<i>Pozycja Nr 4</i>	
	Autoczytnik posiada funkcje monitorowania na urządzeniu czasu pozostającego do pełnej inkubacji	
5	<i>Pozycja Nr 5</i>	
	Posiadający sygnalizator naładowania baterii	
6	<i>Pozycja Nr 6</i>	
	Laminowany wskaźnik	
7	<i>Pozycja Nr 7</i>	
	Test zgrzewu ma wykazywać: ciągłość zgrzewu na całej jego określonej szerokości, brak kanałów, przerw, punktów i rys w zgrzewie oraz brak rozwarstwienia folii oddzielenia folii od papieru	
8	<i>Pozycja Nr 8</i>	
	Opakowanie zawierające watek tuszujący	
9	<i>Pozycja Nr 9</i>	
	Opakowanie zawierające watek tuszujący	
10	<i>Pozycja Nr 10</i>	
	Szerokość taśmy większa niż 15 mm	

ZP-17-090 BN

11	<i>Pozycja Nr 11</i>	
	Szerokość taśmy większa niż 15 mm	
12	<i>Pozycja Nr 12</i>	
	Potwierdzone rekomendacjami producenta sterylizatora	
13	<i>Pozycja Nr 13</i>	
	Zawierające wskaźnik do pary wodnej	
14	<i>Pozycja Nr 14</i>	
	Laminowany wskaźnik	
15	<i>Pozycja Nr 15</i>	
	Wskaźnik kompatybilny z klamrą posiadaną przez Zamawiającego	
16	<i>Pozycja Nr 16</i>	
	Z arkuszem wczesnego ostrzegania	

_____ dnia ___ ___ 2017 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 2 – Bariera sterylna do procesu sterylizacji parą wodną oraz Tlenkiem Etylenu

Lp.	Asortyment – parametry wymagane	Nr katalogowy	Producent	Zamawiana ilość sztuk	Maksymalna wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jedn. netto za sztukę	Wartość		
								Netto	VAT	Brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Papier krepowany pakowany naprzemiennie, papiery o gramaturze 60g/m ² . System składający się z dwóch arkuszy naprzemiennie pakowanego miękkiego papieru krepowanego wykonanego w 100% z celulozy i druga warstwa papieru wykonanego z celulozy wzmocnionej włóknami syntetycznymi. Szczelność bakteriologiczna przy podwójnym pakowaniu zestawów wynosi 99,9%-potwierdzona badaniami. Możliwość stosowany do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu. Przeznaczony jest do pakowania małych i średnich zestawów, pozwala na bezpieczne sterylizowanie i przechowywanie materiałów medycznych.									
	A	60x60 cm			3 000	500 szt				
	B	100x100 cm			15 000	250 szt				
	C	75x75 cm			10 000	250 szt				
2	Włóknina, jednorazowa bariera sterylna nieszeleszcząca, antystatyczna, niepyląca o wysokiej wytrzymałości na przesiąkanie wody oraz płynów niskonapięciowych w tym o gramaturze minimum 59g/m ² , alkoholi, wykonana z celulozy bez zastosowania chloru, o powłoce syntetycznej na powierzchni materiału, o dużej wytrzymałości na przetarcia i przekłucia, o stabilności wymiarowej w stanie suchym jak i mokrym, w rozmiarze 75x75 cm, zgodna z ISO 11607-1:2006, EN 868, Dyrektywą 93/42/EEC, EN ISO 9001. Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym.				6 250	250 szt				

ZP-17-090 BN

	Na produkcie umieszczony numer serii odpowiadający numerowi na opakowaniu zbiorczym i dacie produkcji.									
3	<p>Bariera sterylna wzmocniona w postaci rękawa. System bariery sterylnej jest zgodny z EN ISO 11607-1 i EN 868-5. z zastosowaną warstwą poleolefinu odporne na perforację, bezpieczne opakowanie materiałów sterylnych gł. ciężkich zestawów, ostrych narzędzi warstwy bariery połączone minimum 3-kanalowym zgrzewem fabrycznym, którego wytrzymałość wynosi 6 Nm. laminat foliowy wykonany z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50µm, oraz polyolefin o gramaturze 93g/m2, całkowicie wyeliminowane ryzyko pylenia. o wysokiej porowatości pozwalającej na dobrą penetrację środka sterylizującego i usprawnia proces suszenia. nadruk wskaźników chemicznych sterylizacji parą wodną oraz Tlenku Etylenu typu 1. zalecana temperatura zgrzewu 130-150°C bariera posiadająca certyfikaty niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzającej szczelność mikrobiologiczną</p>									
	A	320mm x 70 m			30	1 szt				
	B	380mm x 70 m			30	1 szt				
	C	420mm x 70 m			50	1 szt				
	D	470mm x 70m			40	1 szt				
	E	520mm x 70 m			40	1 szt				
	F	580mm x 70m			15	1 szt				
WARTOŚĆ OGÓŁEM:										

ZP-17-090 BN

UWAGA:

- 1) *Zamawiający w celu sprawdzenia wymaganych parametrów żąda dołączenia do oferty:*
 - a) *dla pozycji nr 1a, 1b, 1c i pozycji nr 2 – po 2 arkusze,*
 - b) *dla pozycji nr 3d, 3e i 3f – po 1 metrze rękawa,*
- 2) Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

_____ dnia _____ 2017 roku

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

FORMULARZ KRYTERIÓW OCENNYCH DLA PAKIETU NR 2

Lp.	Parametr punktowane	Oferowane warunki TAK / NIE*
1.	<i>Pozycja nr 1</i>	
	Kombinacja kolorystyczna biało – niebieska	
	Inny rodzaj kolorystyki	
2.	<i>Pozycja Nr 2</i>	
	Kolor włókniny niebieski	
	Inny kolor	
3.	<i>Pozycja Nr 3</i>	
	Zdecydowana zmiana koloru wskaźnika po sterylizacji na inny kolor	
	Brak zdecydowanej zmiany koloru	

_____ dnia __ __ 2017 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 3 – Bariera sterylna płaska

Lp.	Asortyment – parametry wymagane	Nr katalogowy	Producent	Zamawiana ilość sztuk	Maksymalna wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jedn. netto za sztukę	Wartość		
								Netto	VAT	Brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Bariera sterylna foliowo-papierowa płaska, zgodna z obowiązującymi normami EN 868 i ISO 11607 (potwierdzenie normatywne również na barierze) , zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych znak CE umieszczono na opakowaniu jednostkowym, tj. na etykiecie wewnątrz rolki oraz na opakowaniu zbiorczym</p> <p>posiadająca minimum wskaźnik sterylizacji typu 1, odpowiedni dla pary wodnej oraz Tlenku etylenu, umieszczony poza przestrzeń pakowania</p> <p>wszelkie napisy, wskaźniki umieszczone w obrębie fabrycznego zgrzewu, poza przestrzeń pakowania, na papierze od strony folii</p> <p>napisy na rękawie w języku polskim</p> <p>papier medyczny o gramaturze minimum 70g/m²</p> <p>folia minimum sześciowarstwowa (w tym klej) o temperaturze zgrzewu 180 -220°C, wytrzymała i odporna na rozerwanie</p> <p>wieloszczeżkowy zgrzew fabryczny redukujący do minimum pylenie włókien oraz zmniejsza ryzyko zniszczenia opakowania podczas załadunku, przechowywania i transportu.</p> <p>każde opakowanie opatrzone zwrotem „Nie używać uszkodzonego opakowania”, odpowiednim numerem serii i rozmiarem, nazwą wytwórcy, znakiem handlowym, kierunkiem otwierania, symbolem wyrobu jednorazowego użycia oraz opisano kolory wskaźników przed i po procesie sterylizacji.</p> <p>każda rolka rękawa pakowana osobno o szerokości:</p>									
	A 50mm /+5mm			80	1 szt					

ZP-17-090 BN

	B	75mm			80	1 szt						
	C	100mm			70	1 szt						
	D	120mm			60	1 szt						
	E	150mm			60	1 szt						
	F	200mm/+20mm			60	1 szt						
	G	250mm			40	1 szt						
	H	300mm/+20mm			30	1 szt						
	I	350mm			20	1 szt						
	J	400mm/+20mm			30	1 szt						
2	Opakowania przeciwpylkowe do przechowywania i transportu sterylnych materiałów, pełniące funkcje ochronną dla systemów bariery sterylnej, wydłużające czas przydatności pakietu sterylnego. Wykonane z folii przezroczystej, antystatycznej, nieszeleszczącej. Posiadające zamknięcie z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania. Pasek warstwy kleju o szer. 10-15 mm, w rozmiarach:											
	A	300x500 mm			500	10 szt						
	B	420x700 mm			500	10 szt						
	C	600x750 mm			100	10 szt						
WARTOŚĆ OGÓŁEM:												

UWAGA:

ZP-17-090 BN

- 3) *Zamawiający w celu sprawdzenia wymaganych parametrów żąda dołączenia do oferty:*
- a) *dla pozycji nr 1f, 1h i 1j – po 1,5 metra,*
 - c) *dla pozycji nr 2a, 2b i 2c – po 1 sztuce z każdego rozmiaru,*
- 4) Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

_____ dnia _____ 2017 roku

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

FORMULARZ KRYTERIÓW OCENNYCH DLA PAKIETU NR 3

Lp.	Parametr punktowane	Oferowane warunki TAK / NIE*
1.	<i>Pozycja nr 1</i>	
	Zdecydowana zmiana koloru wskaźnika po sterylizacji na inny kolor	
	Brak zdecydowanej zmiany koloru	
2.	<i>Pozycja Nr 2</i>	
	Pasek kleju większy niż 15 mm	
	Pasek kleju	

_____ dnia ___ ___ 2017 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 4 – Osprzęt do procesu dekontaminacji

Lp.	Asortyment – parametry wymagane	Nr katalogowy	Producent	Zamawiana ilość	Maksymalna wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jedn. netto za sztukę	Wartość		
								Netto	VAT	Brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Szczoteczki - czyściki miedziane wykonane z drutu miedzianego spiętego metalową spinką, z możliwością odcięcia zużytej części.			100 szt	5 szt					
2	Jednorazowe giętkie czyściki do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju oraz innych trudno dostępnych miejsc. Kompatybilne z podajnikiem posiadanym przez zamawiającego (FLEX 008). Komplet uzupełniający zawierający 1 op. z każdego rodzaju: - czyściki szorstkie o średnicy 15mmx30cm - miękkie o średnicy 9mmx30cm, - miękkie o średnicy 12mmx30cm, - dwustronny o średnicy 3mmx15cm.			4 kpl	1 kpl					
3	Mata silikonowa do składania narzędzi w rozmiarze 300x120cm w kolorze niebieskim			2 szt	1 szt					
4	<i>Metkownice alfanumeryczne trzyczędowe wraz ze znakami interpunkcyjnymi,</i> z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiety możliwość zapisu minimum 12 symboli w każdym rzędzie umożliwia kodowanie takich informacji jak : nr operatora datę sterylizacji, datę ważności. kompatybilna z metkami posiadanymi przez zamawiającego			4 szt	1 szt					
5	Nożyczki o stalowych ostrzach, do docinania bariery sterylnej o długości 240mm /+20mm, posiadające ergonomiczny uchwyt , waga 0,146kg/+0,10, z przeznaczeniem do cięcia			4 szt	1 szt					

ZP-17-090 BN

	różnego rodzaju materiału									
6	Zestaw symulacyjny kontroli wsadu typu PCD pozwalający ocenić skuteczność sterylizacji parowej dla całego wsadu zgodny z norma PN ISO 11140-1 typ 2 ; umożliwiający jednocześnie badanie wskaźnikiem biologicznym i chemicznym w jednakowo krytycznych warunkach dla danego procesu sterylizacji.			2 szt	1 szt					
7	Uchwyt do wskaźników mycia mechanicznego typu STF, wykonany z materiału odpornego na działanie czynników/ warunków występujących w czasie procesów mycia-dezynfekcji.			2 szt	1 szt					
WARTOŚĆ OGÓŁEM:										

UWAGA:

- 1) *Zamawiający w celu sprawdzenia wymaganych parametrów żąda dołączenia do oferty kart charakterystyki / katalogowych dla wszystkich pozycji.*
- 2) *Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.*

_____ dnia _____ 2017 roku

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 5 – Środki profilaktyki do izolacji

Lp.	Asortyment – parametry wymagane	Nr katalogowy	Producent	Zamawiana ilość	Proponowana wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jedn. netto za sztukę	Wartość		
								Netto	VAT	Brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Antybakteryjna mata samoprzylepna 40-warstwowa, nie wymagająca ramek ani systemów przytwierdzających do podłoża. Łatwa przyczepność i usuwalność. Warstwy maty o dobrych właściwościach klejących, efektywnie wyłapujące brud. Numeracja ułatwiająca określenie liczby warstw. Wymiary 115x45 cm +/- 10%. Pakowana po 6-10 szt. mat 40-warstwowych. <i>Kolor nie biały.</i>			288 szt	_____ szt					
WARTOŚĆ OGÓŁEM:										

UWAGA:

- 1) Zamawiający w celu sprawdzenia wymaganych parametrów żąda dołączenia do oferty karty charakterystyki / katalogowej.
- 2) Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

_____ dnia _____ 2017 roku

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 6 – Osprzęt do procesu dekontaminacji

Lp.	Asortyment – parametry wymagane	Nr katalogowy	Producent	Zamawiana ilość	Wymagana wielkość op. zbiorczego	Ilość opakowań z kol. 6	Cena jedn. netto za sztukę	Wartość		
								Netto	VAT	Brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Czyścik do narzędzi elektrochirurgicznych 5x5 cm. Czyścik może być używany zarówno przy narzędziach monopolarnych jak i bipolarnych. Zawiera klejącą warstwę mocującą czyścik i zapobiegającą przesuwaniu się. Posiada system szybkiego i łatwego odklejania. Każdy czyścik pakowany osobno.			200 szt	100 szt	2				
WARTOŚĆ OGÓŁEM:										

UWAGA:

- 1) Zamawiający w celu sprawdzenia wymaganych parametrów żąda dołączenia do oferty kart charakterystyki / katalogowych.

_____ dnia _____ 2017 roku

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

.....
Pieczęć firmowa wykonawcy

**OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy
Siedziba
REGON NIP
Tel. Fax
Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym
Tel e-mail
Osoba upoważniona do podpisania umowy :

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu dla Centralnej Sterylizatorni oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

PAKIET Nr 1

Cena bez podatku VATzł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 2

Cena bez podatku VATzł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 3

Cena bez podatku VATzł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 4

Cena bez podatku VATzł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 5

Cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

PAKIET Nr 6

Cena bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

- 1) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
- 2) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 3) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ___ do ___ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 5) Ofertę niniejszą składam na _____ kolejno ponumerowanych stronach.
- 6) WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ, ABY WYKONAWCA W ZAŁĄCZNIKU NR 7 POZOSTAWIŁ JEDYNIĘ PAKIETY, NA KTÓRE SKŁADA OFERTĘ.

_____ dnia __ __ 2017 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

** niepotrzebne skreślić , należy zostawić właściwą odpowiedź*

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**DOSTAWA SPRZĘTU DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI**” (nazwa postępowania), prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

_____ (miejscowość), dnia _____ 2017 r.

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

_____ (miejsowość), dnia _____ 2017 r.

(podpis)

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

.....

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„DOSTAWA SPRZĘTU DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI”**, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA SPRZĘTU DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- a) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,
- b) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

_____ dnia _____ 2017r.

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź, wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**DOSTAWA SPRZĘTU
DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI**”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co
następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług¹
2. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług²
3. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył _____.

_____ (miejsowość), dnia _____ 2017 r.

(podpis)

UMOWA - PROJEKT

Zawarta w dniu _____ 2017 roku w Katowicach pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

z siedzibą: 40-027 Katowice ul. Francuska 20 – 24

NIP: 954 22 70 611

który reprezentuje :

1. Dyrektor – dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

.....

z siedzibą:

NIP :..... REGON :.....

który reprezentuje

1.

zwanym w treści umowy „ Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zmianami) przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1
Dostawa

- 1) Przedmiotem dostawy jest dla Centralnej Sterylizatorni określone ilościowo i asortymentowo w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
- 2) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w pkt.1 własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia Zamawiającego w formie pisemnej lub faksem lub e-mailem.
- 3) Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz.679) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania Zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.
- 5) Termin ważności dostarczanego przedmiotu zamówienia musi wynosić w momencie dostawy minimum 12 miesięcy terminu ważności podanego przez producenta.
- 6) W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia z wadami, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany go na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, na własny koszt.
- 7) Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
- 8) Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego przypadkowemu uszkodzeniu i oznakowany w sposób niebudzący wątpliwości, co do tożsamości przedmiotu dostawy. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego

§ 2
Warunki płatności

- 1) Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 wynosi netto zł plus należny podatek VAT ____% . **Razem:zł brutto** (słownie.....).
- 2) Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy.
- 3) Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,
- 4) Faktura VAT będzie uregulowana przez Zamawiającego w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT.
- 5) Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 3
Kary umowne i odsetki

- 1) W przypadku braku realizacji w całości lub części zamówienia przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub nie wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminach określonych w § 1 pkt. 2 i 6 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia. Kary umowne potrącane będą z bieżących należności Wykonawcy.
- 2) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy określonego w § 2 pkt. 1.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
- 4) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych, o co najmniej 3 dni Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów u innego sprzedawcy z żądaniem zapłaty różnicy w cenie, jeśli nastąpiła, zachowując prawo do roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z opóźnienia.
- 5) W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.

§ 4
Odstąpienie od umowy

- 1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
- 2) W przypadku, o którym mowa w ust. 1 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
- 3) Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną w § 3 pkt. 2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności: trzykrotnego niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 1 pkt. 2 niniejszej umowy bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania obowiązków określonych w § 1 pkt. 6.

§ 5
Postanowienia końcowe

- 1) Umowa niniejsza została zawarta na czas określony od2017r. do 2019r. (**24 miesiące od daty podpisania**).
- 2) W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo Zamówień Publicznych.
- 3) Z mocy ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż Strony dopuszczają:
 - a) zmiany numeru katalogowego, w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany, udoskonalony produkt, ,
 - b) zmianę nazwy handlowej produktu przy zachowaniu jego parametrów,
 - c) zmianę sposobu konfekcjonowania.

ZP-17-090 BN

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Obniżenie cen jednostkowych i wartości umowy jest dopuszczalne.

- 4) Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany urzędowej zmiany ceny wprowadzonej obwieszczeniem lub innym aktem prawnym odpowiedniego Ministra, przy czym taka zmiana ceny może dotyczyć tylko obniżenia ceny przedmiotu zamówienia.
- 5) Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:
 - a) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,
 - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,jeżeli zmiany określone powyżej litera a-c będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedstawiając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy. Zmiany będą obowiązywała od chwili podpisania stosownego aneksu
- 6) Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art. 54 pkt.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności.
- 7) Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 Prawa zamówień publicznych.
- 8) Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Katowicach.
- 9) Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego
- 10) Integralną część niniejszej umowy stanowi Formularz asortymentowo – cenowy Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY