

Katowice, dnia 19.09.2017r.

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu dla Centralnej Sterylizatorni**.  
**Nr sprawy: ZP – 17 – 090 BN.**

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ([tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami](#)), udzielam następującej odpowiedzi:

### **Dotyczy Pakietu Nr 3**

**Pytanie 1) Dotyczy Pozycji Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające 5-cio warstwową folię (wliczając warstwę kleju)? Oferowane rękawy charakteryzują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi.  
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2) Dotyczy Pozycji 1.** Czy Zamawiający dopuści rękawy zgrzewalne w temperaturze 150 – 190°C?  
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3). Dotyczy Pozycji 2.** Uprzejmie prosimy o wydzielenia wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.  
**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na inny, dodatkowy podział przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie 4)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 3 poz. 1 – Bariery sterylnej foliowo-papierowej płaskiej? Proponowane rozwiązanie wiąże się co prawda z technicznymi trudnościami dla Zamawiającego, gdyż wymaga oddzielnego oceniania dodatkowego pakietu, jednakże wynikająca z tego korzyść ekonomiczna, polegająca na przystąpieniu do postępowania również producentów i wyłącznych dystrybutorów, oferujących ceny zdecydowanie niższe niż pośrednicy (hurtownie), wydaje się być istotniejsza, niż ewentualne niedogodności techniczne? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na inny, dodatkowy podział przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie 5)** Czy Zamawiający oczekuje, aby na barierze sterylnej umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm tj. EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1 i 2. **Odp. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dokładnie określił swoje wymagania w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie 6)** Czy Zamawiający wymagając, aby oferowane opakowania medyczne były zgodne z normami EN 868 i ISO 11607 oczekuje zgodności z normami EN 868-3, EN 868-5 i EN ISO 11607-1,2 potwierdzoną oświadczeniem niezależnej jednostki notyfikowanej, co gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy? Pytanie związane jest z faktem pojawiania się w ofertach produktów, które są nieprawidłowo oznakowane, tj. w sposób mogący wprowadzać w błąd użytkownika, poprzez umieszczanie na produkcie informacji o spełnieniu wymagań norm, które nie dotyczą tych produktów. **Odp. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dokładnie określił swoje wymagania w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie 7) Dotyczy Pakietu nr 2.** Czy zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycje numer 2 i utworzyć osobny pakiet? Prośbę motywujemy faktem, iż dostępność na rynku opakowań z poliolefinu jest bardzo ograniczona. Wyłączenie tego produktu spowoduje, iż zwiększą Państwo konkurencyjność w zakresie włókniny znajdującej się w pozycji 2. Pakiet 2? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na inny, dodatkowy podział przedmiotu zamówienia**

**Pytanie 8) Dotyczy Pakietu nr 3.** Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od zapisu „każda rolka rękawa pakowana osobno”? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 9).** Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 3 ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia: „W przypadku braku realizacji w całości lub części zamówienia przez Wykonawcę, powstania zwłok w realizacji zamówienia lub nie dokonania wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminach określonych w § 1 pkt. 2 i 6 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub wadliwego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. Kary umowne potrącane będą z bieżących należności Wykonawcy”. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.**

**Pytanie 10)** Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 3 ust. 4 użytego określenia „opóźnienia” określeniem „zwłoki”? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.**

**Pytanie 11).** Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 5 ust. 4 poprzez wykreślenie słów: „przy czym taka zmiana ceny może dotyczyć tylko obniżenia ceny przedmiotu zamówienia.” ? – pozostawienie takiego zastrzeżenia, przy 24 miesięcznym okresie obowiązywania umowy może grozić rażąca strata dla wykonawcy. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.**

**Pytanie 12) Dotyczy Pakietu nr 1 Pozycja 10 i 11.** Czy Zamawiający dopuści taśmy o większej szerokości niż 15mm np. 19 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 13). Dotyczy Pakietu nr 1 Pozycja 5,6,14,15,16.** Czy Zamawiający dopuści na powyższe produkty zamiast wymaganego certyfikatu niezależnej jednostki notyfikowanej- oświadczenia producentów o zgodności z normami. Z naszej wiedzy i doświadczenia wynika, że wielu producentów nie posiada wymaganych dokumentów. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 14). Dotyczy Pakietu nr 4 Pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści na powyższe produkty zamiast wymaganego certyfikatu niezależnej jednostki notyfikowanej- oświadczenia producentów o zgodności z normami. Z naszej wiedzy i doświadczenia wynika, że wielu producentów nie posiada wymaganych dokumentów. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 15) Dotyczy Pakietu nr 4 Pozycja 6.** Czy Zamawiający dopuści produkt spełniający normę ISO 11140 – 6 ? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 16) Dotyczy zapisów SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej? **Odp. Zgodnie z SIWZ – podstawa prawna art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

**Pytanie 17) Dotyczy parametrów technicznych.** Czy Zamawiający dopuści deklarację producentów o spełnieniu wymaganych norm zamiast certyfikatów niezależnych jednostek notyfikowanych, jeśli chodzi o testy? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Dyrektor SPSKM ŚUM w Katowicach  
Dr n. med. Włodzimierz Dziubdziała**