

Katowice, dnia 21.09.2017r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *dostawę odczynników – III A*.
Nr sprawy: ZP – 17 – 101 BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ([tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami](#)), udzielam następującej odpowiedzi:

Dotyczy Pakietu Nr 1

Pytanie 1) Celem dokładnego dobrania parametrów wyposażenia dodatkowego w tym sprzętu komputerowego, prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie wymagań w p. 4 warunków wymaganych. Czy zamawiający oczekuje, aby ten sam komputer - służąc z jednej strony do analizy zeskanowanych wykresów elektroforetycznych, umożliwił jednocześnie podgląd wcześniejszej bazy danych pacjentów w aktualnym oprogramowaniu, sterowanie analizatorem i podłączenie do systemu LAB300, czy wymaga w tym celu dwóch komputerów? **Odp. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający w Załączniku nr 1B punkcie nr 4 dokładnie określił swoje wymagania.**

Pytanie 2) Czy zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował mu możliwość podglądu wcześniejszej bazy danych w aktualnym oprogramowaniu? **Odp. Tak.**

*Dyrektor SPSKM ŚUM w Katowicach
Dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela*