

Katowice, dnia 25.09.2017r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników – III A.**
Nr sprawy: ZP – 17 – 101 BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ([tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami](#)), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie 1) Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zagwarantowania możliwości podglądu wcześniejszej bazy danych w aktualnym oprogramowaniu (odpowiedź na pytanie nr 2)? Wymóg ten może spełnić tylko wykonawca, który aktualnie dzierżawi system Zamawiającemu, co ogranicza uczciwą konkurencję, ponadto wyniki są przechowywane w systemie LAB300? ***Odp. Tak, Zamawiający odstępuje od konieczności zagwarantowania możliwości podglądu wcześniejszej bazy danych w aktualnym oprogramowaniu.***

Dotyczy Pkt XIII SIWZ – Kryteria Oceny – „Jakość”

Pytanie 2) Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek automatycznego wewnętrznego podajnika próbek w przypadku gdy analizator automatycznie pobiera próbkę z naczynek i dozuje ją na żel? ***Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający jako wewnętrzny automatyczny podajnik próbek uzna podajnik próbek pierwotnych.***

Pytanie 3) Czy Zamawiający uzna aplikatory do nanoszenia próbek za „wielokrotnego użytku” w przypadku gdy aplikator wielokrotnie dozuje próbkę moczu w celu jej zagęszczenia, a w przypadku surowicy dozuje ją jednokrotnie? ***Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Aplikatory wielokrotnego użytku to aplikatory, których Zamawiający nie musi wymieniać po każdym badaniu.***

Pytanie 4) Czy Zamawiający przyzna taką samą ilość punktów za jakość aplikatorom jednorazowego użytku co aplikatorom wielokrotnego użytku? Aplikatory jednorazowego użytku eliminują ryzyko kontaminacji i gwarantują poprawność wyników, a jedyną przewagą aplikatorów wielokrotnego użytku jest aspekt ekonomiczny, który jest już uwzględniony w kryterium oceny - „Cena”? ***Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Brak konieczności każdorazowej wymiany aplikatorów skraca czas przygotowania aparatu do badań oraz pomniejsza koszty badania.***

Pytanie 5) Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „segmenty”? Czy nie jest to powielenie oceny aplikatorów? ***Odp. Jako „aplikatory” Zamawiający ujął aplikatory do nanoszenia próbek pacjenta, a jako „segmenty” – segmenty (aplikatory) do nanoszenia nanosurowic.***

Pytanie 6) Czy Zamawiający przyzna taką samą ilość punktów za jakość segmentom jednorazowego użytku co segmentom wielokrotnego użytku? Segmenty jednorazowego użytku eliminują ryzyko kontaminacji i gwarantują poprawność wyników, a jedyną przewagą segmentów wielokrotnego użytku jest aspekt ekonomiczny, który jest już uwzględniony w kryterium oceny - „Cena”? ***Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Brak konieczności każdorazowej wymiany segmentów skraca czas przygotowania aparatu do badań oraz pomniejsza koszty badania.***

Pytanie 7) Czy Zamawiający przyzna 3 punktów za jakość systemowi, który wymaga oceny komponentów monoklonalnych z udziałem operatora, co jest zgodne z Dobrą Praktyką Laboratoryjną, która wymaga od użytkownika kontroli nad procesem i wynikiem diagnozy? ***Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający za punkt oceniany odnoszący się do komponenty monoklonalnej przydzieli 2 punkty (co przewidział w SIWZ) i nie wyraża zgody na inną punktację. Ponadto w przypadku oceny wąskiego pasma monoklonalnego (niewielkiego piku w proteinogramie) ważną rolę odgrywa możliwość automatycznego wyznaczenia białka***

M, eliminując subiektywną ocenę operatora, co w takich przypadkach ma duże znaczenie diagnostyczne i prognostyczne. Oczywiście każdorazowe automatyczne wyznaczenia piku podlega ścisłej kontroli i weryfikacji przez wykonującego badanie..

Pytanie 8) Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek „kompletny zestaw, niewymagające dodatkowych odczynników i akcesoriów”, gdy będzie dostarczany osobno płyn myjący? *Odp. Zamawiający pod nazwą „kompletny zestaw, ni wymagający dodatkowych odczynników i akcesoriów” ma na myśli zestaw służący do wykonania wyspecyfikowanych badań. Jeśli płyn myjący służy do mycia analizatora to powinien być traktowany jako materiał zużywalny.*

Pytanie 9) Czy Zamawiający przyzna 4 punkty za jakość w wymogu „kompletny zestaw, niewymagające dodatkowych odczynników i akcesoriów”, gdy będzie dostarczany osobno płyn myjący i aplikatory/naczynka? *Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający z punkt oceniany odnoszący się do „ kompletny zestaw, nie wymagający dodatkowych odczynników i akcesoriów” przydzieli 8 punktów (co przewidział w SIWZ) i nie wyraża zgody na inną punktację.*

Pytanie 10) Dotyczy Załącznika 1A. Czy Zamawiający wymaga materiału kontrolnego dla immunofiksacji? *Odp. Tak.*

*Dyrektor SPSKM ŚUM w Katowicach
Dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela*