

Katowice, dn. 15.09.2017r

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych. Nr sprawy : ZP-17-089BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

- 1. Pakiet 1:**Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 zestawu serwetę 3-warstwową o rozmiarze 160cmx240cm z otworem 30x60 wypełnioną folią chirurgiczną z zintegrowanym ekranem anestetycznym? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. **Odp: Zgodnie z SIWZ.**
- 2. Pakiet 1:**Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 zestawu kieszeń samoprzylepną 1-sekcyjną o rozmiarze 30x40 PE? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. **Odp: Zamawiający dopuszcza.**
- 3. Pakiet 1:**Czy Zamawiający dopuści miski w poz. 4 i 20 o różnych średnicach dna i góry, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. **Odp: Zamawiający dopuszcza miski gdzie różnica w średnicy nie jest większa niż 2 cm.**
- 4. Pakiet 1:**Czy Zamawiający dopuści w poz. 18 dren CH24 270 cm? **Odp: Zamawiający dopuszcza.**
- Zważywszy na treść § 1 ust. 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? **Odp. Zamawiający podane ilości określił na podstawie dotychczasowego zużycia i w takich ilościach zamierza zrealizować zamawiany asortyment. Jednakże Zamawiający nie wie jacy pacjenci będą hospitalizowani w okresie związania umowa i jakich materiałów opatrunkowych będą potrzebowali, dlatego też Zamawiający nie jest w stanie określić faktycznego zużycia.**
- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?
- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości netto przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości netto niezrealizowanej części umowy”?
- Czy Zamawiający zgadza się aby § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”? **Odp 6-8: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w treści projektu umowy.**
- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do pobrań, w którym serweta główna (pkt. 6) wykonana jest z laminatu 2- warstwowego o gram. min. 55 g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gram. min. 110 gm², posiadającego w swoim składzie końcówkę do ssaka (pkt. 2) o dł. 280 mm; dren (pkt. 3) o dł. 290 cm, serwetę na stolik Mayo (pkt. 11) z warstwą chłonną w rozmiarze min. 60 x 145 cm, tufery oraz chusty z gazy (pkt. 14 i 16) 20 nitkowe oraz elektrodę czynną (pkt. 21) o dł. 320 cm? **Odp: Zamawiający dopuszcza.**
- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do pobrań bez worków na narzędzia w składzie i niezależnie pakowanych od zestawu worków oraz podanie w tej pozycji ceny łącznej za zestaw bez worków + 6xworki na narzędzia. **Odp: Zamawiający dopuszcza, i wymaga podania ceny za cały zestaw łącznie z workami. Zamawiający wymaga aby oferowana ilość worków była adekwatna dla zamawianych zestawów: 220 zestawów +6 worków na narzędzia dla każdego zestawu tj. razem 1320 worków. Zamawiający wymaga wyceny 220 zestawów do pobrań w tym 1320 worków na narzędzia.**
- Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia wraz z ofertą niesterylnych próbek celem potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów? **Odp: Zamawiający dopuszcza.**

ZP-17-089BN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

12. Czy Zamawiający wymaga aby chusty z gazy wchodzące w skład zestawu były wstępnie prane co przyspiesza czas chłonięcia cieczy przez materiał gazowy. **Odp: Zamawiający dopuszcza.**
13. W związku z faktem iż pakiet nr 1 jest powtórzonym postępowaniem z 28.08.2017r., które zostało unieważnione (ZP-17-078BN, pakiet nr 4), czy Zamawiający uwzględni przestane wcześniej próbki zestawu do pobrań narzędzi łącznie z workami do obecnej oceny i możliwość nieskładania ponownie w/w próbek z ofertą w bieżącym postępowaniu? **Odp: Zamawiający wymaga złożenia próbek w nowym toczącym się postępowaniu ZP-17-089BN, z racji utylizacji poprzednich próbek.**

Dyrektor SPSKM
im. Andrzeja Mielęckiego
dr n med. Włodzimierz Dziubdziela