

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 135.000 euro

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.

Nazwa nadana zamówieniu:

„DOSTAWA ŁÓŻEK MEDYCZNYCH Z WYPOSAŻENIEM”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP-17-088BN

Nazwa i adres zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu  
Medycznego w Katowicach  
40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24  
tel. 32/259-16-68 fax. 32/259-16-71  
Internet: [www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)  
e-mail: [duo@spskm.katowice.pl](mailto:duo@spskm.katowice.pl)

Kody klasyfikacji CPV: 33.19.21.20-9

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam

*08.09.2017 r.*

*z upoważnienia Dyrektora SPSKM  
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Mołek*

## I) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek medycznych wraz z wyposażeniem, w podziale na trzy części (pakiety).
2. Opis przedmiotu zamówienia określa:
  - 1) Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 1) – łóżka medyczne z wyposażeniem – 25 kpl.
  - 2) Załącznik nr 2 do SIWZ (Pakiet nr 2) – łóżka medyczne z wyposażeniem – 30 kpl.
  - 3) Załącznik nr 3 do SIWZ (Pakiet nr 3) – łóżka medyczne z wyposażeniem – 9 kpl.  
*zwane dalej artykułami*

Na jeden komplet składają się: łóżko, materac piankowy, szafka przyłóżkowa.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części (pakiety), co oznacza możliwość składania ofert częściowych na dowolną ilość części (pakietów). Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy/inny podział przedmiotu zamówienia.  
*Jeżeli w niniejszej specyfikacji Zamawiający nie wskazał, którego pakietu zamówienia dotyczy zapis, należy go stosować do każdego z pakietów w ramach przedmiotowego postępowania.*
4. Każdemu z wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na dowolną ilość wybranych przez siebie części (pakietów).
5. Oferta musi posiadać pełny asortyment, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania. Oferowanie artykułu, który nie spełnia wymaganych parametrów lub brak informacji wymaganych w zestawieniu parametrów oferowanych lub brak dokumentów wskazanych w rozdziale VI pkt 2 ppkt 1) SIWZ, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

## II) USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
3. Zamawiający wymaga aby przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy były zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz.679 ze zmianami) oraz z właściwymi przepisami prawnymi, a także posiadał zgłoszenie lub powiadomienie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych potwierdzającego, że oferowane artykuły sklasyfikowane są jako wyroby medyczne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
4. Zamawiający wymaga, aby oferowane artykuły wyprodukowane były w 2017 roku.
5. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji na oferowane artykuły.  
UWAGA: okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z postanowieniami rozdziału XIII SIWZ.

## III) USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko na następujące oddziały szpitalne Zamawiającego:
  - 1) W zakresie pakietu nr 1: Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku.
  - 2) W zakresie pakietów nr 2 oraz nr 3: Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej.
2. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie do 60 dni licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

3. Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 13.00 w dni robocze.

#### IV) TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Termin dostawy artykułów wynosi do 6 tygodni od daty zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizowanie dostaw partiami, przy czym ostatnia z partii musi zostać dostarczona do Zamawiającego przed upływem terminu realizacji zamówienia.

#### V) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  - 1) nie podlegają wykluczeniu;
  - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2. Warunki udziału w postępowaniu.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
  - 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  - 2) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
  - 3) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

#### VI) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
  - 1) oświadczenia wykonawcy w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  - 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
  - 3) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
  - 1) Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć zestawienie parametrów oferowanych artykułów, sporządzone wg załącznika nr 1, 2 i/lub 3 do niniejszej SIWZ – w zależności od zakresu, w ramach którego składana jest oferta. Dokument ten stanowi treść oferty.
  - 2) Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć karty katalogowe lub inne dokumenty opisujące oferowany przedmiot – wymagane w celu przyznania punktów w kryterium oceny ofert „JAKOŚĆ”, zgodnie z treścią rozdziału XIII SIWZ. W przypadku braku ww. dokumentów bądź braku informacji wymaganych do oceny ofert, Zamawiający w kryterium „JAKOŚĆ” przyzna 0 pkt.
  - 3) Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.
  - 1) Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
  - 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
  - 3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
  - 4) Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
  - 5) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy składane są w oryginale.
  - 6) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
  - 7) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
  - 8) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
  - 9) Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
  - 10) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
  - 11) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

## VII) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w zakresie każdej z części niniejszego postępowania.
9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszował ofertę oraz ponumerował jej strony.
12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „DOSTAWĘ ŁÓŻEK  
MEDYCZNYCH Z WYPOSAŻENIEM”  
Oznaczenie sprawy: ZP-17-088BN  
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na  
„DOSTAWĘ ŁÓŻEK MEDYCZNYCH Z WYPOSAŻENIEM”  
Oznaczenie sprawy: ZP-17-088BN

16. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
17. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na  
„DOSTAWĘ ŁÓŻEK MEDYCZNYCH Z WYPOSAŻENIEM”.

Oznaczenie sprawy: ZP-17-088BN

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

18. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

#### VIII) INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:  
Julia Kaźmierczak  
– e-mail: duo@spskm.katowice.pl;  
– numer faxu: 32/ 259-16-71.
4. Termin na zadawanie pytań upływa w dniu 13.09.2017 r.
5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

#### IX) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

#### X) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

## XI) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce i termin składania ofert:
  - 1) miejsce składania ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2,
  - 2) termin składania ofert: do dnia 19.09.2017 r, do godz. 10:00.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  - 1) miejsce otwarcia ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2,
  - 2) termin otwarcia ofert: w dniu 19.09.2017 r. o godz. 10:30.
3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia.
4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
  - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
7. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w SIWZ lub opisane inaczej niż określił zamawiający w SIWZ.

## XII) OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:  $\text{oferowana ilość} \times \text{cena jednostkowa netto} = \text{wartość netto} + \text{VAT} = \text{wartość brutto}$ .  
Cena jednostkowa netto dotyczy 1 kompletu.
2. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

**XIII) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje następujące kryteria oceny ofert:

W zakresie pakietu nr 1:

CENA - 60%

OKRES GWARANCJI - 20%

JAKOŚĆ - 20%

W kryterium CENA punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

$PC = (C_{min} / C_{bo}) \times 100 \times 60\%$  gdzie:

$C_{min}$  - cena najniższa spośród ocenianych ofert

$C_{bo}$  - cena badanej oferty

100 - stały współczynnik

Pc - liczba punktów za cenę

Maksymalna liczba punktów w niniejszym kryterium (PC): 60 pkt.

W kryterium OKRES GWARANCJI punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

Długość okresu gwarancji:	Ilość punktów:
24 miesiące	0 pkt
25 – 36 miesięcy	10 pkt
37 miesięcy i więcej	20 pkt

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w treści oferty wskazał długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach. Nie dopuszcza się wskazywania okresu gwarancji np. w dniach, bądź częściach miesięcy, np. 24,5. W takim przypadku Zamawiający zaokrągli długość okresu gwarancji w dół, np. 24,5 miesiąca zostanie zaokrąglone do 24 miesięcy.

Podanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące jak i również nie wskazanie okresu gwarancji w treści oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Maksymalna liczba punktów w niniejszym kryterium (PG): 20 pkt.

W kryterium JAKOŚĆ punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych wymagań określonych w SIWZ. Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane za następujące, dodatkowe parametry oferowanych artykułów:

Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą:	Ilość punktów:
Jednej dźwigni	10 pkt
Dwóch lub więcej dźwigni	0 pkt

Uchwyt na szklankę z możliwością zamocowania (oraz demontażu) na relingu znajdującym się na blacie szafki przyłóżkowej:	Ilość punktów
TAK	10 pkt



NIE

0 pkt

Punkty w powyższym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie załączonych do oferty kart katalogowych lub innych dokumentów opisujących oferowany przedmiot. W związku z powyższym załączone dokumenty muszą zawierać informacje w zakresie, w którym przyznawane są dodatkowe punkty.

Brak dołączenia do oferty ww. dokumentów, lub brak informacji o dodatkowych parametrach skutkować będzie przyznaniem 0 pkt w niniejszym kryterium.

Maksymalna ilość punktów w niniejszym kryterium (PJ): 20 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za w/w kryteria obliczone wg następującego wzoru :

$$P=PC + PG + PJ$$

przy czym:

P – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria

PC – liczba punktów w kryterium CENA

PG – liczba punktów w kryterium OKRES GWARANCJI

PJ – liczba punktów za JAKOŚĆ

W zakresie pakietu nr 2:

CENA - 60%

OKRES GWARANCJI - 20%

JAKOŚĆ - 20%

W kryterium CENA punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

$PC = (C_{min} / C_{bo}) \times 100 \times 60\%$  gdzie:

$C_{min}$  - cena najniższa spośród ocenianych ofert

$C_{bo}$  - cena badanej oferty

100 - stały współczynnik

Pc - liczba punktów za cenę

Maksymalna liczba punktów w niniejszym kryterium (PC): 60 pkt.

W kryterium OKRES GWARANCJI punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

Długość okresu gwarancji:	Ilość punktów:
24 miesiące	0 pkt
25 – 36 miesięcy	10 pkt
37 miesięcy i więcej	20 pkt

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w treści oferty wskazał długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach. Nie dopuszcza się wskazywania okresu gwarancji np. w dniach, bądź częściach miesięcy, np. 24,5. W takim przypadku Zamawiający zaokrągli długość okresu gwarancji w dół, np. 24,5 miesiąca zostanie zaokrąglone do 24 miesięcy.

## ZP-17-088BN

Podanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące jak i również nie wskazanie okresu gwarancji w treści oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Maksymalna liczba punktów w niniejszym kryterium (PG): 20 pkt.

W kryterium JAKOŚĆ punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych wymagań określonych w SIWZ. Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane za następujące, dodatkowe parametry oferowanych artykułów:

Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą:	Ilość punktów:
Jednej dźwigni	17 pkt
Dwóch lub więcej dźwigni	0 pkt

Możliwość regulacji wysokości półki wewnątrz szafki przyłóżkowej:	Ilość punktów
TAK	3 pkt
NIE	0 pkt

Punkty w powyższym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie załączonych do oferty kart katalogowych lub innych dokumentów opisujących oferowany przedmiot. W związku z powyższym załączone dokumenty muszą zawierać informacje w zakresie, w którym przyznawane są dodatkowe punkty.

Brak dołączenia do oferty ww. dokumentów, lub brak informacji o dodatkowych parametrach skutkować będzie przyznaniem 0 pkt w niniejszym kryterium.

Maksymalna ilość punktów w niniejszym kryterium (PJ): 20 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za w/w kryteria obliczone wg następującego wzoru :

$$P=PC + PG + PJ$$

przy czym:

P – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria

PC – liczba punktów w kryterium CENA

PG – liczba punktów w kryterium OKRES GWARANCJI

PJ – liczba punktów za JAKOŚĆ

W zakresie pakietu nr 3:

CENA - 60%

OKRES GWARANCJI - 20%

JAKOŚĆ - 20%

W kryterium CENA punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

$PC = (C_{min} / C_{bo}) \times 100 \times 60\%$  gdzie:

$C_{min}$  - cena najniższa spośród ocenianych ofert

$C_{bo}$  - cena badanej oferty

100 - stały współczynnik

Pc - liczba punktów za cenę

Maksymalna liczba punktów w niniejszym kryterium (PC): 60 pkt.

W kryterium OKRES GWARANCJI punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

Długość okresu gwarancji:	Ilość punktów:
24 miesiące	0 pkt
25 – 36 miesięcy	10 pkt
37 miesięcy i więcej	20 pkt

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w treści oferty wskazał długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach. Nie dopuszcza się wskazywania okresu gwarancji np. w dniach, bądź częściach miesięcy, np. 24,5. W takim przypadku Zamawiający zaokrągli długość okresu gwarancji w dół, np. 24,5 miesiąca zostanie zaokrąglone do 24 miesięcy.

Podanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące jak i również nie wskazanie okresu gwarancji w treści oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Maksymalna liczba punktów w niniejszym kryterium (PG): 20 pkt.

W kryterium JAKOŚĆ punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych wymagań określonych w SIWZ. Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane za następujące, dodatkowe parametry oferowanych artykułów:

Rodzaj podstawy łóżka z zachowaniem podparcia leża w minimum 8 punktach:	Ilość punktów:
Pantorgaf	10 pkt
Inny rodzaj podstawy	0 pkt

Panel sterujący łóżka:	Ilość punktów
Możliwość chowania całego panelu w konstrukcji łóżka	7 pkt
Brak możliwości chowania całego panelu w konstrukcji łóżka	0 pkt

Regulacja wysokości półki wewnątrz szafki przyłóżkowej:	Ilość punktów:
Możliwa	3 pkt
Brak możliwości	0 pkt

## ZP-17-088BN

Punkty w powyższym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie załączonych do oferty kart katalogowych lub innych dokumentów opisujących oferowany przedmiot. W związku z powyższym załączone dokumenty muszą zawierać informacje w zakresie, w którym przyznawane są dodatkowe punkty.

Brak dołączenia do oferty ww. dokumentów, lub brak informacji o dodatkowych parametrach skutkować będzie przyznaniem 0 pkt w niniejszym kryterium.

Maksymalna ilość punktów w niniejszym kryterium (PJ): 20 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za w/w kryteria obliczone wg następującego wzoru :

$$P=PC + PG + PJ$$

przy czym:

P – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria

PC – liczba punktów w kryterium CENA

PG – liczba punktów w kryterium OKRES GWARANCJI

PJ – liczba punktów za JAKOŚĆ

## XIV) INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze umowę w zakresie każdego z pakietów z wybranym wykonawcą – nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty faksem lub mailem – na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.
2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców – w przypadku jeżeli taka umowa nie jest dołączona do oferty.
3. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:
  - 1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,
  - 2) cel zawarcia umowy,
  - 3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
  - 4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie umowy,
  - 5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3, będzie to uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zwania umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy.
6. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania umowy nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o przesłanie umowy na adres wykonawcy.

XV) WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

XVI) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - 1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
  - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - 3) odrzucenia oferty odwołującego;
  - 4) opisu przedmiotu zamówienia;
  - 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. W sprawach nie uregulowanych w rozdz. XVI w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.

Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:

**ZP-17-088BN**

- 1) Załączniki nr 1 - 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia w zakresie nr 1, 2 oraz 3, załącznik asortymentowy
- 2) Załącznik nr 4 do SIWZ - formularz oferty
- 3) Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie z art. 25a ust. 1 Pzp.
- 4) Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 5) Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp,
- 6) Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy,

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTWIENIE PARAMETRÓW - PAKIET Nr 1

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
ŁÓŻKA 25 szt. – wymagania techniczne			
1.	Łóżko – 25 szt.	TAK PODAĆ	Nazwa oferowanego urządzenia:  Producent:  Model/Typ:  Rok produkcji: 2017
2.	Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z profili stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV , wymiar leża 900 x 2000 mm (+/- 30 mm)	TAK PODAĆ	
3.	Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2100 mm (+/- 30 mm) - Szerokość całkowita bez barierok bocznych 950 mm, (+/- 30 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1030 mm (+/- 30 mm)	TAK PODAĆ	
5.	Wysokość leża od podłoża: - 500 mm (+/- 20 mm)	TAK PODAĆ	
6.	Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome	TAK PODAĆ	
7.	Segmenty leża wypełnione odejmowaną stalową siatką o wymiarach oczek max. 5 x 5cm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm.	TAK PODAĆ	
8.	Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 75° (± 5°) - segment oparcia uda w zakresie: 0 - 50° (±5°), z czytelnym oznaczeniem funkcji na ramie leża lub na dźwigni.	TAK PODAĆ	
9.	Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta.	TAK PODAĆ	
10.	Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym	TAK	
11.	Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi z możliwością wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna.	TAK PODAĆ	
12.	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami.	TAK	
13.	Z każdej strony łóżka po dwa uchwyty materaca, umiejscowione w sekcji podudzia i w sekcji oparcia pleców. Uchwyty dostosowane do szerokości oferowanego materaca.	TAK	

**ZP-17-088BN**

14.	Łóżko wyposażone w wysuwaną półkę na pościel, nie wystającą poza obrys łóżka.		
15.	Podstawa łóżka (wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi) jezdnia, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm (rdzeń koła osłonięty metalową osłoną) każde koło z wytrzymałą, metalową, indywidualną blokadą jazdy i obrotu.	TAK PODAĆ	
16.	Bezpieczne obciążenie min. 200 kg	TAK PODAĆ	
17.	Łóżka przystosowane do zamontowania barierki bocznych.	TAK	
18.	Wszystkie łóżka wyposażone w barierki boczne po obu stronach łóżka zabezpieczające leże na całej długości, wykonane z min. 3 profili aluminiowych, składane wzdłuż ramy leża za pomocą przycisku, mechanizm zwalniający barierkę zabezpieczony przed niepożądanym użyciem. Możliwość demontażu bez użycia narzędzi, stabilnie mocowane do szczytów łóżka.	TAK	
19.	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów, min. 5 kolorów	TAK PODAĆ	
20.	Łóżko przystosowane do zamontowania uchwytów uniwersalnych - minimum po 1 punkcie z każdej strony łóżka	TAK	
21.	Wyposażenie do każdego łóżka -uchwyt uniwersalny – 1 szt.	TAK	
<b>WYPOSAŻENIE ŁÓŻEK</b>			
22.	<b>Materac piankowy – 25 szt.</b>	TAK	Nazwa oferowanego materaca:  Producent:  Model/Typ:  Rok produkcji: 2017
23.	Materac piankowy o grubości 15 cm (± 1 cm) w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, o wymiarach dostosowanych do oferowanego łóżka. Posiadający nacięcie zapobiegające wybrzuszaniu się materaca podczas zmiany położenia.	TAK Podać	
24.	<b>Szafka przyłóżkowa – 25 szt.</b>	TAK	Nazwa oferowanej szafki:  Producent:  Model/Typ:  Rok produkcji: 2017
25.	Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Błat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm).	TAK	
26.	Tyłna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości. Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiową listwą w kształcie litery C.	TAK	
27.	Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 150 mm. – dostęp do półki od frontu szafki.	TAK PODAĆ	
28.	Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.	TAK PODAĆ	
29.	Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o	TAK PODAĆ	



**ZP-17-088BN**

	pojemności min. 1,5 l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.		
30.	Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm ( $\pm$ 20mm) - szerokość szafki - 460 mm ( $\pm$ 20mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm ( $\pm$ 20mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm ( $\pm$ 20mm) - głębokość - 470 mm ( $\pm$ 20mm)	TAK PODAĆ	
31.	Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.	TAK	
32.	Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS. Dostęp do półki tylko od frontu szafki	TAK	
33.	Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej z możliwością regulacji kąta pochylecia blatu 30 i 60 stopni. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylecia się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego.	TAK	
34.	Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm ( $\pm$ 20mm)	TAK PODAĆ	
35.	Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowym relingiem w kształcie litery C.	TAK PODAĆ	
36.	Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°.	TAK	
37.	Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi)	TAK	
38.	Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z (+/-5 mm) elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem.	TAK PODAĆ	
39.	Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach	TAK	
40.	Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.	TAK PODAĆ	
<b>POZOSTAŁE WYMAGANIA</b>			
41.	Łóżko i szafka oznaczone znakiem CE.	TAK	
42.	Łóżka i szafki przyłóżkowe muszą posiadać wpis do rejestru wyrobów medycznych	TAK	

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTWIENIE PARAMETRÓW - PAKIET Nr 2

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
<b>ŁÓŻKA 30 szt. – wymagania techniczne</b>			
1.	Łóżko – 30 szt.	TAK PODAĆ	Nazwa oferowanego urządzenia:  Producent:  Model/Typ:  Rok produkcji: 2017
2.	Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z profili stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV , wymiar leża 900 x 2000 mm (+/- 30 mm)	TAK PODAĆ	
3.	Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2100 mm (+/- 30 mm) - Szerokość całkowita bez barierok bocznych 950 mm, (+/- 30 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1030 mm (+/- 30 mm)	TAK PODAĆ	
5.	Wysokość leża od podłoża: - 500 mm (+/- 20 mm)	TAK PODAĆ	
6.	Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome	TAK PODAĆ	
7.	Segmenty leża wypełnione odedjmowaną stalową siatką o wymiarach oczek max. 5 x 5cm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm.	TAK PODAĆ	
8.	Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 75° (± 5°) - segment oparcia uda w zakresie: 0 - 50° (±5°), z czytelnym oznaczeniem funkcji na ramie leża lub na dźwigni.	TAK PODAĆ	
9.	Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta.	TAK PODAĆ	
10.	Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym	TAK	
11.	Szczyty łóżka chromowane, łatwo odedjmowane wypełnione płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi z możliwością wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna.	TAK PODAĆ	
12.	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami.	TAK	
13.	Z każdej strony łóżka po dwa uchwyty materaca, umiejscowione w sekcji podudzia i w sekcji oparcia pleców. Uchwyty dostosowane do szerokości oferowanego materaca.	TAK	
14.	Łóżko przystosowane do zamontowania uchwytów uniwersalnych - minimum po 1 punkt z każdej strony łóżka	TAK	

**ZP-17-088BN**

15.	Łóżko wyposażone w wysuwaną półkę na pościel, nie wystającą poza obrys łóżka .	TAK	
16.	Podstawa łóżka (wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi) jezdną, wyposażoną w 4 koła o średnicy min. 125 mm (rdzeń koła osłonięty metalową osłoną) każde koło z wytrzymałą, metalową, indywidualną blokadą jazdy i obrotu.	TAK PODAĆ	
17.	Bezpieczne obciążenie min. 200 kg	TAK PODAĆ	
18.	Łóżka przystosowane do zamontowania barierek bocznych.	TAK	
19.	<p>Wszystkie łóżka wyposażone w barierki boczne po obu stronach łóżka – w tym:</p> <p>- 15 łózek wyposażonych w barierki zabezpieczające leże w min. ¾ długości, lakierowane proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, wyposażona w mechanizm zatraskowy z możliwością demontażu bez użycia narzędzi.</p> <p>- 15 łózek wyposażonych w barierki zabezpieczające leże na całej długości. Wykonane z min. 3 profili aluminiowych, składane wzdłuż ramy leża za pomocą przycisku, mechanizm zwalniający barierkę zabezpieczony przed niepożądanym użyciem. Możliwość demontażu bez użycia narzędzi, stabilnie mocowane do szczytów łóżka.</p>	TAK	
20.	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów, min. 5 kolorów	TAK PODAĆ	
21.	Wyposażenie do każdego łóżka -uchwyt uniwersalny – 1 szt.	TAK	
<b>WYPOSAŻENIE ŁÓŻEK</b>			
22.	<b>Materac piankowy – 30 szt.</b>	TAK	<p>Nazwa oferowanego materaca:</p> <p>Producent:</p> <p>Model/Typ:</p> <p>Rok produkcji: 2017</p>
23.	Materac piankowy o grubości 15 cm (± 1 cm) w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, o wymiarach dostosowanych do oferowanego łóżka. Posiadający nacięcie zapobiegające wybrzuszeniu się materaca podczas zmiany położenia.	TAK Podać	
24.	<b>Szafka przyłóżkowa – 30 szt.</b>	TAK	<p>Nazwa oferowanej szafki:</p> <p>Producent:</p> <p>Model/Typ:</p> <p>Rok produkcji: 2017</p>
25.	Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV.	TAK	
26.	Blat wykonany z tworzywa HPL odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. O grubości płyty min. 6 mm. Jeden z boków szafki wyposażony w reling z wieszakiem na ręczniki min.2. Wieszaki z możliwością ich przesuwania na całej długości relingu.	TAK	
27.	Boczne krawędzie blatu szafki wyposażone w reling zabezpieczający przedmioty przed upadkiem.	TAK	
28.	Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem	TAK	
29.	Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanym wkładem z tworzywa odpornego na mycie i dezynfekcję	TAK	
30.	Drzwi szafki oraz fronty szuflad pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV.	TAK	

**ZP-17-088BN**

31.	Drzwi oraz szuflady szafki otwierane dwustronnie umożliwiające ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka	TAK	
32.	Wnętrze dolnej części szafki podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą metalową półkę, lakierowaną proszkowo.	TAK	
33.	Drzwi wyposażone w mechanizm samo domykający – np. magnes	TAK	
34.	Drzwi posiadające wewnętrzną blokadę z obydwu stron, umożliwiające zablokowanie ich w zależności od ustawienia szafki	TAK	
35.	Wymiary zewnętrzne: - szerokość szafki - 500 mm ( $\pm$ 20mm) - głębokość - 400 mm ( $\pm$ 20mm) - wysokość - 850 mm ( $\pm$ 20mm)	TAK PODAĆ	
36.	Cały bok szafki wyposażony we wnękę z tworzywa ABS przedzieloną półką. Część górna boku, wnęka z metalowym lakierowanym relingiem, część dolna z metalowym lakierowanym relingiem i wkładem na butelki.	TAK	
37.	Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem	TAK	
38.	Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji	TAK	
39.	Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad i drzwiczek – min. 5 kolorów – o wybranym, kolorze Zamawiający poinformuje po zawarciu umowy	TAK PODAĆ	
<b>POZOSTAŁE WYMAGANIA</b>			
40.	Łóżko i szafka oznaczone znakiem CE.	TAK	
41.	Łóżka i szafki przyłóżkowe muszą posiadać wpis do rejestru wyrobów medycznych	TAK	

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTWIENIE PARAMETRÓW - PAKIET Nr 3

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
<b>Łóżka - 9 szt. - wymagania techniczne</b>			
1.	<b>łóżko medyczne sterowane elektrycznie – 9 szt.</b>	TAK PODAĆ	Nazwa oferowanego urządzenia:  Producent:  Typ:  Rok produkcji: 2017
2.	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości.	TAK	
3.	Podstawa łóżka podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża	TAK PODAĆ	
4.	Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca min. 160 mm umożliwiającą łatwy przejazd przez progi	TAK PODAĆ	
5.	Wymiary zewnętrzne łóżka: – Długość całkowita: 2150 mm, ( $\pm 30$ mm) – Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie więcej niż 1000 mm (wymiar leża 900x2000, $\pm 30$ mm)	TAK PODAĆ	
6.	Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome	TAK PODAĆ	
7.	Zasilanie elektryczne 220/230 V	TAK	
8.	Elektryczne regulacje w zakresie: - segment oparcia pleców 0-75° ( $\pm 5^\circ$ ) - segment uda 0-45° ( $\pm 5^\circ$ ), - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-20° ( $\pm 2^\circ$ ), - kąt przechyłu anty-Trendlelenburga 0-20° ( $\pm 2^\circ$ ), Regulacja kąta segmentu podudzia ręczna przy pomocy mechanizmu zapadkowego.	TAK PODAĆ	
9.	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 360 do 840 mm ( $\pm 30$ mm)	TAK PODAĆ	
10.	łóżko sterowane przewodowym pilotem z podświetlanymi klawiszami umożliwiającymi łatwe sterowanie łóżkiem w nocy z możliwością zawieszenia na ramie łóżka	TAK	
11.	łóżko wyposażone w panel sterujący z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w min. następujące funkcje: - regulacji segmentu oparcia pleców, uda, - wysokości leża, - pozycji wzdłużnych, CPR, - pozycji kardiologicznej - umożliwiającą dowolne zaprogramowanie pozycji.  Panel wyposażony w optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci.	TAK	

**ZP-17-088BN**

12.	Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców	TAK	
13.	Leże wypełnione płytami z tworzywa typu ABS odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odemowane bez użycia narzędzi.	TAK	
14.	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego	TAK	
15.	Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 200 mm	TAK PODAĆ	
16.	Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości 10 mm ( $\pm 2$ mm), odemowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy z możliwością wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna.	TAK PODAĆ	
17.	Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całość długości łóżka, także w przypadku wydłużenia leża.	TAK	
18.	Wysuwana półka na pościel, nie wystająca poza obrys łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 15 kg	TAK	
19.	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, od strony głowy krążki dwuosiowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia	TAK	
20.	Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy dwóch segmentach leża (wzgięcie, podudzie) minimalizujące powstawanie urazów kończyn, dostosowujące się do szerokości materaca.	TAK	
21.	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. Dźwignia hamulca umieszczona od strony nóg po obu stronach łóżka.	TAK PODAĆ	
22.	Bezpieczne obciążenie min. 250 kg	TAK PODAĆ	
23.	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów – min. 5 kolorów	TAK	
24.	Łóżko przystosowane do zamontowania <ul style="list-style-type: none"> <li>– uchwytów uniwersalnych (minimum 2 punkty z każdej strony łóżka)</li> <li>– wysięgnika z uchwytem do ręki</li> </ul>	TAK	
25.	Wyposażenie do każdego łóżka -uchwyt uniwersalny – 1 szt. -wysięgnik z uchwytem do ręki – 1 szt.	TAK	
<b>WYPOSAŻENIE ŁÓŻEK</b>			
26.	<b>Materac piankowy – 9 szt.</b>	TAK	Nazwa oferowanego materaca:  Producent:  Model/Typ:  Rok produkcji: 2017
27.	Materac piankowy o grubości 15 cm ( $\pm 1$ cm) w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, o wymiarach dostosowanych do oferowanego łóżka. Posiadający nacięcie zapobiegające wybrzuszeniu się materaca podczas zmiany położenia.	TAK Podać	
28.	<b>Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 9 szt.</b>	TAK	Nazwa oferowanej szafki:  Producent: Model/Typ: Rok produkcji: 2017

**ZP-17-088BN**

29.	Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV.	TAK	
30.	Błat główny oraz blat półki bocznej wykonane z tworzywa HPL odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. O grubości płyty min. 6 mm. Jeden z boków szafki wyposażony w reling z wieszakiem na ręczniki min.2. Uchwyty z możliwością ich przesuwania na całej długości relingu.	TAK	
31.	Boczne krawędzie blatu szafki wyposażone w reling zabezpieczający przedmioty przed upadkiem.	TAK	
32.	Błat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 750 – 1050 mm (±20 mm)	TAK PODAĆ	
33.	Błat boczny z możliwością regulacji kąta o 30° lub 60°	TAK	
34.	Błat boczny po złożeniu nie wystaje poza wymiary szafki.	TAK	
35.	Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem	TAK	
36.	Wnętrze szuflady wypełnione wymowanym wkładem z tworzywa odpornego na mycie i dezynfekcję	TAK	
37.	Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV.	TAK	
38.	Drzwi oraz szuflada szafki otwierane dwustronnie umożliwiające ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka	TAK	
39.	Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą metalową półkę, lakierowaną proszkowo.	TAK	
40.	Drzwi wyposażone w mechanizm samo domykający np. magnes	TAK	
41.	Drzwi posiadające wewnętrzną blokadę z obydwu stron, umożliwiającą zablokowanie ich w zależności od ustawienia szafki	TAK	
42.	Wymiary zewnętrzne: - szerokość szafki - 500 mm (± 20mm) - głębokość - 400 mm (± 20mm) - wysokość - 850 mm (± 20mm) - wymiar blatu bocznego – 600 x 350 (± 20 mm)	TAK PODAĆ	
43.	Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem	TAK	
44.	Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji	TAK	
45.	Możliwość wyboru koloru frontów szuflad i ramy szafki – min. 5 kolorów	TAK PODAĆ	
<b>POZOSTAŁE WYMAGANIA</b>			
46.	Łóżko i szafka oznaczone znakiem CE.	TAK	
47.	Łóżka i szafki przyłóżkowe muszą posiadać wpis do rejestru wyrobów medycznych	TAK	

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

Miejscowość ..... dnia .....

.....  
Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA  
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO  
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  
W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy .....
Siedziba/adres .....
REGON ..... NIP .....
Tel. .... Fax .....
Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym .....
Tel. .... e-mail .....
Osoba upoważniona do podpisania umowy .....

*Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej*

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę łóżek medycznych z wyposażeniem (ZP-17-088BN) oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

PAKIET Nr 1 łóżka medyczne z wyposażeniem – 25 kpl.*	
Cena ofertowa z podatkiem VAT .....zł	w tym VAT .....%
słownie: .....zł	
PAKIET Nr 2 łóżka medyczne z wyposażeniem – 30 kpl.*	
Cena ofertowa z podatkiem VAT .....zł	w tym VAT .....%
słownie: .....zł	
w tym:	
PAKIET Nr 3 łóżka medyczne z wyposażeniem - 9 kpl.*	
Cena ofertowa z podatkiem VAT .....zł	w tym VAT .....%
słownie: .....zł	

\*Należy wypełnić właściwe, w zależności od tego, w którym zakresie składana jest oferta.

- 1) Udzielamy gwarancji na oferowane artykuły wynoszącej ..... miesięcy.  
Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji na oferowane artykuły.  
UWAGA: okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z postanowieniami rozdziału XIII SIWZ.
- 2) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
- 3) Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.



**ZP-17-088BN**

- 4) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
- 5) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 6) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od \_\_\_\_ do \_\_\_\_ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 7) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 8) Wykonawca oświadcza, iż zapewnia serwis autoryzowany przez producenta artykułów na terenie Polski.
- 9) Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanych artykułów wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji oraz po jego upływie: \_\_\_\_\_
- 10) Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy samodzielnie<sup>1</sup>.
- 11) Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy w następującym zakresie przy udziale podwykonawcy/ów: \_\_\_\_\_  
(podać nazwę i adres) \_\_\_\_\_<sup>2</sup>.
- 12) Ofertę niniejszą składam na \_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.
- 13) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ).

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

<sup>1</sup> W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, należy skreślić pkt 6 i wypełnić pkt 7.

<sup>2</sup> Należy wypełnić w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców. W przypadku braku wypełnienia pkt 7 Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie.

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

.....

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

.....

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

### Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

#### DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA  
ŁÓŻEK MEDYCZNYCH Z WYPOSAŻENIEM prowadzonego przez SPSKM w Katowicach,  
oświadczam, co następuje:

#### INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  
w SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez SPSKM  
w Katowicach

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

**ZP-17-088BN**

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

Zamawiający:  
SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

### Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

### DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA ŁÓŻEK MEDYCZNYCH Z WYPOSAŻENIEM (ZP-17-088BN), prowadzonego przez SPSK w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczam/y, że

1. nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych\*,
2. należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych\*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

\* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź, wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zamawiający:  
SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Miłęckiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

.....  
.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....  
.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

### Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO (ZP-17-088BN), prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

#### OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług<sup>1</sup>
2. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług<sup>2</sup>
3. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył .....

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

UMOWA - PROJEKT  
w zakresie pakietu nr: .....<sup>3</sup>

zawarta w dniu ..... w Katowicach pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
z siedzibą: 40-027 Katowice ul. Francuska 20 – 24  
NIP: 954 22 70 611  
który reprezentuje:  
Dyrektor – dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela  
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

..... z siedzibą: .....  
NIP: ..... REGON: .....  
którego reprezentuje:  
.....  
zwanym w treści umowy „ Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa łóżek medycznych z wyposażeniem określonych ilościowo i asortymentowo w załączniku nr 1 do umowy, zwanych dalej przedmiotem umowy, model: ....., rok produkcji: 2017, w ilości: ..... kompletów<sup>4</sup>. Na jeden komplet składają się: łóżko, materac piankowy, szafka przyłóżkowa.
2. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia opracowaną dla postępowania poprzedzającego zawarcie przedmiotowej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, bez żadnych wad, kompletny, zdatny i dopuszczony do umówionego użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy posiada certyfikat CE.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz.679 ze zmianami) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi a także posiada zgłoszenie lub powiadomienie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych potwierdzającego, że oferowane artykuły sklasyfikowane są jako wyroby medyczne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

§ 2

Warunki dostawy

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność w nieprzekraczalnym terminie do 6 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza realizowanie dostaw partiami, przy

<sup>3</sup> Umowa może zostać zawarta w pakiecie nr 1, 2 i/lub 3.

<sup>4</sup> Zgodnie z ofertą wykonawcy, w zależności od tego w ramach którego pakietu umowa jest zawarta.

## ZP-17-088BN

czym ostatnia z partii musi zostać dostarczona do Zamawiającego przed upływem terminu realizacji zamówienia.

2. Miejsce dostarczenia przedmiotu umowy:  
Siedziba Zamawiającego, ul. Francuska 20-24, Katowice
  - 1) Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku (dotyczy pakietu nr 1)
  - 2) Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej (dotyczy pakietu nr 2 oraz 3).
3. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej na 2 dni robocze przed planowaną dostawą. Osobą, z którą wykonawca zobowiązany jest uzgodnić datę dostawy jest Kierownik Działu Zaopatrzenia – tel. 32/259-16-67.
4. Dostarczony do Zamawiającego przedmiot umowy będzie gotowy do użytku bez potrzeby wykonywania dodatkowych czynności, w tym w szczególności montażu poszczególnych elementów.
5. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania przedmiotu umowy oraz do bezpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi.
6. Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego przypadkowemu uszkodzeniu w czasie transportu i oznakowany w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości przedmiotu dostawy.
7. Informacje i dokumenty, o których mowa w art. 546 K.C., w szczególności karty gwarancyjne i instrukcje obsługi, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy. Instrukcja obsługi winna być sporządzona w języku polskim.
8. Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiającego w jego siedzibie, po powiadomieniu Zamawiającego o dacie odbioru w sposób określony w pkt 3 niniejszego paragrafu. Podpisany protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury.
9. Wykonawca zobowiązuje się - pod rygorem zapłaty kar umownych, o których mowa w §4 pkt 1:
  - 1) zrealizować przedmiot umowy w terminie określonym w §2 pkt 1 niniejszej umowy,
  - 2) wymienić wadliwy artykuł na artykuł nowy, wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt.
  - 3) dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy.
  - 4) Wykonawca ponosi koszty transportu przedmiotu umowy w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

### § 3

#### Warunki płatności

1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 wynosi netto ..... zł powiększona o należny podatek VAT 8%, co daje kwotę: .....zł brutto ( słownie.....), w tym:  
w zakresie pakietu nr .....<sup>5</sup>: netto ..... zł plus należny podatek VAT ....., tj. ....zł brutto ( słownie.....).
2. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do 60 dni od daty dostawy zamówionej partii przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury.
3. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

---

<sup>5</sup> Zgodnie z ofertą wykonawcy

§ 4

Kary umowne i odsetki

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad w terminach określonych odpowiednio w § 2 pkt 1 i § 2 pkt 9 ppkt 2 niniejszej umowy lub niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w §6 umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości brutto zakresu przedmiotu umowy, którego dotyczy opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto zakresu, którego dotyczy odstąpienie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
4. W przypadku zwłoki w terminie płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych w sposób, o którym mowa w pkt 5, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową z terminem płatności 30 dni.

§ 5

Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną w § 4 pkt 2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności: niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 2 pkt 1 niniejszej umowy bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania obowiązków określonych w § 2 ust. 8 pkt 2 lub w § 6.

§ 6

Gwarancja, realizacja uprawnień gwarancyjnych

1. Wykonawca udziela ..... miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego - zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, iż zapewnia serwis autoryzowany przez producenta artykułów na terenie Polski.
4. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: ..... (nazwa i adres serwisu).
5. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnie naprawy, przeglądy, konserwacje lub wymiany przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia urządzenia lub jego części, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku.
6. Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanych artykułów wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji oraz po jego upływie: .....
7. Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie maksymalnie 72 godziny. Zgłoszenia dokonywane będą w formie elektronicznej na następujący adres e-mail serwisu: .....



## **ZP-17-088BN**

8. Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
9. W przypadku, jeżeli zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
10. W przypadku, gdy wymagany czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż przewidziany w pkt 8, gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy.
11. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych artykułu przekroczy 3 naprawy uszkodzeń uniemożliwiające wykorzystanie artykułu w pełnym zakresie Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany artykułu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).
12. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady oraz dostawy rzeczy wolnej od wad.
13. Wykonawca deklaruje zapewnienie serwisu pogwarancyjnego.

### § 7

#### Postanowienia końcowe

1. Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
4. Zamawiający zobowiązany jest do ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.
5. W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego.
8. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA