

Katowice, 16.10.2017 r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest DOSTAWA DIATERMII Z PRZYSTAWKĄ ARGONOWĄ (numer postępowania: ZP-17-109BN).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z otrzymanym pytaniem do postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Treść pytania:

Dotyczy wyposażenie diatermii pkt 42.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sondę argonową o dł. 2,2 m? Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zaoferowanie sondy argonowej o długości 2,2 m.

W związku z powyższą odpowiedzią, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pozycja 42 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

Jednorazowa Sonda argonowa FiAPC 2200 C wypływ okrężny 360*, \varnothing 2,3 mm, długość min. 2,2 m z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu i zintegrowanym filtrem. Sonda kompletna nie wymaga dodatkowego kabla przyłączeniowego – 10 szt.

Ponadto treść pozycji nr 6 opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

Moc koagulacji bipolarnej min. 120W dla każdego dostępnego trybu pracy, regulacja z dokładnością +/- 1 w całym dostępnym zakresie.

W załączeniu do niniejszej informacji, Zamawiający przekazuje opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) z uwzględnionymi zmianami.

Powyższe zmiany są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach przedmiotowego postępowania.

*z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*