

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest DOSTAWA ZUŻYWALNEGO ASORTYMENTU LABORATORYJNEGO (numer postępowania: ZP-17-115UN).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z otrzymanymi pytaniami do postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania w zakresie pakietu nr 3:

Pytanie nr 1:

Ad. Pozycja 3. Czy ze względu na to, iż nie ma dostępnych końcówek o długości 71 mm (długość ta dotyczy końcówek o pojemności 1000 µl), dla pojemności 5 ml, dopuszczają Państwo końcówki 5 ml o dł. 120 mm, pakowane w worki umożliwiające powtórne zamknięcie po 500 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zaoferowanie końcówek 5 ml o długości 120 mm, pakowane w worki umożliwiające powtórne zamknięcie, pakowane po 500 sztuk.

Pytanie nr 2:

Ad. Pozycja nr 9. Czy dopuszczają Państwo korki wykonane z polietylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zaoferowanie korków wykonanych z polietylenu.

Pytania w zakresie pakietu nr 4:

Pytanie nr 3:

Ad. Pozycja nr 8. Czy dopuszczają Państwo butelki do hodowli o poj. 50 ml, sterylne z filtrem w zakrętce 0,22 mikrona zamiast 0,2 mikrona?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zaoferowanie butelki do hodowli o poj. 50 ml, sterylne z filtrem w zakrętce 0,2 - 0,22 mikrona.

Pytanie nr 4:

Ad. Pozycja nr 12. Czy dopuszczają Państwo probówki do osocza typu Vacutainer, z nakrętką; poj. 6 ml, z heparyną sodową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania próbki wskazanej w niniejszym pytaniu i wymaga zaferowania asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 5:

Pytanie pakiet nr 1 poz. 4-6,9.

Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający ? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile – R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga zaferowania asortymentu sterylnego radiacyjnie (sterile – R) i nie dopuszcza asortymentu aseptycznego lub sterylizowanego gazowo.

Pytanie nr 6:

Pytanie pakiet nr 1 poz. 4-6.

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga aby oferowany asortyment należał do Medycznej Klasy IIa i nie dopuszcza niższej klasy I.

Powyższe odpowiedzi są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach przedmiotowego postępowania.

*z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*