

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 135.000 euro

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.

Nazwa nadana zamówieniu:

„OKRESOWE PRZEGLĄDY I KONSERWACJA SPRZĘTU ORAZ APARATURY MEDYCZNEJ
DO DIAGNOSTYKI RTG”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP-17-104BN

Nazwa i adres zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32/259-16-68, fax. 32/259-16-71
Internet: www.spskm.katowice.pl
e-mail: duo@spskm.katowice.pl

Kody klasyfikacji CPV: 50421000-2 Usługi w zakresie konserwacji i napraw sprzętu medycznego
50421200-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu
rentgenowskiego

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam

27.10.2017 r.

*z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*

I) POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
2. Rodzaj zamówienia: usługa.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie wyszczególnionych poniżej części (pakietów):

Pakiet nr 1: Przegląd i konserwacja sprzętu marki Toshiba Medical system,

Pakiet nr 2: Przegląd i konserwacja sprzętu marki Philips,

Pakiet nr 3: Przegląd i konserwacja sprzętu marki Dynarad Corporation,

Pakiet nr 4: Przegląd i konserwacja sprzętu marki Radiologia S.A.,

Pakiet nr 5: Przegląd i konserwacja sprzętu marki Ziehm Vision,

Pakiet nr 6: Przegląd i konserwacja sprzętu General Electric,

Pakiet nr 7: Przegląd i konserwacja sprzętu marki Durr Dental,

Pakiet nr 8: Przegląd i konserwacja sprzętu marki Fujifilm,

Pakiet nr 9: Przegląd i konserwacja sprzętu marki Simens,

Pakiet nr 10: Przegląd i konserwacja sprzętu marki Intermedical,

Pakiet nr 11: Przegląd i konserwacja sprzętu marki Planmeca,

Pakiet nr 12: Przegląd i konserwacja sprzętu marki Medrad.

4. Każdemu z wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na dowolną ilość wybranych przez siebie części w ramach niniejszego postępowania.

Jeżeli w niniejszej specyfikacji Zamawiający nie wskazał, której części zamówienia dotyczy zapis, należy go stosować do każdej z części w ramach przedmiotowego postępowania.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

II) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej do diagnostyki RTG, znajdujących się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zwanych dalej sprzętem.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne czynności wymagane w celu dopuszczenia w/w sprzętu medycznego do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności: sprawdzenie poprawności działania sprzętu, wykonanie prac konserwacyjnych, określonych przez producenta, wymiana części zużywalnych, przeprowadzenie koniecznych kalibracji, regulacji i pomiarów kontrolnych (w tym bezpieczeństwa elektrycznego), sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia, wykonanie walidacji (legalizacji, kalibracji), jeśli jest wymagana przez producenta sprzętu.
3. Czynności wskazane w pkt 2 winny być realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.), w tym w szczególności z art. 90 i nast.
4. Wykonawca winien być ujęty w wykazie podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela sprzętu do wykonywania tych czynności oraz dysponować określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi; posiadać określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe sprzętu sporządzone w sposób zrozumiały dla zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności, o których mowa powyżej; zatrudniać osoby posiadające określone przez wytwórcę urządzeń kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby osoby wykonujące czynności serwisanta zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn zm)
6. Opis przedmiotu zamówienia dla każdego pakietu osobno określa załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
7. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
8. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie na podstawie harmonogramu udostępnionego przez zamawiającego (załącznik nr 1A), przy czym szczegółowe terminy przeglądu i konserwacji będą ustalane każdorazowo z przedstawicielem zamawiającego.
9. Zamawiający, w celu ułatwienia przygotowania oferty przetargowej, umożliwi dokonanie wizji lokalnej polegającej na przeglądzie weryfikacyjnym sprzętu objętego niniejszym postępowaniem. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej na wniosek zainteresowanego wykonawcy w dni robocze, w godzinach od 8:00 – 13:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Kierownikiem Działu Technicznego Ireną Pasternak - tel. 32/259 146 88.

III) KLASYFIKACJA PODMIOTOWA. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2. Warunki udziału w postępowaniu.
 - 1) Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która posiada uprawnienia do serwisowania i naprawy, autoryzowane przez producenta sprzętu lub została upoważniona do wykonywania czynności serwisowych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela serwisowanego sprzętu i spełnia wymagania określone w art. 90 ust. 5 pkt 3) ustawy o wyrobach medycznych.

Wymieniony skład osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań wykonawcy.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku w oparciu o:

 - a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV pkt 2 ppkt 1 SIWZ oraz
 - b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o którym mowa w rozdz. IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ.
3. Podstawy wykluczenia z postępowania.
 - 1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia).
 - 2) Zamawiający wykluczy także z przedmiotowego postępowania wykonawcę (fakultatywne podstawy wykluczenia):

- a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
 - b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
- 3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16– 20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu (instytucja samooczyszczenia).

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- 1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków wymienionych w pkt 2 ppkt 1 SIWZ powinno zostać wykazane łącznie.
- 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 4) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
- 5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt 3 powinno zostać wykazane przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego.

Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zasobach (zdolnościach

technicznych lub zawodowych) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ).
 - 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 SIWZ oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 lub ust. 5 ustawy Pzp.
 - 3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajądą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w wyznaczonym terminie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub innymi podmiotami, lub aby zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże odpowiednie zdolności, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 SIWZ.
 - 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Zamawiający, na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w przedmiotowym postępowaniu dokona oceny czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt 2 ppkt 1 oraz czy brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w pkt 3 zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.
7. Szczegółowy opis dokumentów i oświadczeń wymaganych w postępowaniu znajduje się w rozdziale IV SIWZ.

IV) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU

1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
 - 1) oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
 - 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
 - 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,

o których mowa w ppkt 3), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ppkt 3) stosuje się odpowiednio.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

- 1) oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,
- 2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Wykaz należy załączyć dla każdej części osobno, w zależności od tego, na jaką składana jest oferta.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda następującego dokumentu:

- 1) Zaświadczenie wystawione przez producenta urządzeń, że Wykonawca jest przez niego uprawniony do dokonywania konserwacji, obsługi serwisowej urządzeń jego produkcji.

4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

- 1) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
- 2) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

6. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

- 1) Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.

- 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 4 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
- 2) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
- 3) Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
- 4) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale.
- 5) Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 5, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem pkt 7.
- 6) Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 7) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, z zastrzeżeniem pkt 7.
- 8) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
- 9) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 10) W przypadku, o którym mowa w ppkt 3), zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
- 11) Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 12) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

- 13) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
- 14) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Powyższa procedura dotyczy również brakujących lub wadliwych pełnomocnictw. W zakresie formy uzupełnianych dokumentów, postanowienia dotyczące formy dokumentów stosuje się odpowiednio.

V) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą specyfikacją, tj. wypełniony formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ z podaniem ceny oferty brutto za przedmiot zamówienia, oraz stawki i kwoty podatku VAT a także terminu i warunków realizacji zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
6. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.
7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w ramach każdej z części przedmiotowego postępowania.
8. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

11. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
12. Zaleca się, aby wykonawca zbroszował ofertę oraz ponumerował jej strony.
13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
14. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

<p>Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na: „OKRESOWE PRZEGLĄDY I KONSERWACJA SPRZĘTU OPRAZ APARATURY MEDYCZNEJ DO DIAGNOSTYKI RTG” Oznaczenie sprawy: ZP-17-104BN Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert</p>
--

15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 - 1) W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

<p>Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na: „OKRESOWE PRZEGLĄDY I KONSERWACJA SPRZĘTU OPRAZ APARATURY MEDYCZNEJ DO DIAGNOSTYKI RTG” Oznaczenie sprawy: ZP-17-104BN</p>
--

- 2) Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. W przypadku kilku zmian, należy każdorazowo podać numer zmiany.
- 3) W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

<p>Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na: „OKRESOWE PRZEGLĄDY I KONSERWACJA SPRZĘTU OPRAZ APARATURY MEDYCZNEJ DO DIAGNOSTYKI RTG” Oznaczenie sprawy: ZP-17-104BN Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.</p>

- 4) Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
- 5) Zarówno czynności zmiany oferty jak i jej wycofania może dokonać wyłącznie osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wraz z oświadczeniem o wycofaniu lub o zmianie oferty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowny dokument rejestrowy, z którego wynikać będzie upoważnienie osoby składającej oświadczenie o wycofaniu lub o zmianie oferty do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli oświadczenie składa pełnomocnik, wymagane będzie również złożenie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.

16. Tajemnica przedsiębiorstwa.

- 1) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 2) Jeżeli wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa należy je złożyć w oddzielnym zszytym pakiecie, z zaznaczeniem ich lokalizacji w spisie załączników do oferty. Na każdym dokumencie stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa musi widnieć napis „informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument niejawny, nie może być udostępniony innym uczestnikom postępowania
- 3) Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

VI) INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
 - Julia Kaźmierczak
 - e-mail: duo@spskm.katowice.pl;
 - numer faxu: 32/ 259-16-71.
4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

VII) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

VIII) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

IX) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce i termin składania ofert:
 - 1) miejsce składania ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2,
 - 2) termin składania ofert: do dnia 08.11.2017 r, do godz. 12:00.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 - 1) miejsce otwarcia ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2,
 - 2) termin otwarcia ofert: w dniu 08.11.2017 r. o godz. 12:30.
3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia.
4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności Azawartych w ofertach.
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwraca ofertę.
7. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w SIWZ lub opisane inaczej niż określił zamawiający w SIWZ.

X) OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cena podana w ofercie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności: koszt usługi (wraz z wynagrodzeniem osób zaangażowanych), koszt wykorzystania materiałów, urządzeń, itp., koszt transportu a także koszty ogólne, wszelkie podatki i opłaty i elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia oraz zysk Wykonawcy.
2. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Stosowne oświadczenie stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

XI) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje następujące kryteria oceny ofert:

CENA - 60%

DOŚWIADCZENIE - 40%

W kryterium CENA punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

$PC = (C_{\min} / C_{bo}) \times 100 \times 60\%$ gdzie:

C_{\min} - cena najniższa spośród ocenianych ofert częściowych

C_{bo} - cena badanej oferty częściowej

100 - stały współczynnik

Pc - liczba punktów za cenę

Maksymalna liczba punktów w niniejszym kryterium (PC): 60 pkt. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną.

W kryterium DOŚWIADCZENIE punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

$PD = (D_{bo} / D_{\max}) \times 100 \times 40\%$ gdzie:

D_{\max} - najdłuższe doświadczenie spośród ocenianych ofert częściowych

D_{bo} - cena badanej oferty częściowej

100 - stały współczynnik

PD - liczba punktów za doświadczenie

Maksymalna liczba punktów w niniejszym kryterium (PG): 40 pkt.

Zamawiający w niniejszym kryterium oceny ofert przyzna punkty za łączne doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia w wykonywaniu usług przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia w zakresie danej części. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której zostanie wskazane najdłuższe doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Zamawiający zsumuje okres realizacji umów przez osoby wskazane w wykazie osób (załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ). Punkty w kryterium doświadczenie przyznawane są za pełne lata.

$P = PC + PD$

2. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów we wskazanych wyżej kryteriach - 100.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert; jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty

o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

XII) INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze umowę w zakresie każdego z pakietów z wybranym wykonawcą – nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty faksem lub mailem – na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – załącznik nr 9 do SIWZ.
2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców – w przypadku jeżeli taka umowa nie jest dołączona do oferty.
3. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:
 - 1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,
 - 2) cel zawarcia umowy,
 - 3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
 - 4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec zamawiającego za wykonanie umowy,
 - 5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku nie dopełnienia przez wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 3, będzie to uznane przez zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zawarcia umowy.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy.
6. Miejsce podpisania umowy to siedziba zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania umowy nie może podpisać umowy w siedzibie zamawiającego, to należy zwrócić się do zamawiającego z prośbą o przesłanie umowy na adres wykonawcy.

XIII) WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

XIV) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego;
 - 4) opisu przedmiotu zamówienia;
 - 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. W sprawach nie uregulowanych w rozdz. XVI w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.

Nижe wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:

- 1) Załączniki nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia,
- 2) Załącznik nr 1A do SIWZ - harmonogram realizacji umowy,
- 3) Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty,
- 4) Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału,
- 5) Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 25a ust. 1 Pzp,
- 6) Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 7) Załącznik nr 6 do SIWZ - zobowiązanie innych podmiotów,

ZP-17-104BN

- 8) Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz robót budowlanych,
- 9) Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp
- 10) Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1:

poz. 1 (angiograf INFINIX VC-1) i poz. 3 (aparat RTG MAX-1000A)

Przegląd i konserwacja zgodnie z wymogami producenta w tym:

1. Gruntowne oczyszczenie filtrów i układów elektroniki (szafy sterujące, konsole, stół, generator, ramię C)
2. Sprawdzenie wentylatorów.
3. Przegląd funkcji mechanicznych systemu.
4. Pomiary kV i mA generator RTG.
5. Kontrola dawki.
6. Sprawdzenie i regulacja toru wizyjnego (pomiar video, testy rozdzielczości etc.)
7. Sprawdzenie układu automatyki DSA.
8. Sprawdzenie działania oprogramowania.
9. Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego
10. Archiwowanie systemu.
11. Pozostałe prace według instrukcji sprawdzeń i przeglądów producenta.
12. Wstawienie Świadectwa sprawności sprzętu potwierdzającego stan techniczny aparatu.

poz. 2 (tomograf komputerowy AQUILION 64 TSX-101A/EC)

1. Przegląd i konserwacja zgodnie z wymogami producenta w tym:
2. Demontaż obudów i gruntowne oczyszczenie układów elektroniki (konsola, gantry, stół, generator, zasilacze i płyty systemu, klawiatura, monitor).
3. Kontrola i czyszczenie filtrów.
4. Kontrola parametrów generatora (co 12 miesięcy: kV, mA, If, czas ekspozycji) i ewentualna regulacja.
5. Sprawdzenie parametrów elektrycznych zasilaczy z ewentualną konieczną korektą.
6. Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego
7. Kontrola parametrów przy pomocy fantomów.
8. Kalibracja systemu w razie konieczności.
9. Pozostałe prace według instrukcji sprawdzeń i przeglądów producenta.
10. Wstawienie Świadectwa sprawności sprzętu potwierdzającego stan techniczny aparatu.

poz. 4 (rezonans magnetyczny MRT-1503/W3)

Przegląd i konserwacja zgodnie z wymogami producenta w tym:

1. Demontaż obudów i gruntowne oczyszczenie układów elektroniki (konsola, gantry, stół, zasilacze i płyty systemu, klawiatura, monitor).

2. Sprawdzenie systemu chłodzenia magnezu, ciśnienia i poziomu ciekłego helu.
3. Sprawdzenie systemów bezpieczeństwa pracy: czujnika poziomu tlenu i wyłączników awaryjnych.
4. Kontrola parametrów cewek diagnostycznych.
5. Sprawdzenie parametrów elektrycznych zasilaczy z ewentualną konieczną korektą.
6. Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego.
7. Kontrola parametrów aparatu mających wpływ na jakość obrazu przy pomocy fantomów.
8. Kalibracja systemu w razie konieczności.
9. Pozostałe prace według instrukcji sprawdzeń i przeglądów producenta.
10. Wstawienie Świadectwa sprawności sprzętu potwierdzającego stan techniczny aparatu.

Pakiet nr 2:

poz. 1 (aparat RTG BUCKY DIAGNOST TH/VT) i poz. 2 (aparat do zdjęć celowanych EASY DIAGNOST/DSI)

Przegląd i konserwacja zgodnie z wymogami producenta w tym:

1. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego
2. Kontrola występowania usterek zewnętrznych
3. Kontrola zużycia części ruchomych
4. Oczyszczanie i smarowanie ruchomych części mechanicznych
5. Czyszczenie wnętrza aparatu
6. Sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja
7. Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego.
8. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy
9. Sprawdzenie jakości obrazu jak również wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzenia ew. regulacja w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu urządzenia
10. Wstawienie Świadectwa sprawności sprzętu potwierdzającego stan techniczny aparatu.

Pakiet nr 3:

poz. 1 (aparat RTG jezdny DYNARAD HF-110) oraz

Pakiet nr 4:

poz. 1 (aparat RTG przenośny TX-PLUS-4)

Przegląd i konserwacja zgodnie z wymogami producenta w tym:

1. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego
2. Kontrola występowania usterek zewnętrznych
3. Kontrola układów mechanicznych i elektronicznych
4. Kontrola zużycia części ruchomych
5. Oczyszczanie i smarowanie ruchomych części mechanicznych
6. Konserwacja układów napędowych
7. Czyszczenie wnętrza aparatu
8. Sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja

9. Kalibracja aparatu
10. Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego.
11. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy
12. Sprawdzenie jakości obrazu jak również wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzenia ew. regulacja w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu urządzenia.
13. Wstawienie Świadectwa sprawności sprzętu potwierdzającego stan techniczny aparatu.

Pakiet nr 5:

poz. 1 (aparat rentgenowski śródoperacyjny z ramieniem C Ziehm Vision)

Przegląd i konserwacja zgodnie z wymogami producenta w tym:

1. Wystawienie Certyfikatu sprawności
2. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego
3. Kontrola występowania usterek zewnętrznych
4. Kontrola układów mechanicznych i elektronicznych
5. Sprawdzenie, pomiary i korekta fizycznych parametrów ekspozycji
6. Sprawdzenia i korekta geometrii wiązki promieniowania
7. Kontrola jakości obrazów
8. Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego.
9. Czyszczenie wnętrza aparatu
10. Oczyszczanie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła
11. Inspekcja zużycia części
12. Konserwacja układów napędowych
13. Smarowanie ruchomych części mechanicznych
14. Sprawdzenie jakości obrazu jak również wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzenia ew. regulacja w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu urządzenia
15. Kalibracja aparatu
16. Konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego
17. Sprawdzenie i ocena funkcjonalności aparatu i jego gotowości do pracy
18. Przygotowanie szczegółowego protokołu z przeglądu zawierającego wyniki pomiarów w odniesieniu do obowiązujących norm.
19. Wstawienie Świadectwa sprawności sprzętu potwierdzającego stan techniczny aparatu.

Pakiet nr 6

poz. 1 (densytometr LUNAR PRODIGY ADVANCE)

Przegląd i konserwacja zgodnie z wymogami producenta w tym:

1. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego
2. Kontrola występowania usterek zewnętrznych
3. Kontrola układów mechanicznych i elektronicznych
4. Kontrola zużycia części ruchomych

5. Oczyszczanie i smarowanie ruchomych części mechanicznych
6. Konserwacja układów napędowych
7. Czyszczenie wnętrza aparatu
8. Sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja
9. Kalibracja aparatu
10. Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego.
11. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy
12. Sprawdzenie jakości obrazu jak również wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzenia ew. regulacja w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu urządzenia
13. Testy diagnostyczne systemu:
 - Limit to limit
 - BeamWobble
 - AligmentAid
 - Picture
 - Hacksaw Test
 - Primary Calibration
 - 3x: skan fantomu QA Block, skan fantomu AISpine, 3x skan fantomu QA Block
14. Wstawienie Świadectwa sprawności sprzętu potwierdzającego stan techniczny aparatu.

Pakiet nr 7

poz. 1 (skaner RTG Vista Scan Mini)

W skład przeglądu okresowego wchodzi:

1. Wyczyszczenie szczeliny lasera
2. Wyczyszczenie pentapryzmatu oraz pierścienia RPM
3. Aktualizacja oprogramowania urządzenia (jeśli jest dostępna nowa wersja)
4. Wymiana pasa transmisyjnego
5. Wymiana sprężyn wałka docisku pasa transmisyjnego
6. Wymiana gum ustalacza
7. Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego.
8. Wstawienie Świadectwa sprawności sprzętu potwierdzającego stan techniczny aparatu.

Pakiet nr 8

poz. 1 (system obróbki cyfrowej zdjęć RTG)

Przegląd i konserwacja zgodnie z wymogami producenta w tym:

1. Czyszczenie zespołu filtrów i układów chłodzenia
2. Kontrola, regulacja oraz czyszczenie mechanizmów urządzeń
3. Kontrola i kalibracja lasera (subscanning unit)
4. Czyszczenie i kontrola zespołu lamp kasujących
5. Kontrola aplikacji sterujących, aplikacji użytkownika, inicjalizacja bazy danych
6. Wymiana materiałów eksploatacyjnych – w razie konieczności

ZP-17-104BN

7. Testy układu elektroniki sterującej
8. Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego.
9. Wstawienie Świadectwa sprawności sprzętu potwierdzającego stan techniczny aparatu.

Pakiet nr 8

poz. 3 (drukarka do zdjęć rtg drypix prima)

Przegląd i konserwacja zgodnie z wymogami producenta w tym:

1. Sprawdzenie i analiza logów błędów
2. Sprawdzenie systemu wydruku (geometria, gęstość optyczna)
3. Sprawdzenie działania blokad oraz wentylatorów
4. Czyszczenie wałka czyszczącego (wymiana zg. z umową)
5. Czyszczenie filtrów (wymiana filtra sekcji chłodzącej zg. z umową)
6. Czyszczenie wnętrza kamery
7. Sprawdzenie i czyszczenie pasków i wałków napędowych
8. Czyszczenie zespołu densytometrycznego
9. Czyszczenie zespołu wywoływania termicznego
10. Sprawdzenie działania kalibracji i kontrola systemu wydruku
11. Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego.
12. Wstawienie Świadectwa sprawności sprzętu potwierdzającego stan techniczny aparatu.

Pakiet nr 9

poz. 1 (aparat do zdjęć kostnych Vertex CX Stojak)

Przegląd i konserwacja zgodnie z wymogami producenta w tym:

1. Ocena stanu technicznego
2. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego
3. Kontrola występowania usterek zewnętrznych
4. Inspekcja zużycia części
5. Oczyszczanie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła
6. Smarowanie ruchomych części mechanicznych
7. Sprawdzenie ekranowania kabli wysokiego napięcia
8. Sprawdzenie ograniczenia IONTOMATU
9. Kondycjonowanie lampy
10. Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego.
11. Sprawdzenie mocowania statywu
12. Sprawdzenie rolek linek stalowych oraz hamulcy ramion wspierających statywy
13. Sprawdzenie funkcji wózka i szuflady kasety
14. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowość do pracy
15. Wstawienie Świadectwa sprawności sprzętu potwierdzającego stan techniczny aparatu.

Pakiet nr 10

poz 1 (aparat do zdjęć kostnych Basic)

Przegląd i konserwacja zgodnie z wymogami producenta w tym:

1. Sprawdzenie napięcia zasilania
2. Ogólne sprawdzenie działania aparatu
3. Czyszczenie aparatu
4. Kontrola zasilacza niskiego napięcia
5. Kontrola ciągłości wewnętrznego uziemienia
6. Kontrola przycisku ekspozycyjnego
7. Kontrola układu jezdnego aparatu
8. Kontrola wysokiego napięcia kV
9. Kontrola kolimacji
10. Kontrola natężenia oświetlenia pola symulacji promieniowania RTG
11. Kontrola pracy ramienia z lampą RTG
12. Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego.
13. Wstawienie Świadectwa sprawności sprzętu potwierdzającego stan techniczny aparatu.

Pakiet nr 11

poz. 1 (aparat RTG punktowy)

Przegląd i konserwacja zgodnie z wymogami producenta w tym:

1. Kontrola zamocowania aparatu
2. Kontrola ramienia nożycowego pod względem stabilności i obejrzenie dokładnie wszystkich przegub
3. Smarowanie tulei w ramieniu poziomym
4. Sprawdzenie stabilności głowicy (regulacja)
5. Sprawdzenie wskazań kątomierza
6. Oględziny głowicy pod względem ewentualnych wycieków oleju (zdjęcie osłony głowicy)
7. Sprawdzenie bezpieczników czy odpowiadają one wartościom podanym przez producenta
8. Kontrola wszystkich wtyków i kabli
9. Kontrola działania przycisków sterownicy (ewentualna wymiana membrany klawiatury)
10. Sprawdzenie kabla połączeniowego sterownica –pilot
11. Kontrola przerwania ekspozycji
12. Kontrola lampki ostrzegawczej: Uwaga Promieniowanie
13. Przeprowadzenie procedury kalibracji prądu lampy
14. Wykonanie zdjęcia fantomu rozdzielczości
15. Wykonanie ekspozycji końcowych
16. Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego.
17. Wstawienie Świadectwa sprawności sprzętu potwierdzającego stan techniczny aparatu.

poz. 2 (aparat RTG panoramiczny)

Przegląd i konserwacja zgodnie z wymogami producenta w tym:

1. Sprawdzenie śruby i lasera
2. Sprawdzenie kolumny:

ZP-17-104BN

- kontrola prostolinijności
- śruby silnika podnoszącego
- wyłącznik bezpieczeństwa
- uchwyt ścienny
- czujnik pozycji silnika podnoszącego
- śruby obudowyobudowy przedniej

3. Sprawdzenie promieniowania:

- promień panoramy
- fantom obrazu ball
- AEC
- obraz ceph

4. Smarowanie kolimatorów

5. Naciąganie paska głowicy

6. Sprawdzenie kasety:

- automatyczny wydruk
- znaczniki

7. Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego.

8. Wstawienie Świadectwa sprawności sprzętu potwierdzającego stan techniczny aparatu.

Pakiet nr 12:

poz. 1, 2, 3, 4 (strzykawki automatyczne)

Przegląd i konserwacja zgodnie z wymogami producenta w tym:

1. Ocena stanu systemu
2. Odczytanie rejestru błędów systemu
3. Czyszczenie i smarowanie elementów mechanicznych i gniazd tłoka głowicy
4. Kalibracja potencjometrów sprzężenia zwrotnego pozycji tłoka oraz układu zabezpieczającego (Mechanical Stop)
5. Sprawdzenie napięć zasilających
6. Kalibracja limitu ciśnienia
7. Kalibracja modułu pomiaru czasu inekcji
8. Wykonanie serwisowych testów kontrolno-sprawdzających
9. Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego.
10. Weryfikacja funkcjonowania mechanizmów zabezpieczających
11. Weryfikacja działania systemu zgodnie z normami producenta
12. Wstawienie Świadectwa sprawności sprzętu potwierdzającego stan techniczny aparatu.

HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY

Pakiet nr 1:

Lp.	Nazwa aparatu	Typ aparatu	Producent	Nr fabryczny	Nr inwentarzowy	Rok prod.	Ilość przeglądów w okresie umowy	Częstotliwość przeglądów	Termin wykonania I przeglądu
1	Angiograf	INFINIX VC-i	Toshiba Medical System	99A06x7024	802-696/3/06	2006	3	co 12 miesięcy	wrzesień 2018 r.
2	Tomograf komputerowy	AQUILION 64 TSX-101A/EC	Toshiba Medical System	ECA 05Y2213	802-665/06	2005	3	co 12 miesięcy	kwiecień 2018 r.
3	Aparat RTG	MAX-1000A	Toshiba Medical System	C7597011	802-459/99	1997	3	co 12 miesięcy	październik 2018 r.
4	Rezonans magnetyczny	MRT-1503/W,31,ST	Toshiba Medical System	W3A07X2008	802-749	2007	3	co 12 miesięcy	kwiecień 2018 r.

Pakiet nr 2:

Lp.	Nazwa aparatu	Typ aparatu	Producent	Nr fabryczny	Nr inwentarzowy	Rok prod.	Ilość przeglądów w okresie umowy	Częstotliwość przeglądów	Termin wykonania I przeglądu
1	Aparat RTG	BUCKY DIAGNOST TH/VT	Philips	9890010 06512/79454	802-523/01	2001	3	co 12 miesięcy	listopad 2018 r.
2	Aparat do zdjęć celowanych	EASY DIAGNOST/DSI	Philips	9848500 42401/79455	802-524/01	2001	3	co 12 miesięcy	listopad 2018 r.

Pakiet nr 3:

Lp.	Nazwa aparatu	Typ aparatu	Producent	Nr fabryczny	Nr inwentarzowy	Rok prod.	Ilość przeglądów w okresie umowy	Częstotliwość przeglądów	Termin wykonania I przeglądu
1	Aparat RTG jezdny	DYNARAD HF-110	Dynarad Corporation	3748	802-353/96	1994	3	co 12 miesięcy	maj 2018 r.

Pakiet nr 4:

Lp.	Nazwa aparatu	Typ aparatu	Producent	Nr fabryczny	Nr inwentarzowy	Rok prod.	Ilość przeglądów w okresie umowy	Częstotliwość przeglądów	Termin wykonania I przeglądu
1	Aparat RTG przenośny	TX-PLUS-4	Radiologia S.A.	PKS 12530	802-879	2010	3	co 12 miesięcy	grudzień 2018 r.

Pakiet nr 5:

Lp.	Nazwa aparatu	Typ aparatu	Producent	Nr fabryczny	Nr inwentarzowy	Rok prod.	Ilość przeglądów w okresie umowy	Częstotliwość przeglądów	Termin wykonania I przeglądu
1	Aparat rentgenowski śródoperacyjny z ramieniem C	Ziehm Vision	Ziehm Vision	90161	802-850	2009	3	co 12 miesięcy	styczeń 2018 r.

Pakiet nr 6:

Lp.	Nazwa aparatu	Typ aparatu	Producent	Nr fabryczny	Nr inwentarzowy	Rok prod.	Ilość przeglądów w okresie umowy	Częstotliwość przeglądów	Termin wykonania I przeglądu
1	Densytometr	LUNAR PRODIGY ADVANCE	General Electric	PA 301 450	802-719/07	2007	3	co 12 miesięcy	styczeń 2018 r.

Pakiet nr 7:

Lp.	Nazwa aparatu	Typ aparatu	Producent	Nr fabryczny	Nr inwentarzowy	Rok prod.	Ilość przeglądów w okresie umowy	Częstotliwość przeglądów	Termin wykonania I przeglądu
1	Skaner RTG	Vista SCAN MINI	Durr Dental	D241051025	802-995	2013	3	co 12 miesięcy	maj 2018 r.

Pakiet nr 8:

Lp.	Nazwa aparatu	Typ aparatu	Producent	Nr fabryczny	Nr inwentarzowy	Rok prod.	Ilość przeglądów w okresie umowy	Częstotliwość przeglądów	Termin wykonania I przeglądu
1	System obróbki cyfrowej zdjęć RTG	Główne elementy zestawu: Czytnik płyt obrazowych XG-1, czytnik płyt	Fujifilm		802-665	2006	3	co 12 miesięcy	listopad 2018 r., po 6 miesiącach od przeglądu poz. 2

		obrazowych Profect CS, konsola technika CR Console lite + monitor + czytnik kodów paskowych - 2 kpl., dwuformatowa kamera laserowa DRYPIX 4000 z sorterem - 2 szt., stacja konwersji obrazów + monitor - 1 kpl., zestaw komputerowy stacji lekarskiej - 3 kpl., konwerter sygnału nieDICOMowego + REMOTE PANEL model 845 Y 0057 - 2 kpl.							
2	Część systemu obróbki cyfrowej zdjęć RTG	Czytnik płyt obrazowych XG-1, czytnik płyt obrazowych Profect CS	Fujifilm		802-665	2006	3	Przeгляд dodatkowy po 6 miesiącach od przeglądu poz. 1	maj 2018 r.
3	Drukarka do zdjęć RTG	DRYPIX PRIMA	Fujifilm	26900422	802-996	2013	3	co 12 miesięcy	maj 2018 r.

Pakiet nr 9:

Lp.	Nazwa aparatu	Typ aparatu	Producent	Nr fabryczny	Nr inwentarzowy	Rok prod.	Ilość przeglądów w okresie umowy	Częstotliwość przeglądów	Termin wykonania I przeglądu
1	Aparat RTG do zdjęć kostnych	VERTIX CX stojak	Simens	1313	802-781	1994	3	co 12 miesięcy	styczeń 2018 r.

Pakiet nr 10:

Lp.	Nazwa aparatu	Typ aparatu	Producent	Nr fabryczny	Nr inwentarzowy	Rok prod.	Ilość przeglądów w okresie umowy	Częstotliwość przeglądów	Termin wykonania I przeglądu
1	Aparat RTG do zdjęć kostnych	Basic 100-30	Intermedical	005/13/01198	802-1105	2013	3	co 12 miesięcy	listopad 2018 r.

Pakiet nr 11:

Lp.	Nazwa aparatu	Typ aparatu	Producent	Nr fabryczny	Nr inwentarzowy	Rok prod.	Ilość przeglądów w okresie umowy	Częstotliwość przeglądów	Termin wykonania I przeglądu
1	Aparat RTG punktowy	Prox	Planmeca	IPX007058	802-993	2013	3	co 12 miesięcy	maj 2018 r.
2	Aparat RTG panoramiczny	Promax	Planmeca	RPX242999	802-994	2013	3	co 12 miesięcy	maj 2018 r.

Pakiet nr 12:

Lp.	Nazwa aparatu	Typ aparatu	Producent	Nr fabryczny	Nr inwentarzowy	Rok prod.	Ilość przeglądów w okresie umowy	Częstotliwość przeglądów	Termin wykonania I przeglądu
1	Strzykawka automatyczna	Mark V ProVis	Medrad	102771	802-696	2006	3	co 12 miesięcy	październik 2018 r.
2	Strzykawka automatyczna	SoM 700 PO	Medrad	22434	802-665	2006	3	co 12 miesięcy	październik 2018 r.
3	Strzykawka automatyczna	Spectris Solaris EP	Medrad	42174	802-749	2006	3	co 12 miesięcy	sierpień 2018 r.
4	Strzykawka automatyczna	Mark V Plus	Medrad	628921		1994	3	co 12 miesięcy	listopad 2018 r.

Miejscowość _____ dnia _____

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy
Siedziba/adres
REGON NIP
Tel. Fax
Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym
Tel. e-mail
Osoba upoważniona do podpisania umowy

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na OKRESOWE PRZEGLĄDY I KONSERWACJĘ SPRZĘTU ORAZ APARATURY MEDYCZNEJ DO DIAGNOSTYKI RTG (ZP-17-104BN) oferuję wykonanie usługi na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

w zakresie pakietu nr 1 – sprzęt marki Toshiba Medical System:*

łączna cena ofertowa z podatkiem VAT zł w tym VAT%

słownie:zł

w tym cena jednostkowa za 1 przegląd i konserwację następującego sprzętu wynosi:

Nazwa sprzętu/model	Cena jednostkowa brutto za 1 przegląd i konserwację (w PLN)
Angiograf INFINIX VC-i	
Tomograf Komputerowy AQUILION 64 TSX-101A/EC	
Aparat RTG MAX-1000A	
Rezonans magnetyczny MRT-1503/W,31,ST	

w zakresie pakietu nr 2 – sprzęt marki Philips:*

łączna cena ofertowa z podatkiem VAT zł w tym VAT%

słownie:zł

w tym cena jednostkowa za 1 przegląd i konserwację następującego sprzętu wynosi:

Nazwa sprzętu/model	Cena jednostkowa brutto za 1 przegląd i konserwację (w PLN)
Aparat RTG BUCKY DIAGNOST TH/VT	
Aparat do zdjęć celowanych EASY DIAGNOST/DSI	

w zakresie pakietu nr 3 – sprzęt marki Dynarad Corporation:*

łączna cena ofertowa z podatkiem VAT zł w tym VAT%

słownie:zł

w tym cena jednostkowa za 1 przegląd i konserwację następującego sprzętu wynosi:

Nazwa sprzętu/model	Cena jednostkowa brutto za 1 przegląd i konserwację (w PLN)
Aparat RTG jezdny DYNARAD HF-110	

w zakresie pakietu nr 4 – sprzęt marki Radiologia S.A.:*

łączna cena ofertowa z podatkiem VAT zł w tym VAT%

słownie:zł

w tym cena jednostkowa za 1 przegląd i konserwację następującego sprzętu wynosi:

Nazwa sprzętu/model	Cena jednostkowa brutto za 1 przegląd i konserwację (w PLN)
Aparat RTG przenośny TX-PLUS-4	

w zakresie pakietu nr 5 – sprzęt marki Ziehm Vision:*

łączna cena ofertowa z podatkiem VAT zł w tym VAT%

słownie:zł

w tym cena jednostkowa za 1 przegląd i konserwację następującego sprzętu wynosi:

Nazwa sprzętu/model	Cena jednostkowa brutto za 1 przegląd i konserwację (w PLN)
Aparat rentgenowski śródoperacyjny z ramieniem C Ziehm Vision	

w zakresie pakietu nr 6 – sprzęt marki General Electric:*

łączna cena ofertowa z podatkiem VAT zł w tym VAT%

słownie:zł

w tym cena jednostkowa za 1 przegląd i konserwację następującego sprzętu wynosi:

Nazwa sprzętu/model	Cena jednostkowa brutto za 1 przegląd i konserwację (w PLN)
Densytometr LUNAR PRODIGY ADVANCE	

w zakresie pakietu nr 7 – sprzęt marki Durr Dental:*

łączna cena ofertowa z podatkiem VAT zł w tym VAT%

słownie:zł

w tym cena jednostkowa za 1 przegląd i konserwację następującego sprzętu wynosi:

Nazwa sprzętu/model	Cena jednostkowa brutto za 1 przegląd i konserwację (w PLN)
Skaner RTG Vista SCAN MINI	

w zakresie pakietu nr 8 – sprzęt marki Fujifilm:*

łączna cena ofertowa z podatkiem VAT zł w tym VAT%

słownie:zł

w tym cena jednostkowa za 1 przegląd i konserwację następującego sprzętu wynosi:

Nazwa sprzętu/model	Cena jednostkowa brutto za 1 przegląd i konserwację (w PLN)
System obróbki cyfrowej zdjęć RTG	
Część systemu obróbki cyfrowej zdjęć RTG	
Drukarka do zdjęć RTG DRYPIX PRIMA	

w zakresie pakietu nr 9 – sprzęt marki Siemens:*

łączna cena ofertowa z podatkiem VAT zł w tym VAT%

słownie:zł

w tym cena jednostkowa za 1 przegląd i konserwację następującego sprzętu wynosi:

Nazwa sprzętu/model	Cena jednostkowa brutto za 1 przegląd i konserwację (w PLN)
Aparat RTG do zdjęć kostnych VERTIX CX stojak	

w zakresie pakietu nr 10 – sprzęt marki Intermedical:*

łączna cena ofertowa z podatkiem VAT zł w tym VAT %
 słownie:zł
 w tym cena jednostkowa za 1 przegląd i konserwację następującego sprzętu wynosi:

Nazwa sprzętu/model	Cena jednostkowa brutto za 1 przegląd i konserwację (w PLN)
Aparat RTG do zdjęć kostnych Basic 100-30	

w zakresie pakietu nr 11 – sprzęt marki Planmeca:*

łączna cena ofertowa z podatkiem VAT zł w tym VAT %
 słownie:zł
 w tym cena jednostkowa za 1 przegląd i konserwację następującego sprzętu wynosi:

Nazwa sprzętu/model	Cena jednostkowa brutto za 1 przegląd i konserwację (w PLN)
Aparat RTG punktowy Prox	
Aparat RTG panoramiczny Promax	

w zakresie pakietu nr 12 – sprzęt marki Medrad:*

łączna cena ofertowa z podatkiem VAT zł w tym VAT %
 słownie:zł
 w tym cena jednostkowa za 1 przegląd i konserwację następującego sprzętu wynosi:

Nazwa sprzętu/model	Cena jednostkowa brutto za 1 przegląd i konserwację (w PLN)
Strzykawka automatyczna Mark V ProVis	
Strzykawka automatyczna SoM 700 PO	
Strzykawka automatyczna Spectris Solaris EP	
Strzykawka automatyczna Mark V Plus	

* Należy wypełnić w zależności od tego, w jakim pakiecie składana jest oferta.

- 1) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
- 2) Oświadczamy, że przedmiot zamówienia realizowany będzie począwszy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

- 3) Oświadczamy, iż każdorazowy przegląd i konserwację wykonamy w terminie nie dłuższym niż dni.
Należy wskazać ilość dni w pełnej liczbie. Niniejszy termin stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z treścią rozdziału XIII SIWZ. Brak wskazania terminu spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
- 4) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.
- 5) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 6) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 7) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
- 8) Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy samodzielnie¹.
- 9) Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy w następującym zakresie przy udziale podwykonawcy/ów: _____
(podać nazwę i adres) _____².
- 10) Ofertę niniejszą składam na _____ kolejno ponumerowanych stronach.
- 11) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ).

_____, dnia _____ r.

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

¹ W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, należy skreślić pkt 8 i wypełnić pkt 9.

² Należy wypełnić w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców. W przypadku braku wypełnienia pkt 9 Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie.

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)*

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. OKRESOWE PRZEGLĄDY I KONSERWACJĘ SPRZĘTU ORAZ APARATURY MEDYCZNEJ DO DIAGNOSTYKI RTG (ZP-17-104BN) prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale III specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

_____, dnia _____ r.

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale III specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących:.....

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

(podać dane podmiotu)

w następującym zakresie:

.....
.....

(należy wskazać podmiot i zakres, w jakim udostępnia on zasoby Wykonawcy)

_____, dnia _____ r.

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

_____, dnia _____ r.

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

.....

.....
*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....
*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)*

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. OKRESOWE PRZEGLĄDY I KONSERWACJĘ SPRZĘTU ORAZ APARATURY MEDYCZNEJ DO DIAGNOSTYKI RTG (ZP-17-104BN) prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

_____, dnia _____ r.

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp)*. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

.....

_____, dnia _____ r.

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

_____, dnia _____ r.

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

_____, dnia _____ r.

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

.....

.....
*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....
*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)*

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. OKRESOWE PRZEGLĄDY I KONSERWACJA SPRZĘTU ORAZ APARATURY MEDYCZNEJ DO DIAGNOSTYKI RTG (ZP-17-104BN) prowadzonego przez SPSK w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczam/y, że:

1. nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*,
2. należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

_____, dnia _____ r.

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź, wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Podmiot oddający wykonawcy swoje zasoby:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)*

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU / PODMIOTÓW
ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. OKRESOWE PRZEGLĄDY I KONSERWACJA SPRZĘTU ORAZ APARATURY MEDYCZNEJ DO DIAGNOSTYKI RTG (ZP-17-104BN), prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że zobowiązuję się do oddania do dyspozycji wykonawcy* niezbędnych zasobów wykazanych poniżej na okres korzystania z nich od doprzy wykonywaniu zamówienia:

.....
.....
.....
.....

* *podać nazwę wykonawcy*

_____, dnia _____ r.

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

Zamawiający:
SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

składany na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (kolumny 1-5) oraz na potrzeby przyznania punktów w kryterium doświadczenie (kolumna 6, 7, 8)

UWAGA:

1. Zamawiający zsumuje okres realizacji umów wskazany w pkt 8 tabeli poniżej. W przypadku wskazania kilku osób w wykazie osób, doświadczenie tych osób zostanie zsumowane. Punkty w kryterium doświadczenie przyznawane są za pełne lata.
2. W wykazie należy podać imię i nazwisko osoby oraz rodzaj/typ sprzętu, który będzie serwisowała. Zamawiający dopuszcza wskazanie dla każdego rodzaju sprzętu innej osoby.
3. Doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowania i konserwacji może dotyczyć jedynie sprzętu tożsamego z rodzajem sprzętu, do serwisowania którego wskazana jest ta osoba.
4. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące funkcję serwisanta były zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), zgodnie z zapisami treści rozdziału II pkt 5 SIWZ.

Lp.	Imię i Nazwisko	Zakres czynności/rodzaj sprzętu	Wymagania zamawiającego	Kwalifikacje osoby wskazanej przez wykonawcę	Informacja o podstawie do dysponowania	Nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywane były usługi	Rodzaj serwisowanego sprzętu	Termin realizacji usług
	<i>Informacje niezbędne na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu</i>					<i>Informacje niezbędne do przyznania punktów w kryterium doświadczenie</i>		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<p>Serwisant sprzętu oraz aparatury medycznej</p> <p>Rodzaj sprzętu: (należy podać rodzaj sprzętu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ)</p>	<p>Uprawnienia: posiada uprawnienia do serwisowania i naprawy, autoryzowane przez producenta sprzętu lub została upoważniona do wykonywania czynności serwisowych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela serwisowanego sprzętu</p> <p>Wymagania: spełnia wymagania określone w art. 90 ust. 5 pkt 3) ustawy o wyrobach medycznych</p>	<p><i>(podać rodzaj, numer, uprawnień, datę ich wystawienia, datę ważności)</i></p> <p><i>(TAK/NIE)</i></p>				

_____, dnia _____ r.

 PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Miłęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)*

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. OKRESOWE PRZEGLĄDY I KONSERWACJA SPRZĘTU ORAZ APARATURY MEDYCZNEJ DO DIAGNOSTYKI RTG (ZP-17-104BN) prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług¹
2. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług²
3. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył

_____, dnia _____ r.

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

UMOWA - PROJEKT
w zakresie pakietu nr:³

zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. A. Mieleckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą: ul. Francuska 20 – 24, 40-027 Katowice, NIP: 954 22 70 611

który reprezentuje:

dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela – Dyrektor

zwanym w treści umowy *Zamawiającym*

a

.....NIP:.....

którą reprezentuje:

.....

zwaną w treści umowy *Wykonawcą*

albo⁴

.....NIP:.....

którą reprezentuje:

.....

wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i ponoszącymi z tego tytułu solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, zwanymi dalej *Wykonawcą*

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

1. W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania nr ZP-17-0104BN, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na okresowych przeglądach i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej do diagnostyki RTG producenta:⁵, znajdujących się w siedzibie Zamawiającego.
2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi wykonanie czynności konserwacyjno-przeładowych, polegających w szczególności na sprawdzeniu poprawności działania sprzętu, wykonaniu prac konserwacyjnych określonych przez producenta urządzenia, wymianie części zużywalnych, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, regulacji i pomiarów kontrolnych (w tym bezpieczeństwa elektrycznego), sprawdzeniu prawidłowości działania sprzętu, wykonanie walidacji (legalizacji, kalibracji), jeśli jest wymagana przez producenta sprzętu. Szczegółowy opis czynności stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

³ Zgodnie z ofertą Wykonawcy.

⁴ W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

⁵ Zgodnie z ofertą Wykonawcy.

3. Każda czynność wykonana w ramach przeglądu i konserwacji zakończona zostanie wystawieniem świadectwa sprawności sprzętu potwierdzającego jego stan techniczny oraz zostanie wpisana przez Wykonawcę do paszportu technicznego sprzętu, a w przypadku konieczności wycofania sprzętu z eksploatacji zostanie wydane (bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego) odpowiednie orzeczenie techniczne.
4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie, a także właściwe uprawnienia do realizacji niniejszej umowy, w tym w jest ujęty w wykazie podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela sprzętu do wykonywania czynności objętych niniejszą umową oraz dysponuje określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi; posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone w sposób zrozumiały dla zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności, o których mowa powyżej; zatrudnia osoby posiadające określone przez wytwórcę urzędzeń kwalifikacje i oświadczenie zawodowe.
5. Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta sprzętu i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r, Nr 107, poz. 679 ze zm.).
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
 - 1) warunkami określonymi przez producenta sprzętu,
 - 2) warunkami określonymi w niniejszej umowie;
 - 3) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, przepisów obowiązujących w służbie zdrowia oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska;
 - 4) wymaganiami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - 5) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, w tym dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 - 6) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

§2

Terminy i warunki realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy, począwszy od daty jej zawarcia, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie na podstawie harmonogramu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Szczegółowe terminy przeglądu i konserwacji sprzętu będą ustalane każdorazowo z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Podczas pierwszego przeglądu danego sprzętu, Wykonawca sprawdzi kompletność jego dokumentacji, w szczególności instrukcji użytkownika (atestu). W przypadku stwierdzenia braków, Wykonawca zobowiązany będzie w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie do uzupełnienia i poprawienia dokumentacji w taki sposób, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca w trakcie przeglądu jest zobowiązany do:
 - 1) wymiany małych części pod warunkiem, że zużyły się one w trakcie normalnej eksploatacji, a także części zużywalnych, takich jak filtry, uszczelki, szybkozłączki, zaciski oraz akumulatory itp., w przypadku stwierdzenia konieczności ich wymiany opisanej w instrukcji konserwacji sprzętu;
 - 2) wykonania próbnego pełnego cyklu pracy sprzętu - test aparatu po przeglądzie i konserwacji;
 - 3) jeśli będzie to konieczne, poinstruuje personel obsługujący sprzęt i wskaże potencjalne źródła błędów;
 - 4) kontroli bezpieczeństwa technicznego, potwierdzenia i udokumentowania wykonanych na urządzeniu czynności.
5. Każda interwencja serwisu Wykonawcy musi być udokumentowana przez serwisanta:

- 1) odpowiednim wpisem do paszportu technicznego znajdującego się przy każdym sprzęcie. W zapisie musi znajdować się informacja, czy aparat jest sprawny technicznie i dopuszczony do dalszej eksploatacji;
 - 2) raportem serwisowym potwierdzonym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, a także w razie konieczności, wystawieniem orzeczenia o stanie technicznym sprzętu.
6. W przypadku konieczności wykonania w czasie przeglądu i konserwacji czynności wymagających zapewnienia odpowiednich warunków dla przeprowadzenia prac konserwacyjno-naprawczych, przegląd zostanie zakończony w siedzibie Wykonawcy, bądź innym miejscu przez niego wskazanym, o ile jest to uzasadnione. W takiej sytuacji Wykonawca przewiezie sprzęt na swój koszt, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego w miejsce, gdzie zostaną wykonane czynności konserwacji i przeglądu.
 7. Każdorazowy transport sprzętu poza siedzibę Zamawiającego wymaga jego zgody. O takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, podając adres miejsca, w które sprzęt będzie przewieziony, sposób transportu oraz okres, na jaki sprzęt będzie przetransportowany.
 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w sprzęcie, a także utratę sprzętu, który podlega transportowi, zgodnie z postanowieniami pkt 6.
 9. W sytuacji, o której mowa w pkt 6 Wykonawca, na swój koszt i odpowiedzialność udostępni Zamawiającemu na czas wykonania przeglądu i konserwacji sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych niż sprzęt Zamawiającego.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta sprzętu i spełniających wszystkie parametry określone dla danego rodzaju urządzenia, przy wykorzystaniu własnych narzędzi i materiałów oraz części (m.in. śruby, uszczelki, smary, kleje).
 11. Wykonawca oświadcza, iż wszelkie części zużywalne i zamienne, o których mowa w pkt 10 są fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, nieprefabrykowane a ich zastosowanie nie może spowodować uszkodzenia sprzętu Zamawiającego, a także posiadają stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP, o ile są wymagane. Zamawiający ma prawo w każdym czasie żądać okazania stosownych certyfikatów, dopuszczeń itp.
 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usługi, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części niniejszej umowy przez Podwykonawcę.
 13. Zamawiający zastrzega możliwość wycofania sprzętu z użytkowania w okresie obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku, kiedy będzie to jedyny sprzęt objęty niniejszą umową, zostanie ona rozwiązana, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

§3

Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia

1. W imieniu Zamawiającego nadzór nad realizacją przedmiotu niniejszej umowy sprawować będzie:, tel.: e-mail:
2. Wykonawca do kontaktów podczas realizacji niniejszej umowy wyznacza:, tel.: e-mail:

§4

Odbiór przedmiotu umowy

1. Każdorazowo upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie potwierdzał w karcie pracy serwisanta należyte wykonanie zleconej usługi serwisowej.

Zatrudnianie pracowników

1. Wykonawca zobowiązany jest do zaangażowania takiej ilości osób, sprzętu, itp., jaka zapewni prawidłową i sprawną realizację przedmiotu umowy.
2. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby osoby wykonujące czynności serwisanta w ramach niniejszej umowy były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
3. Wykonawca lub Podwykonawca (jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia Podwykonawcy) musi zatrudniać osoby wymienione w pkt 2 na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę będącego pracodawcą, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby.
4. Najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji umowy Wykonawca doręczy Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w pkt 2 będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z oznaczeniem imion i nazwisk osób, liczby tych osób odpowiadających poszczególnym rodzajom czynności, określeniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Oświadczenie powinno określać podmiot, w imieniu którego oświadczenie jest składane (odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca) oraz być opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zgody od pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz udostępnienie Zamawiającemu do wglądu dokumentów, o których mowa w pkt 6, potwierdzających, że czynności, o których mowa w pkt 2 są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę u Wykonawcy lub Podwykonawcy (jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia Podwykonawcy).
6. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a jeżeli strony nie ustalą innego terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu Zamawiającemu: poświadczony za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności o których mowa w pkt 2 są wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6, z wyjątkiem zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
8. Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 4 przez Wykonawcę (Podwykonawcę) dokumentów, o których mowa w pkt 6 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 6 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności z pkt 2 na podstawie umowy o pracę.
9. W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 4 i 6 jest uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania realizacji

niniejszej umowy. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§6

Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy Podwykonawcy/om na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w postanowieniach niniejszej umowy. Do zawarcia przez Podwykonawcę/ów umowy z dalszymi Podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia samodzielnie / przy udziale Podwykonawcy/ów:następującym zakresie:.....⁶
3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy wskazanego w pkt 2, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 7

Gwarancja, rękojmia, serwis gwarancyjny

1. Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji na części wymienione podczas przeglądu i konserwacji urządzeń. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wszelkie wady i/lub usterki w wykonanej usłudze na własny koszt, za które odpowiada z tytułu gwarancji, przy czym nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym charakter wady i/lub usterki oraz technologię ich usunięcia.
3. Strony ustalają, iż termin na usunięcie wad nie może być dłuższy niż 7 dni, chyba, że Wykonawca uzasadni konieczność przedłużenia tego terminu np. poprzez konieczność dostawy części, materiałów nie dostępnych na rynku, itp. - wówczas termin ten można przesunąć o kolejne 7 dni.
4. Wymienione w ramach gwarancji lub rękojmi elementy zostaną objęte nową gwarancją na niezmienionych warunkach. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas wykonywania ewentualnych napraw gwarancyjnych.
5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa wyżej, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad i usterek osobie trzeciej, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z ich usunięciem kosztami i karami umownymi określonymi w § 10 niniejszej umowy.

§ 8

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi: złotych (słownie: złotych), w tym: wartość netto..... zł, podatek VAT %, tj. zł,
w tym: w zakresie pakietu nr⁷: złotych (słownie: złotych), w tym: wartość netto..... zł, podatek VAT %, tj. zł.
2. Strony ustalają, iż wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmiennie do zakończenia realizacji niniejszej umowy.

⁶ Zgodnie z ofertą Wykonawcy.

⁷ Zgodnie z ofertą Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie będzie płatne po każdym przeglądzie i konserwacji urządzenia na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności: koszt usługi (wraz z wynagrodzeniem osób zaangażowanych), koszt wykorzystania materiałów, urządzeń, itp., koszt transportu, a także koszty ogólne, wszelkie podatki i opłaty i elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia oraz zysk Wykonawcy.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w ciągu 60 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT, po każdym wykonanym przeglądzie i konserwacji urządzenia.
6. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W razie opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

§ 9

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za każdy rozpoczęty dzień przerwy w rozpoczętym przeglądzie i konserwacji urządzenia wywołany przyczynami, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 pkt 1 umowy za pakiet przy realizacji którego nastąpiła ww. przerwa.
 - 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, w szczególności, o których mowa w § 12 pkt 2 umowy lub rozwiązania umowy na podstawie § 12 pkt 6 umowy - w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 pkt 1 umowy za przedmiot, którego odstąpienie dotyczy,
 - 3) z tytułu nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 4 lub 6 lub przedłożenia dokumentów niepotwierdzających spełnienia wymogu, o którym mowa w § 5 pkt 2 - wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa w § 5 pkt 2 na podstawie umowy o pracę) - za każde zdarzenie w okresie realizacji umowy, za każdą osobę wykonującą czynności, o których mowa w § 5 pkt 2, dla której Wykonawca nie przedłoży dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 6 umowy,
 - 4) za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 pkt 1 za pakiet, w którym nastąpiło opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia,
 - 5) za inne uchybienia w realizacji umowy niż wskazane w ppkt 1)-4) powyżej, w tym nienależyte wykonanie umowy lub niewykonanie umowy, jak również z tytułu wad trwałych w przedmiocie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 pkt 1, za pakiet, przy realizacji którego nastąpiło uchybienie,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 pkt 1 za pakiet, którego dotyczy odstąpienie, za wyjątkiem przypadku odstąpienia, o którym mowa w art. 145 Pzp.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych w sposób, o którym mowa w pkt 3, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.
5. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
6. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania (rzeczywistej szkody i utraconych korzyści) przenoszącego wysokość kar umownych z tytułu odpowiedzialności

kontraktowej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jak też z tytułu odpowiedzialności deliktowej z tytułu odpowiedzialności wynikającej z udzielonej rękojmi, obniżenia wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym, z tytułu wykonania zastępczego oraz w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów oraz niniejszej umowy.

§10

Zmiana postanowień umowy

1. Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach:
 - 1) zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
 - 2) zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np. zmiany technologii wykonania usługi nie przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań,
 - 3) dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy, wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy,
 - 4) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa,
 - 5) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
 - 6) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
 - 7) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu powierzonego podwykonawcom, wprowadzenia nowych podwykonawców, z zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia, (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom), a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę,
 - 8) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w § 6 pkt 2 umowy (podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), z zastrzeżeniem zapisów § 6 pkt 3 umowy,
 - 9) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym w zakresie ppkt 9)-11), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
 - 10) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 11) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
2. Jeżeli zmiany określone powyżej pkt 1 ppkt 9-11 będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.
3. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
4. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie rodzi roszczeń odszkodowawczych.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji gdy:
 - 1) Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu któregośkolwiek z przeglądów o więcej niż 7 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie,
 - 2) Wykonawca wykonuje niniejszą umowę za pomocą podwykonawców bez uprzedniej zgody Zamawiającego,
 - 3) Został złożony wniosek lub zostało wydane postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy lub został on postawiony w stan likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy na mocy innych zdarzeń lub czynności prawnych.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do dwóch miesięcy od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o zaistnieniu którejkolwiek z przesłanek, określonej w umowie uprawniającej do skorzystania z tego uprawnienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe:
 - 1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół z usługi zrealizowanej według stanu na dzień odstąpienia,
 - 2) niezwłocznie dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego, jeżeli nastąpiła konieczność o której mowa w § 2 pkt 6.
5. Odstąpienie od umowy musi być złożone drugiej stronie na piśmie i zawierać powód odstąpienia. Odstąpienie od umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania za powstałą szkodę na zasadach ogólnych lub kar umownych.
6. Zamawiający może w przypadkach wymienionych w pkt 2 niniejszego paragrafu, według własnego uznania zamiast skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy dokonać jej pisemnego rozwiązania bez konieczności uprzedniego wypowiedzenia umowy. Zamawiający, również w przypadku rozwiązania umowy będzie miał prawo do naliczenia kar umownych określonych w § 9 niniejszej umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o wyrobach medycznych, ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy wykonawcze wydane na podstawie określonych wcześniej ustaw.
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.
3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.

1024).

5. Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 921¹ - 921⁵ Kodeksu Cywilnego), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy. W razie nie wywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.
7. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
8. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY