

Katowice, dnia 28.12.2017r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych dla bloków operacyjnych..
Nr sprawy: ZP -17-144BN.**

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie 1 Pakiet nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 możliwości wymiany czystych nieużytych resztek protez (co najmniej 30% zużycia), dających sumaryczną długość oryginalnej na nową protezę, zamiast wymogu możliwości resterylizacji protez, potwierdzonej standardami w instrukcji użycia.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 Pakiet nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji a) protez o średnicy od 5 do 8mm.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 Pakiet nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji d) zbrojenia zewnętrznego.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 Pakiet nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 możliwości wymiany czystych nieużytych resztek protez (co najmniej 30% zużycia), dających sumaryczną długość oryginalnej na nową protezę, zamiast wymogu możliwości resterylizacji protez, potwierdzonej standardami w instrukcji użycia.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 Pakiet nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez dzianych poliestrowych, powlekanych żelatyną z dodatkowym powleczeniem każdego włókna protezy monomerem PTFE, z możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z heparyną.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 Pakiet nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 w miejsce pierwotnych parametrów protez dzianych, dwustronnie welurowanych (z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym), uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, o grubości ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1ml/cm²/min.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 Pakiet nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji a) długości 15cm, jako długości minimalnej

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 Pakiet nr 1

Czy w Pakiecie nr 1 poz. 1a Zamawiający dopuści protezy o śr. od 5 do 8 mm (pozostałe parametry bez zmian)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

ZP-17-144BN

*Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24*

Pytanie 9 Pakiet nr 1

Czy w Pakiecie nr 1 poz. 1b Zamawiający dopuści protezy o dł. zbrojenia 60cm dla śr. 6mm i 70cm dla śr. 8mm (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 10 Pakiet nr 1

Czy w Pakiecie nr 1 poz. 1c Zamawiający dopuści protezy o dł. 45cm (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 11 Pakiet nr 1

Czy w Pakiecie nr 1 poz. 1e Zamawiający dopuści protezy o dł. 45 cm i dł. zbrojenia 10cm (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 12 Pakiet nr 2

Czy w Pakiecie nr 2 poz. 1a Zamawiający dopuści protezy o dł. 40 cm, bez możliwości resterylizacji /z uwagi na utratę właściwości heparyny/ (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*