

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę SERWET OPERACYJNYCH. Nr sprawy : ZP-17-145BN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

Pyt.1 Pakiet 1 Poz.1 - Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

Odp.: Zgodnie z SIWZ, bez tasiemki i pakowane po 5 szt.

Pyt.2 Pakiet 1: Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymagań norm dla serwety operacyjnej z gazy:

- ISO 10993-10:2009

- PN-EN ISO 10993-5:2009

- EN 13795-1 do 3,

Powyższe wymagania nie mogą dotyczyć zamawianego wyrobu, gdyż są podstawą wymagań jakościowych dla asortymentu odzieży medycznej (fartuchy chirurgiczne) oraz obłożeń pola operacyjnego.

Odp.: Zamawiający wykreśla z treści SIWZ żądania dotyczące powyższych norm.

Pyt.3 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwet operacyjnych z gazy, które spełniają wymagania Farmakopei Polskiej wydanie VI 2002 oraz odpowiednikiem normy PN-EN 14079 zharmonizowanej z Dyrektywą Medyczną 92/43/EEC? **Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pyt.4 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wyrobu zgodnego z normą PN-EN ISO 15223-1:2012? Norma zastąpiła wycofaną w 2012 roku normę PN-EN 980. **Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

Dot .umowy:

Pyt.5 Zważywszy na treść § 1 ust. 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? **Odp.: Zamawiający nie jest w stanie określić ilości jaką z całą pewnością zamówi. Ilości w postępowaniu wyliczane są na podstawie dotychczasowego zużycia. Wykonawca powinien być świadomy, że w przypadku tak specyficznych usług świadczonych przez Szpital nie można dokładnie przewidzieć zużywalnych ilości czegokolwiek w przyszłości.**

Pyt.6 Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

Pyt.7 Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości netto przedmiotu umowy określonego w § 4 pkt. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości netto niezrealizowanej części umowy”? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

Pyt.8 Czy Zamawiający zgadza się aby § 5 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

Pyt. 9. Zwracamy się z prośbą o odstąpienia od wymogu potwierdzenia dla asortymentu opisanego w zakresie pakietu nr 1 normy EN 13795-1 do 3, gdyż ta norma odnosi się do obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych. **Odp.: Zamawiający wykreśla z treści SIWZ żądania dotyczące powyższej normy.**

ZP-17-145BN

Pyt.10 Pakiet 1 poz. 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymagań normy EN 13795- 1-3 która dotyczy obłożeń operacyjnych i fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny stosowanych na bloku operacyjnym, a nie serwet gazowych? **Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.**

Pyt.11 Pakiet 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową z nitką RTG i z tasiemką ? **Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.**

Powyższe odpowiedzi i zmiany SIWZ są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach niniejszego postępowania.

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Motek*