

Katowice, dn. 25.01.2018 r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
Nr sprawy: ZP-18-003BN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z zastawką antyzwrotną pełniącą rolę filtra hydrofobowego w rozmiarach. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm
14 G	2,20 x 45
16 G	1,70 x 45
17 G	1,50 x 45
18 G	1,20 x 45 1,20 x 38
20 G	1,00 x 32
22 G	0,80 x 25
24 G	0,70 x 19

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 Pakiet nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka na mocz o długości drenu 90 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3 Pakiet nr 4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania worka z zaworem poprzecznym typu „T”?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.

Pyt. 4 Pakiet nr 4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania worka z nazwą producenta bezpośrednio na worku?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.

Pyt. 5 Pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli z 4 paskami RTG?

Odp.: Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych wymagań określonych w SIWZ. Oceniany będzie przedmiot zamówienia posiadający 3 i więcej pasków kontrastujących.

Pyt. 6 Pakiet nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o następujących parametrach:

Kaniuła dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Kaniuła wyposażona w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny wyposażony w teflonową zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Logo producenta na koreczku portu bocznego. Bez zawartości lateksu i PVC. Kaniuła musi posiadać następujące rozmiary i przepływy : 24G (0,7)/19mm przepływ 20ml/min, 22G (0,9)/25mm przepływ 36ml/min, 20G (1,1)/32mm przepływ 60ml/min, 18G (1,3)/45mm przepływ 90ml/min, 17G (1,5)/45 przepływ 125ml/min, 16G (1,7)/45mm przepływ 180ml/min, 14G (2,1)/45 przepływ 270ml/min

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7 Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści: Rurka tracheotomijna w rozmiarze 8.0; 8.5; 9.0; 9.5 wykonana z medycznego PCV, silikonowana, przezroczysta o zwiększonym poślizgu dla cewników, z mankietem niskociśnieniowym z linią

ZP-18-003BN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

widoczną w promieniach RTG, z mankietem niskociśnieniowym, balonikiem kontrolnym rozmiar rurki, wyraźnie wskazującym stan mankieta i atraumatycznie zakończonym mandarynem, sterylna.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 8 Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści: Rurka tracheotomijna wykonana z medycznego PCV, silikonowana, o zwiększonym poślizgu dla cewników, z mankietem niskociśnieniowym w rozmiarze: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0 sterylna, z balonikiem kontrolnym zawierającym rozmiar rurki, wyraźnie wskazującym stan mankieta. Rurka z zaoblonym końcem (wyprofilowanym) i zaworkiem zamykającym balonik kontrolny.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 9 Pakiet nr 1 poz. 2

Pozycja 3. Czy Zamawiający wymaga rurek w zakresie rozmiarów 6,0 – 10,0 co 0,5mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w zakresie rozmiarów 6,0 – 10,0 co 0,5mm.

Pyt. 10

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do ŻADNEJ grupy kapitałowej przedstawi stosowne zaświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy PZP zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Odp.: Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Zamawiający nie wymaga dostarczenia dokumentu zawierającego wykaz firm należących do grupy kapitałowej, bowiem Wykonawca musi się odnieść wyłącznie do uczestników postępowania.

Pyt. 11 Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne wykonane z medycznego PCV pokrytego silikonem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pyt. 12 Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z rozmiarem umieszczonym na skrzydełkach, z opisem umieszczonym na opakowaniu jednostkowym zamiast na baloniku kontrolnym?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 13 Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania staz jednorazowych w min. 2 kolorach?

Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ.

Pyt. 14 Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne posiadające wytłoczony rozmiar na opakowaniu jednostkowym oraz nadrukowany kształt i rozmiar ostrza na opakowaniu zbiorczym?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 15 Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny o gramaturze 25g/m²?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 16 Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę czepków za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

ZP-18-003BN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Z uwagi na ograniczony dostęp do dokumentacji przetargowej w dniu 25.01.2018 r. co zostało spowodowane awarią sieci w siedzibie Zamawiającego Zamawiający przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

Termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ upłynął 20.01.2018 r.

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień

31.01.2018 r. godz.: 09:00

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.: 09:30

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Motek*