

Katowice, dnia 07.03.2018r

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA****Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów laryngologicznych  
Nr sprawy : ZP-18-010UN**

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

- Pakiet nr 1.** Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „Możliwość wyboru elektrody do różnego rodzaju warunków anatomicznych w uchu pacjenta ( w tym możliwość dostarczenia implantu z elektrodą prostą dla przypadków wykluczających zastosowanie elektrody z układem perimodiolarnym)”?  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
- Pakiet nr 1.** Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: „Procesor dźwięku z możliwością bezprzewodowego komunikowania się z drugim procesorem dźwięku (w sytuacji implantacji obustronnej) lub z aparatem słuchowym lub innym urządzeniem znajdującym się na drugim uchu (niebędącym implantem słuchowym )pozwalającym na zintegrowane obustronne przetwarzanie dźwięku.”?  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
- Pakiet nr 1.** Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: „W zestawie do procesora dźwięku, na żądanie zamawiającego, dołączone drugie urządzenie do umieszczenia na drugim uchu, współpracujące w technologii bezprzewodowej z procesorem dźwięku pozwalające na zintegrowane obustronne przetwarzanie dźwięku.”?  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
- Pakiet nr 1.** Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: „Możliwość zastosowania procesora dźwięku przystosowanego dla pacjentów z częściową głuchotą (stymulacja elektroakustyczna, procesor z wbudowanym aparatem słuchowym)”?  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
- Pakiet nr 1.** Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów dotyczących wykazania wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy) – w tym okresie, co najmniej:  
2 dostawy implantów ślimakowych o łącznej wartości dostaw min. 1 000 000,00 PLN brutto, przy czym wartość przynajmniej jednej dostawy musi wynosić minimum 500 000,00 PLN brutto”?  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
- Pakiet nr 3.** Czy Zamawiający poza bateriami dopuści rozwiązanie wykorzystujące akumulatory, jako alternatywne i ekologiczne źródło zasilania procesora dźwięku?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**
- Pakiet nr 3.** Czy Zamawiający dopuści, aby z myślą o pacjentach, w rozwiązaniu zaoferowana została jedna paczka jednorazowych baterii lub dwa akumulatory wielokrotnego użytku?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
- Pakiet nr 3.** Czy Zamawiający wymaga by procesory przystosowane były do protezowania ubytków słuchu na poziomie średnio 45 dB BC, 55 dB BC lub 65 dB BC w zależności od potrzeb Zamawiającego?  
**Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.**
- Pakiet nr 3.** Czy Zamawiający dopuści sposób realizacji funkcjonalności łączności bezprzewodowej procesora z urządzeniem pośredniczącym, każdorazowo dostarczanego w zestawie?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
- Pakiet nr 3.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesorów posiadających możliwość wykonania pełnego dopasowania poprzez przewodowy interfejs ( np. NOAH –link ) lub bezprzewodowy (bez użycia kabli czy bezpośredniego podłączenia do przekaźnika lub komputera)?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
- Pakiet nr 3.** Czy Zamawiający dopuści implant magnetyczny podskórny mocowany za pomocą min. 4 mini śrub o długości nie przekraczającej 4 mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
- Pakiet nr 3.** Czy Zamawiający dopuści implant magnetyczny podskórny nie wymagający dystansów i pasujący dla każdego pacjenta(dziecko i osoba dorosła)?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

13. **Pakiet nr 3.** Czy Zamawiający dopuści niezbędny, kompletny osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia implantacji: narzędzie do wkręcania, miarki, wzornik? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
14. **Pakiet nr 3.** Czy Zamawiający dopuści Cyfrowy procesor dźwięku – Wzmocnienie procesora 45 dB HL – max. 55 dB HL w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza procesora cyfrowego o wzmocnieniu 45dB HL- max. 55 dB HL. Zamawiający wymaga wzmocnienia procesora cyfrowego dźwięku 45 dB HL- max. 65 dB HL w zależności od potrzeb Zamawiającego.**
15. **Pakiet nr 3.** Czy Zamawiający dopuści regulację tonów niskich przy pomocy oprogramowania do ustawiania? **Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**
16. **Pakiet nr 3.** Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez „Komunikacja procesora dźwięku z akcesoriami bezprzewodowymi, w tym z telefonem możliwa poprzez łączność bezpośrednio z procesorem bez konieczności użycia pętli na szyi lub kabli, możliwość sterowania procesorem za pomocą pilota lub aplikacji na telefon”? **Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**
17. **Pakiet nr 3.** Czy Zamawiający dopuści Pełne dopasowanie procesora dźwięku możliwe poprzez przewodowy interfejs ( np. NOAH –link lub Hi-Pro)? **Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**
18. **Pakiet nr 3.** Czy Zamawiający dopuści wielokanałowy mikrofon kierunkowy bez funkcji kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny usznej? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.**
19. **Pakiet nr 4.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesorów kompatybilnych ze wszystkimi systemami Ponto posiadającymi wspornik oraz wybranymi popularnymi wspornikami Cochlear (BA200)? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
20. **Pakiet nr 4.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesorów kompatybilnych z systemami posiadającymi wspornik, ale które nie są kompatybilne z systemami magnetycznymi innych producentów? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
21. **Pakiet nr 4.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesorów posiadających złącze uniwersalne, zatrzaszkujących się tylko na zewnątrz wspornika? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
22. **Pakiet nr 4.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesorów dedykowanych do pracy po prawej lub lewej stronie, do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego i Pacjentów? **Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**
23. **Pakiet nr 4.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesorów spełniających powyższe kryterium, z zastrzeżeniem że posiadają 15 kanałów przetwarzania sygnału? **Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**
24. **Pakiet nr 4.** Czy Zamawiający dopuści sposób realizacji funkcjonalności łączności bezprzewodowej procesora z użyciem urządzenia pośredniczącego, każdorazowo dostarczanego w zestawie? **Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM  
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Motek**