

Katowice, dnia 19.02.2018r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę kaniul dożylnych i udowych**.
Nr sprawy: ZP – 18 – 015 UN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ([tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami](#)), udzielam następującej odpowiedzi:

Dotyczy Pakietu Nr 1

Pytanie 1) Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści kaniule w następujących rozmiarach, spełniające pozostałe wymagania SIWZ: 24G dł. 19mm; 22G dł. 25mm, 20G dł. 32mm; 18G dł. 45mm; 17G dł. 45mm; 16G dł. 45mm; 14G dł. 45mm? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający żąda. Zamawiający żąda kaniul dożylnych jałowych zgodnie z opisem we wszystkich wyszczególnionych rozmiarach.**

Pytanie 2) Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści: kaniule bezpieczne, w następujących rozmiarach, spełniające pozostałe wymagania SIWZ: 24G dł. 19mm; 22G dł. 25mm, 20G dł. 32mm; 18G dł. 45mm; 17G dł. 45mm; 16G dł. 45mm; 14G dł. 45mm? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający żąda kaniul dożylnych bezpiecznych zgodnie z opisem we wszystkich wyszczególnionych rozmiarach.**

Pytanie 3) Czy Zamawiający w pozycji 1-2 oczekuje, aby port dostępu bocznego umieszczony był centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego? **Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.**

Pytanie 4) Dotyczy kryterium oceny dla pakietu nr 1 – Czy Zamawiający dokona zmiany kryterium oceny i przyzna 40 pkt kaniulom z min. 3 paskami kontrastującymi i 0 pkt poniżej 3 pasków? W formularzu asortymentowo-cenowym Zamawiający podkreślił, że „kaniula musi posiadać wtopione 3 paski widoczne w RTG..”, jako warunek konieczny, dlatego późniejsza ocena jakości takich kaniul i przyznanie im 0 pkt jest niezrozumiała. Dodatkowo warto zauważyć, że to nie ilość pasków gwarantuje dobrą widoczność w RTG, a stężenie materiału z jakiego są wykonane dlatego ocena jakości tego parametru powinna opierać się nie na ilości samych pasków a ich widoczności? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający dla Pakietu nr 1 w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ, dokładnie opisał sposób oceny przedmiotu zamówienia i ilość przyznanych punktów za kryterium JAKOŚĆ**

Pytanie 5) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o następujących parametrach : Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Kaniula wyposażona w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny wyposażony w teflonowa zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Logo producenta na koreczku portu bocznego. Bez zawartości lateksu i PVC. Kaniula musi posiadać następujące rozmiary i przepływy : 24G (0,7)/19mm przepływ 20ml/min, 22G (0,9)/25mm przepływ 36ml/min, 20G (1,1)/32mm przepływ 60ml/min, 18G (1,3)/45mm przepływ 90ml/min, 17G (1,5)/45 przepływ 125ml/min, 16G (1,7)/45mm przepływ 180ml/min, 14G (2,1)/45 przepływ 270ml/min? **Odp. Zamawiający dokładnie określił swoje wymagania w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 6) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej bezpiecznej o następujących parametrach : Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zakłutiem musi zakrywać szczelnie całe światło igły, nie pozostawiając żadnych szczelin

w celu ochrony przed zachlapaniem krwią. Kaniula wyposażona w 2 szerokie paski RTG inkorporowane w materiał cewnika (pokrywające 80% powierzchni cewnika), port boczny wyposażony w teflonową zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Logo producenta na koreczku portu bocznego. Bez zawartości lateksu i PVC. Kaniula musi posiadać następujące rozmiary i przepływy : 22G (0,9)/25mm przepływ 36ml/min, 20G (1,1)/32mm przepływ 60ml/min, 18G/45/33mm przepływ 90ml/min, 17G (1,5)/45mm przepływ 125ml/min, G16 (1,7)/45mm przepływ 180ml/min, G14 (2,1)/45mm przepływ 270ml/min? **Odp. Zamawiający dokładnie określił swoje oczekiwania w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 7) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli z 2 paskami widocznymi w promieniach RTG o powierzchni odpowiadającej powierzchni 3 pasków? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 8) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, 2. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanej z PTFE. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 9) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, 2. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli 16G i 14G o długości 45 mm zamiast 50mm? **Odp. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 10) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1. Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę ofert korzystnych pod względem jakości asortymentu i ceny? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na inny dodatkowy podział przedmiotu zamówienia.**

Pytanie 11) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, 2. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli 20G tylko w jednym rozmiarze, tj. dł. 32 mm? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 12) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1,2. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli 20G tylko w jednym rozmiarze, tj. dł. 33 mm? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 13) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2. Proszę o dopuszczenie kaniuli z 4 paskami widocznymi w RTG? **Odp. Zamawiający dla Pakietu nr 1 w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ, dokładnie opisał sposób oceny przedmiotu zamówienia i ilość przyznanych punktów za kryterium JAKOŚĆ.**

Pytanie 14) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, 2. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli z zastawką antyzwrotną, która pełni tę samą funkcję co filtr hydrofobowy? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.**

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek*