

Katowice, dnia 01.03.2018r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę kaniul dożylnych i udowych**.
Nr sprawy: ZP – 18 – 015 UN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ([tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami](#)), udzielam następującej odpowiedzi:

Dotyczy Pakietu Nr 1

Pytanie 1) Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści kaniule dożylne jałowe wykonane z FEP w rozmiarze: 24 G dł. 19 mm; 22G dł. 25 mm; 20G dł. 32 mm; 20G dł. 32 mm; 18G dł. 45 mm; 17G dł. 45 mm; 16G dł. 45 mm; 14G dł. 45 mm.

Kaniule posiadają zastawkę zapobiegającą wyciekowi krwi w miejscu filtra hydrofobowego, 2 paski widoczne w RTG, opakowanie blister, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający żąda kaniul dożylnych jałowych zgodnie z opisem we wszystkich wyszczególnionych rozmiarach. Zamawiający dla Pakietu nr 1 w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ, dokładnie opisać sposób oceny przedmiotu zamówienia i ilość przyznaną za kryterium JAKOŚĆ.**

Pytanie 2) Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści kaniule dożylne bezpieczne, wykonane z FEP w rozmiarze 24G dł. 19mm; 22G dł. 25mm; 20G dł. 32 mm; 20G dł. 32mm; 18G dł. 45mm; ; 17G dł. 45 mm; 16G dł. 45mm; 14G dł. 45mm.

Kaniule posiadają zastawkę zapobiegającą wyciekowi krwi w miejscu filtra hydrofobowego, 2 paski widoczne w RTG, opakowanie blister, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający żąda kaniul dożylnych bezpiecznych zgodnie z opisem we wszystkich wyszczególnionych rozmiarach. Zamawiający dla Pakietu nr 1 w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ, dokładnie opisać sposób oceny przedmiotu zamówienia i ilość przyznaną za kryterium JAKOŚĆ.**

Pytanie 3) Czy Zamawiający w pozycji nr 1 i nr 2 poprzez zapis: „Kaniula musi posiadać wtopione 3 paski widoczne w RTG (potwierdzone w karcie charakterystyki producenta)” ma na myśli minimalną ilość pasków, którą oferent może zaofiarować? **Odp. Tak.**

Pytanie 4) Czy Zamawiający dopuści dostarczanie faktury za zakupiony asortyment wyłącznie na adres poczty elektronicznej w formie pliku PDF? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 5) Czy w zakresie **Pakietu nr 2** Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek na 3 szt. wybranego rozmiaru? **Odp. Tak. Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 2, na potwierdzenie wymaganych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga po jednej próbce cewnika do tętnicy udowej w rozmiarze: 18G/8cm; 18G/12cm; 18G/16cm.**

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*