

Katowice, dn. 22.03.2018 r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.****Nr sprawy: ZP-18-019UN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi:

**SIWZ****Pyt. 1 Pakiet nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dla poprawy konkurencyjności dopuści w pakiecie nr 4 poz.1 - Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 2300mm; długość ramienia klipsa 10mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z ostionki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 ; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; opakowanie zawiera 10 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.****Pyt. 2 Pakiet nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający dla poprawy konkurencyjności dopuści w pakiecie nr 8 poz.1 - Szczypce biopsyjne kolonoskopowe (wielorazowego użytku), tyżeczki biopsyjne typu standardowe Okrągłe z Okienkiem - 1 szt, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm?

**Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.****Pyt. 3 Pakiet nr 6 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł, bez strzykawki w komplecie, rozmiary i długości oraz pozostałe parametry zgodne z SIWZ. W przypadku podtrzymania przez Zamawiającego wymogu zaoferowania igieł w komplecie ze strzykawka prosimy o podanie parametrów wymaganej strzykawki.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza zestaw bez strzykawki. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.****Pyt. 4 Pakiet nr 3**

Czy zamawiający, dopuści do zaoferowania wysokiej jakości tamponady hydrożelowe wg poniższej charakterystyki :

Tamponada nosa do szybkiego zabezpieczenia krwawienia/krwotoku nosa. Produkt jednorazowy, jałowy, pakowany pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym 10 sztuk. Kształtem przystosowany do anatomii nosa, łatwy i szybki do wprowadzania a także usuwania. Zawór do uszczelniania jednokierunkowy, ilość powietrza potrzebną do napętnienia określa wielkość tamponady i budowa anatomiczna jam nosa. Tamponada wykonana z hydrokoloidowej siateczki z CMC (karboksylometyloceluloza), samosmarujący, nie przyklejający się do ścian nosa, absorbującej wydzielinę. **Rozmiary:** tamponada przednia z jednym balonikiem długość 4,5cm, tamponada przednia z jednym balonikiem długość 5,5cm, tamponada przednio tylna z jednym balonikiem 7,5cm - do wyboru przez zamawiającego?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.****Pyt. 5 Pakiet nr 11**

Czy zamawiający dopuści do zaoferowanie wysokiej jakości europejskiego producenta Zestawy do wkłuć centralnych wg poniższej charakterystyki:

Cewnik **dwuświatłowy 7 Fr ( 2,33mm) o długości 20 cm**, bezigłowe zastawki, o przekrojach okrągłych na całej długości i charakteryzujący się wysokimi przepływaniami jak poniżej:

\* Kanał dystalny **14G ( 2,11 mm) / przepływ 7200 ml/h**, wypełnienie 0,45ml

\* Kanał proksymalny **18G (1,25mm)/ przepływ 1350 ml/h**, wypełnienie 0,42mm

\* Cewnik skalowany widoczny w RTG, światła cewnika **identyfikowane kolorem** na całej długości ,

\*prowadnica **nitinolowa typ J 0,035”( 0,89mm) x 50cm** w aplikatorze ułatwiającym wprowadzenie,

\* **igła 18G (1,25mm) x 40mm**,

\*przelotowa **strzykawka Roulesona 5 ml z otworem na prowadnik** , brak potrzeby rozłączania zestawu przy aplikacji

## **ZP-18-019UN**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

\* hydrofilne rozszerzało 8 Fr (2,67mmx 12cm)

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.**

### **Pyt. 6 Pakiet nr 5**

Czy Zamawiający dopuści jako produkt alternatywny jednorazowy zestaw do opaskowania żyłaków przetyku, fioletowo-biały, 6-gumkowy, wstępnie złożony (nić przewleczona przez teflonowy cewnik, nawinięta na szpulę), przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, część dystalna przezroczysta, potwierdzeniem zrzućenia gumki jest jedno słyszalne kliknięcie, rękojeść wyposażona w port Luer z kapturkiem, zestaw kompatybilny z posiadanymi przez Szpital endoskopami?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pyt. 7 Pakiet nr 8**

Czy Zamawiający wymaga, aby rączka kleszczyków połączona była ze spiralą gumowym przegubem zabezpieczającym przed złamaniem narzędzia w newralgicznym punkcie?

**Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.**

### **Pyt. 8 Pakiet nr 9**

Czy Zamawiający wymaga, aby pętle miały funkcje rotacji?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza pętlę z funkcją rotacji, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

### **Pyt. 9 Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 ze względu na bezpieczeństwa (szczelności) połączenia Igła Seldingera – Strzykawka, wymaga aby strzykawka miała końcówkę luer-lock ?

**Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.**

### **Pyt. 10 Pakiet nr 11**

Czy w związku z tym, że Szpital dotychczas stosował metodę identyfikacji położenia końcówki cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, Zamawiający w Pakiecie 11 wymaga aby zestaw cewnika do żył centralnych posiadał kabelek umożliwiający podłączenie do monitora EKG ?

**Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.**

### **Pyt. 11 Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 specyfikując przewodnicę jako : „odporną na załamania” wymaga aby była to przewodnica wykonana z Nitinolu ?

**Odp.: Przewodnica wykonana z nitinolu jest parametrem dodatkowo punktowanym, tak więc Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.**

### **Pyt. 12**

Czy Zamawiający dopuści dostarczanie faktury za zakupiony asortyment wyłącznie na adres poczty elektronicznej w formie pliku PDF?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

## **Projekt umowy**

### **Pyt. 1**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust.6 lit. b projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### **Pyt. 2**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1.

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt 4 i § 2 pkt. 6b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości **0,5%** wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego/ wadliwego przedmiotu umowy.**

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

## **ZP-18-019UN**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

### **Pyt. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust.5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### **Pyt. 4**

Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy. Zamawiający określił potrzeby na podstawie dotychczasowego zużycia i prognozuje zakup 100%, ale nie jest w stanie przewidzieć zdarzeń i faktycznego zużycia w przyszłości.**

### **Pyt. 5**

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 6b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od chwili uznania reklamacji za zasadną. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### **Pyt. 6**

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 7a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### **Pyt. 7**

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% na 0,5%?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### **Pyt. 8**

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 3 pkt. 1 w zakresie Pakietu od którego realizacji zamawiający odstąpił.”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### **Pyt. 9**

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów u innego sprzedawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy oraz żądaniem zapłaty różnicy w cenie jeśli nastąpiła, zachowując prawo do roszczenia o naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia.”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### **Pyt. 10**

Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

**ZP-18-019UN**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pyt. 11**

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w całości lub części i naliczyć karę umowną określoną w § 4 pkt. 2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności: trzykrotnego niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy w ramach danego Pakietu bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania obowiązków określonych w § 2 pkt.6b w ramach danego Pakietu, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pyt. 12**

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art. 54 pkt. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pyt. 13** Ad par. 4 ust. 1 pkt. a) projektu umowy

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej z 1% na 0,2% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy**

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM  
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Molek*