

Katowice, dnia 02.03.2018r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę preparatów dezynfekcyjnych**.
Nr sprawy: ZP – 18 – 029 BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ([tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami](#)), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie 1) Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 i 2** dopuści alkoholowe chusteczki zarejestrowane jako wyrób medyczny do mycia i szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej, do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych, nie zawierające aldehydu i fenolu, posiadające pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego, posiadające przyjemny świeży zapach, o wymiarach 13 x 20 cm, o spektrum działania B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. Terre), V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, wirus grypy, Herpes Simple, Ebola, Rota) w czasie 30 sekund, Adeno w czasie 1 min. Konfekcjonowanie w op. 100 szt. – puszka i wkład? **.Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody z powodu nie wiadomej zawartości alkoholu (Wykonawca nie określił zawartości % alkoholu), a przedmiot zamówienia określony w Pakiecie nr 2 (chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu, wrażliwych na działanie alkoholu), przez Zamawiającego jest kierowany do powierzchni wrażliwych na alkohol.**

Pytanie 2) Wzór umowy § 2 pkt. 6) lit c). Prosimy o doprecyzowanie, iż nr serii i data ważności na fakturze lub dokumencie dostawy dotyczy zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie produktów leczniczych i wyrobów medycznych? **Odp. Zamawiający precyzuje zapis § 2 pkt 6 lit c) i nadaje mu następujące brzmienie: „... dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy. Dane na fakturze muszą zawierać pełne informacje o przedmiocie dostawy tj. nazwa, nr katalogowy, cena netto, wartość podatku VAT, cena brutto. Dla Pakietów nr 1, 2, 3, 4 i 6 do faktury Zamawiający żąda dodatkowych informacji o nr serii i dacie ważności dostarczanego produktu. Informacje te muszą być zamieszczone na innym dokumencie, który jest załącznikiem do faktury VAT np. WZ...” koniec cytatu.**

Pytanie 3) Wzór umowy § 4 pkt 1). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 1% wartości (...)" na zapis: "(...) w wysokości 0,5 % wartości (...)"? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie umowy..**

Pytanie 4) Wzór umowy § 6 pkt 3). Prosimy o zapis umożliwiający zmianę cen brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie umowy (umowa zawarta będzie jedynie na okres 9 miesięcy).**

Pytanie 5) Pakiet Nr 5 - Czy Zamawiający dopuści tabletki o spektrum B, F, Tbc, V, S – do 15 minut warunki czyste, B, F, Tbc, V – do 15 minut warunki brudne, przebadane wobec B i F wg. PZH, Tbc wg. metodyki Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, V – wg. EN 14476, S (c. difficile) wg. EN 13704 spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 6) Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie wycenę preparatu Granudacyln płyn do odkażania i płukania ran ostrych i przewlekłych (takich jak owrzodzenia, odleżyny, oparzenia, rany pooperacyjne, owrzodzenia nowotworowe). Preparat zawierający wodny roztwór rodników ponadtlenkowych o szerokim spektrum skuteczności przeciwdrobnoustrojowej (bakterie, wirusy, zarodniki, grzyby)? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 7) Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie wycenę preparatu Granudacyn żel na rany, żel, 250 g w ilości 2000 ml czyli 8 opakowań? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 8) Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Norowi) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby? lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Norowi) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tub? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 9) Czy Zamawiający w Pakiecie 3 dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Norowi) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba? lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Norowi) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba? **Odp. . Nie, zgodnie z SIWZ.**

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek*